HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)

Příbalová informace

Česky

Pro diagnostické použití *in vitro*

ÚČEL POUŽITÍ

HEMOCHRON® Jr. APTT je unifikovaný mikrokoagulační test určený k provádění kvantitativního jednostupňového APTT. APTT test se používá k vyhodnocení malé dávky heparinové antikoagulace (až do 1,5 jednotek/ml krve).

APTT test se provádí s použitím přístrojů HEMOCHRON Jr. Signature nebo HEMOCHRON Jr. II na čerstvém vzorku periferní krve. Tyto přístroje jsou přenosné a jsou určené k provádění testů u lůžka pacienta. Přístroje nejsou určeny k domácímu použití.

POZNÁMKA: *Tento HEMOCHRON Jr. APTT není určený k použití s dřívějšími verzemi HEMOCHRON Jr.*

SOUHRN A POPIS

HEMOCHRON® Jr. APTT měří vnitřní část koagulační kaskády, což zahrnuje všechny koagulační faktory s výjimkou faktorů VII a III (tkáňový faktor). APTT je modifikací Parciálního tromboplastinového času (PTT). PTT používá fosfolipidový derivát buď z mozkové nebo plicní tkáně k napodobení role krevních destiček při koagulačním procesu. APTT obsahuje kontaktem aktivovanou látku k standardní aktivaci faktoru XII, což dodává mnohem přesnější a citlivější analýzu. Přidání kontaktního aktivátoru jako je sklo, kaolin nebo křemelina odlišuje APTT od PTT.

APTT hodnoty periferní krve získané pomocí přístrojů HEMOCHRON Jr. jsou převedeny na ekvivalentní APTT plazmatické hodnoty, se kterými jsou klinici lépe obeznámeni, a které udávají společný standard, na základě kterého může být rozhodnuta léčba.

Rozlišovací test je proveden při použití substitučního destičkového faktoru 3 a kaolinového aktivátoru a není při něm potřebný inkubační krok.

PRINCIP METODY

Přístroje HEMOCHRON Jr. využívají koagulačního mechanismu s mechanickým koncovým bodem, při němž se koagulum vytvoří v jednorázové APTT kyvetě. Po zavedení vzorku periferní krve přístroj přesně naměří 15 mikrolitrů krve a automaticky je převede do pokusného kanálku uvnitř APTT kyvety. Zbytek krevního vzorku, který není potřebný k výzkumu, je automaticky odsán do odpadového kanálku kyvety. Smíchání vzorku a činidla a spuštění testu je také provedeno automaticky, bez jakéhokoliv zásahu operátora. Po smíchání s činidlem se vzorek pohybuje ze strany na stranu ve výzkumném kanálku a sleduje se tvoření koagula.

Mechanismus na detekci koagula se skládá z řady optických detektorů LED zarovnaných s testovacím kanálkem kyvety. Rychlost, kterou se krevní vzorek pohybuje mezi detektory, se měří. Jakmile krev začne koagulovat, zabraňuje toku krve a pohyb se zpomalí. Přístroj pozná, kdy byl dosažen koncový bod koagulace, když se pohyb zpomalí pod předem určenou hodnotu. Přístroj ohlásí hodnoty periferní krve matematicky převedené na ekvivalentní plazmatickou hodnotu. APTT hodnotu periferní krve je možné zobrazit tím, že stisknete a budete držet tlačítko **START** přístroje.

ČINIDLA

Každý kartón testu APTT testovacích kyvet obsahuje:

- 45 sáčků, obsahujících jednu HEMOCHRON Jr. APTT testovací kyvetu a jedno vysoušedlo

Testovací kyveta APTT je samostatná jednorázová pokusná komora naplněná suchým přípravkem kaolinu, fosfolipidem, vápníkovou solí, stabilizátory a pufrem. Každá kyveta je balená v individuálním sáčku. Na sáčku kyvety je vytištěné datum použitelnosti pro specifickou šarži.

VAROVÁNÍ: *Všechny použité kyvety považujte za potenciálně infekční, zacházejte s nimi opatrně a odstraňte je v souladu se směrnicemi zásad odstraňování lékařského odpadu.*

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

Pokud jsou uchovávány v chladícím prostoru (2–8 °C), APTT kyvety balené ve fólii jsou stálé až do vyznačené doby použitelnosti. Skladování při pokojové teplotě (15–30 °C) je možné pro neotevřené kyvetové sáčky. APTT kyvety nevystavujte teplotám nad 37 °C.

POZNÁMKA: *Pokud jsou udržovány při pokojových teplotách znovu datování je možné maximálně do 12 týdnů, ale nesmí překročit označenou dobu použitelnosti. Znovu datování je nutné v případě udržování při pokojových teplotách a musí být označeno vyplněním části tabulky s informacemi o skladování označené „Ověření funkce“na boční straně každého kyvetového kartónu. Otevřený sáček, se správně přeloženým otevřeným koncem, uchovaný v chladícím prostoru, si udrží stálost pět dní. Pro optimální trvanlivost doporučujeme, abyste kyvetní sáček otevřeli těsně před použitím.*

POKYNY K POSTUPU

Před výkonem každého testu se obraťte na Příručku pro operátora HEMOCHRON Jr. Signature nebo HEMOCHRON Jr. II, která obsahuje podrobné pokyny k postupu.

Přístroj se ovládá vsunutím kyvety do přístroje, jejím zahřátím, zavedením vzorku periferní krve a stisknutím tlačítka **START**. Odměření vzorku, smíchání vzorku a činidla, spuštění testu a detekce koagula je provedeno automaticky.

Dodané látky

- Předem naplněné HEMOCHRON Jr. APTT testovací kyvety.

Nedodané, ale nezbytné látky

- HEMOCHRON Jr. Signature nebo jedině HEMOCHRON Jr. II
- 1 ml nebo 3 ml stříkačka z plastické hmoty, jehla na odběr vzorků kalibrovaná 23 nebo 21

ODBĚR A ZACHÁZENÍ SE VZORKY

Při získání krevních vzorků postupujte podle pokynů ústavních a pokynů CLSI (Institut pro klinické laboratorní standardy) (H21-A, H47-A and H03-A) k odběru vzorků pro koagulační testy.

Neodebírejte čerstvé vzorky periferní krve pomocí skleněných odebíracích zkumavek.

Neodebírejte krev z heparinizované přístupové linky, uzávěru nebo z dlouhodobě zavedeného heparinového uzávěru.

Při odebírání vzorků přes zavedené krevní linky důkladně vypláchněte přístupový otvor podle ústavních pokynů.

1. Injekční stříkačkou odeberte 0,2 ml krve.
2. Okamžitě odkápněte jednu kapku krve do vzorkové jamky testovací kyvety; naplňte ji od spodní části až po horní. Toto můžete učinit za/anebo bez pomoci přepouštěcí jehly. Přiměřené množství krve musí být přidáno přímo do středu vzorkové jamky, aby byla zaplněná až po okraj. Pokud velká kapka přesáhne nad střed vzorkové jamky, postrčte ji do strany vzorkové jamky.
3. Zmáčkněte tlačítko **START**.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

Normální rozmezí

HEMOCHRON Jr. APTT byl zhodnocen při použití čerstvé periferní krve od normálních dobrovolných dárců (n=30).

	Průměr (s)	SD (s)	Rozmezí (průměr ± 2SD)
Ekvivalentní plazma	31	3,9	23,2-38,7
Periferní krev	75,4	6,3	62,8-88

POZNÁMKA: *Ekvivalentní plazmatické hodnoty ATTP menší než 20 sekund nejsou běžně dostupné a měly by být ohlášeny jako „méně než 20 sekund.“*

POZNÁMKA: *Každá instituce by si měla zavést své vlastní normální rozmezí a cílové rozmezí terapeutické antikoagulace podle svých pacientů.*

POZNÁMKA: *Ekvivalentní plazmatické hodnoty HEMOCHRON Jr. ATTP menší než 10 sekund budou udány jako „Pod normou – nízké“ a mohou indikovat nadměrnou aktivaci krevní koagulace eventuálně zapříčiněnou kontaminací při odběru nebo zpracování, a test by se měl zopakovat.*

Výsledky jsou zobrazeny v ekvivalentních plazmatických hodnotách. ATTP koagulační čas periferní krve získáte stisknutím a držením tlačítka START.

Ekvivalentní plazmatické hodnoty APTT jsou vypočítány specificky pro dané APTT činidlo a systém přístroje. Různé APTT systémy prokáží odlišné normální rozmezí a odlišné heparinové citlivosti. Ekvivalentní plazmatické hodnoty APTT naprogramované do HEMOCHRON Jr. Signature a HEMOCHRON Jr. II jsou přibližné ekvivalentní plazmatické hodnoty pro použití v klinických podmínkách. Lépe odpovídající převod může každá instituce dosáhnout výkonem srovnávací studie periferní krve na plazmatické hodnoty APTT při použití postupu podobnému tomu, který je uveden pod názvem „CORRELATION OF THE HEMOCHRON Jr. APTT AND LABORATORY PLASMA APTT“ (KORELACE HEMOCHRONU Jr. APTT A APTT LABORATORNÍ PLAZMY).

Heparinová citlivost (Fig. 1)

Křivka heparinové citlivosti *in vitro* byla vytvořena přidáváním zvýšené dávky heparinu k poměrnému množství krve normálního dárce. HEMOCHRON Jr. APTT byl proveden třikrát na každé heparinové hladině.

POZNÁMKA: *Tato křivka slouží pouze jako příklad. Jednotlivé pacienti vykazují unikátní křivku reakční dávky.*

Určení rovnice na převod periferní krve na plazmatický ekvivalent (Fig. 2)

Čerstvé vzorky (n=94) od pacientů před a po zákroku srdeční katetrizace a angioplastiky byly analyzovány pomocí HEMOCHRON Jr. APTT u lůžka pacientů. Poměrné množství vzorku bylo smícháno s citrátem a centrifugováno a plazma byla zmrazena. Plazmatický APTT test byl proveden na každém plazmatickém vzorku v referenční laboratoři, kde byla použita jedna šarže činidla (Dade Actin FLS APTT Reagent [Baxter Healthcare, Miami, FL] a přístroj Electra 900 [IL, Lexington, MA]). Výsledky HEMOCHRON Jr. APTT periferní krve dobře korelovaly s referenčními laboratorními hodnotami APTT (r=0,92) jak je vyobrazeno na Fig. 2.

Korelace HEMOCHRONU Jr. APTT a APTT laboratorní plazmy (Fig. 3)

Čerstvé vzorky (n=48) od pacientů před a po zákroku srdeční katetrizace a angioplastiky byly analyzovány pomocí HEMOCHRON Jr. APTT u lůžka pacientů. Poměrné množství vzorku bylo smícháno s citrátem a centrifugováno, a plazmatický APTT test byl proveden na každém plazmatickém vzorku v laboratoři při použití standardních hospitalizačních činidel.

Ekvivalentní plazmatické hodnoty HEMOCHRON Jr. APTT dobře korelovaly s laboratorními plazmatickými hodnotami APTT (r=0,92) jak je udáno na Fig. 3.

HEMOCHRON Jr. Signature a HEMOCHRON Jr. II automaticky převedou výsledky testu APTT periferní krve na ekvivalentní APTT plazmatické hodnoty v sekundách. Plazmatické hodnoty APTT nad 150 sekund nejsou běžně dostupné při použití fotooptických přístrojů následkem omezení plazmatického testu. Protože heparinová citlivost je různá pro různá činidla APTT a testovacích systémů, horní hranice zaznamenatelných hodnot se bude u různých testovacích systémů lišit.

Mimo citlivosti na činidla APTT, způsob detekce koagula ovlivní horní hranice zaznamenatelných koncových bodů. Na plazmě založené fotooptické analyzátory poskytnou zaznamenatelné koncové body v rozmezí 100–150 sekund závisle na typu činidla a kvalitě krevního vzorku. Mechanický analyzátor plazmatického koncového bodu poskytne zaznamenatelné koncové body až do 200 sekund nebo vyšší, podle toho jaké činidlo bylo použito.

APTT tabulka převodů na plazmatické hodnoty (Fig. 4)

Na základě regresní analýzy HEMOCHRON Jr. periferní krve APTT a referenčního APTT laboratorní plazmy byla do HEMOCHRON Jr. Signature a HEMOCHRON Jr. II naprogramována převodová tabulka. Převod na plazmatický APTT je určen k tomu, aby vyhodnocení stavu pacienta bylo provedeno na základě hodnoty, se kterou je klinik obeznámen. Naprogramovaná tabulka plazmatických převodů je založená na skutečných regresních datech (pro plazmatický APTT o 150 sekundách nebo méně) s teoretickým prodloužením těchto dat do horních mezí klinického rozmezí, kterého se tento test týká. Horní mez rozmezí linearity je od 200 do 400 ekvivalentních plazmatických sekund a závisí na koagulačních vlastnostech vzorku krve pacienta a citlivosti plazmatického testu.

POZNÁMKA: *Uvedená plazmatická bodnota APTT je specifická pro plazmatické APTT získané při použití specifických APTT činidel a automatizovaného fotooptického koagulačního přístroje. Následkem variability činidel a zkušebních přístrojů, různé analytické systémy budou mít za následek různé převody. Pro získání optimálních výsledk by si každá instituce měla stanovit své vlastní rozmezí výkonu a převodovou tabulku pro specifická činidla zavedená v klinické laboratoři a při použití protokolu, který se podobá výše uvedené korelační studii.*

PŘESNOST

Interní studie přesnosti

Přesnost HEMOCHRON Jr. APTT byla zhodnocena výkonem mnohanásobných APTT testů při použití kontrolovaného přípravku ve dvou hladinách. Dvě šarže testovacích kyvet APTT byly zahrnuty v této studii. Testy se prováděly během tří následných dnů a byly použity dobře udržované přístroje s následujícími výsledky:

Kyvetní šarže č. 1

	Normální N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Abnormální N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Den 1	3	100,7	1,5	1,5	3	210,3	15,0	7,1
Den 2	3	102,0	3,0	2,9	3	198,0	2,0	1,0
Den 3	3	98,7	2,1	2,1	3	204,3	6,1	3,0
Celkem	9	100,4	2,5	2,4	9	204,2	9,8	4,8

Kyvetní šarže č. 2

	Normální N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Abnormální N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Den 1	3	100,0	3,6	3,6	3	200,3	2,9	1,4
Den 2	3	98,0	1,0	1,0	3	199,7	5,1	2,6
Den 3	3	99,7	0,6	0,6	3	214,3	8,5	4,0
Celkem	9	99,2	2,1	2,1	9	204,8	8,8	4,3

Kombinace kyvetních šarží č. 1 a č. 2

	Normální N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Abnormální N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Den 1	6	100,3	2,5	2,5	6	205,3	11,1	5,4
Den 2	6	100,0	3,0	3,0	6	198,8	3,6	1,8
Den 3	6	99,2	1,5	1,5	6	209,3	8,6	4,1
Celkem	18	99,8	2,3	2,3	18	204,5	9,0	4,4

OMEZENÍ

HEMOCHRON Jr. APTT není určený k použití s hladinami heparinu nad 1,5 jednotek/ml. Funkční charakteristiky nebyly určeny pro heparinové hladiny nad 1,5 jednotek/ml. Výsledky testů pod 20 ekvivalentních plazmatických sekund a přes 400 ekvivalentních plazmatických sekund přístroje HEMOCHRON Jr. Signature nebo pro HEMOCHRON Jr. II neudávají. Místo toho se zobrazí „Mimo rozmezí - pod“ nebo „Mimo rozmezí- nad.“ Vzorky s poměrem plazmy ke krvinkám menším než 20% nebo větším než 55% se nedoporučují, protože jejich optická hustota se pohybuje ve vnější části přístrojem zaznamenatelného rozmezí.

HEMOCHRON Jr. APTT je ovlivněn špatným pracovním postupem, což zahrnuje odběr krve a převod krve do vzorkové jamky. Kvalita krevního vzorku může být ovlivněná:

- Pěněním nebo hemolýzou vzorku
- Koagulovanou nebo částečně koagulovanou krví
- Nečekanou antikoagulací
- Antikoagulačním lupusem

Stejně jako při jiných diagnostických testech, výsledky testu HEMOCHRON Jr. by měly být zvářeny s ohledem na stav každého pacienta a na antikoagulační léčbu. Výsledky, které neodpovídají klinickému stavu pacienta by se měly zopakovat nebo by měly být doplněny dodatečnými údaji testů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEpoužívejte kyvety s proškrcu dobou použitelnosti, nebo které nebyly správně skladovány.

NEvsunujte kyvetu do přístroje násilím. Pokud se při vsunutí setkáte s odporovou silou, zvolna kyvetu vyjměte a prohlédněte si kyvetní drážku. Odstraňte všechny překážky dříve než se znovu pokusíte přístroj použít (viz Služba a údržba v Příručce k použití HEMOCHRON Jr.).

KONTROLA KVALITY

Pravidelné zkoušky kvality a sledování by mělo být součástí celkového programu zabezpečení kvality. Výrobky HEMOCHRON Jr.pro kontrolu kvality jsou k dispozici k výhodnému a cenově přijatelnému výkonu běžné kontroly kvality.

Každodenní kontrola kvality přístroje

Kontrola kvality by měla být u HEMOCHRON Jr. prováděna ve dvou stupních, jednou za každých 8 hodin provozu. Aby bylo možné uskutečnit každodenní kontrolu kvality, je k dispozici systém elektronické kontroly kvality a umožňuje dvoustupňovou kontrolu přístroje. Detailní pokyny naleznete v provozní příručce k danému přístroji HEMOCHRON, který je používán.

Kontrola kvality testovacích kyvet HEMOCHRONJr.

Parametry každé ***šarže*** kyvet HEMOCHRON Jr. APTT by měly být ověřeny ve dvou úrovních kontroly kvality tekutiny:

- Při doručení nové zásilky a
- pak po každých 30-ti kalendářních dnech

Po úspěšném ověření parametrů popsaném výše nebude nutné kyvety podrobovat žádné další kontrole kvality tekutiny, pokud není podezření na posun klinických výsledků.

Ověření parametrů je možné provést pomocí příslušných HEMOCHRON Jr. mikrokoagulačních výrobků pro kontrolu kvality plné krve. Přijatelné meze parametrů a způsob jejich aplikace pro APTT zkušební kyvety jsou přiloženy ke každé soupravě na kontrolu kvality.

ODKAZY NA LITERATURU

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.
2. National Committee for Clinical Laboratory Standards. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test; Approved Guideline. CLSI document H47-A.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktiveret partiel tromboplastintid (APTT)

Indlægsseddel

Dansk

Til *in vitro* diagnostisk brug

TILSIGTET BRUG

HEMOCHRON® Jr. APTT er en enhedsbestemt mikrokoagulationstest beregnet til brug ved udførelse af en kvantitativ, et-trins APTT-test. APTT-testen bruges til evaluering af lavdoseret heparin-antikoagulation (op til 1,5 enheder/ml blod)

APTT-testen udføres på HEMOCHRON Jr. Signature eller HEMOCHRON Jr. II instrumentet ved brug af en citreret, venøs fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare og er beregnet til brug ved sengeleje. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.

BEMÆRK: *Denne HEMOCHRON Jr. APTT-test er ikke beregnet til brug på tidligere modeller af HEMOCHRON Jr.*

OVERSIGT OG FORKLARING

HEMOCHRON Jr. APTT er en måling af den interne koagulationsbane, som involverer alle koagulationsfaktorer undtagen faktor VII og III (vævsfaktor). APTT er en modificering af den partielle tromboplastintid (PTT). PTT anvender en fosfolipid, som stammer fra enten hjerne- eller lungevæv, således at den efterfølger thrombosytternes rolle i koagulationsprocessen. APTT indeholder et kontaktaktiverende stof til at standardisere aktiveringen af faktor XII, hvorved der fås en mere nøjagtig og sensitiv analyse. Tilsætningen af en kontaktaktivator, f.eks. glas, kaolin eller diatoméjord, skelner APTT fra PTT.

Fuldblod APTT-værdier, der opnås med HEMOCHRON Jr. instrumenter, omregnes til plasmaækvivalente APTT-værdier, som klinikeren muligvis er mere fortrolig med. Der skabes således en fællesstandard, som kan danne baggrund for beslutninger om behandling.

Der opnås en analyseopløsning ved at anvende et thrombocyt faktor 3 erstatning og en kaolinaktivator, og der er ikke behov for et inkubationstrin.

FUNKTIONSPRINCIP

HEMOCHRON Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor der opstår en koageldannelse inden i APTT-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumentet nøjagtigt 15 mikrolitre blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i APTT-kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres ligeledes automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter prøven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.

Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodproven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at der er opnået et koagelslutpunkt, når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumentet viser fuldblodstal, der matematisk er omregnet til en plasma-ækvivalent værdi. Fuldblod APTT-værdien vises ved at trykke på og holde instrumentets START-tast nede.

REAGENSER

Hver kasse med APTT-testkuvetter indeholder:

- 45 poser, som hver indeholder en HEMOCHRON Jr. APTT-testkuvette og et tørremiddel.

APTT-testkuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af kaolin, fosfolipid, calciumsalte, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er påtrykt en partispecifik udløbsdato.

FORSIGTIG: *Alle brugte testkuvetter skal anses for at være potentielt smittefarlige og skal håndteres forsigtigt, samt bortskaffes i henhold til standard bortskaffelsesregler for medicinsk affald.*

OPBEVARING OG STABILITET

Når de er anbragt i koleskab (2 – 8 °C), er folieposerne med APTT-kuvetterne stabile indtil den påtrykte udløbsdato. Opbevaring ved stuetemperatur (15 – 30 °C) er valgfri for ulbnede poser med kuvetter. APTT-kuvetter må ikke udsættes for temperaturer over 37°C.

BEMÆRK: *Stuetemperatur omdatering gælder i maksimalt 12 uger, men må aldrig overstige den påtrykte udløbsdato. Det er nødvendigt at omdatere, hvis produktet opbevares ved stuetemperatur, og dette skal angives ved at udfylde afsnittet med opbevaringsinformation i skemaet "Prøvestation bekræftet" på kuvettekasserne sidepanel. Når en æben pose er korrekt foldet i den åbne ende og sat i holdeskalv, er den stabil i fem dage. For optimal holdbarhed anbefales det at åbne kuvetteposen lige før brug.*

BRUGSANVISNING

Brugeren skal, inden der udføres nogen analyse, læse brugervejledningen for HEMOCHRON Jr. Signature eller HEMOCHRON Jr. II for en detaljeret brugsanvisning.

Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på START-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.

Vedlagt Materiale

- HEMOCHRON Jr. APTT-testkuvetter med tilsat præparat

Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt

- HEMOCHRON Jr. Signature eller HEMOCHRON Jr. II
- 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle (valgfri)

PRØVEINDSAMLING OG HÅNDTERING

Institutions- og CLSI- (H21-A, H47-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationstestning skal følges.

Fuldblod må ikke indsamles i blodopsamlingsrør af glas.

Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.

1. Indsaml 0,2 ml blod med sprøjten.
2. Tilsæt en dråbe blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overførselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
3. Tryk på **START**-tasten.

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

Normalområde

HEMOCHRON Jr. APTT blev evalueret ved brug af friskt, citreret fuldblod fra raske, frivillige donorer (n=30).

	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	Område (middelværdi ± 2SD)
Plasma-ækvivalent	31	3,9	23,2-38,7
Fuldblod	75,4	6,3	62,8-88

BEMÆRK: *Plasmaækvivalente APTT- værdier på mindre end 20 sekunder opfattes almindeligvis ikke og bør angives som "mindre end 20 sekunder".*

BEMÆRK: *Hver institution bør etablere deres eget normalområde og målområde for terapeutisk antikoagulation baseret på deres patientgruppe.*

BEMÆRK: *HEMOCHRON Jr. plasma-ækvivalente APTT- værdier på mindre end 10 sekunder til blive angivet som "Out of range – Lo" ("Uden for området - Lav"). Dette kan tyde på for kraftig aktivering af blodkoagulation, muligvis forårsaget af kontaminering af proven under indsamling eller forarbejdning, og testen bør derfor gentages.*

Testresultater vises i plasma-ækvivalente værdier. Fuldblod APTT-koagulationstiden opnås ved at trykke på START tasten og holde den nede.

Plasma-ækvivalente APTT-værdier udregnes specifikt for et nærmere angivet APTT- reagens og instrumentsystem. Forskellige APTT-systemer udviser forskellige normalområder og sensitivitet over for heparin. Plasma-ækvivalente APTT-værdier, der er indprogrammeret i HEMOCHRON Jr. Signature og HEMOCHRON Jr. II, er omtrentlige plasma-ækvivalente værdier til brug i klinisk sammenhæng. Hver institution kan opnå en mere relevant omregning ved at gennemføre en komparativ undersøgelse af fuldblod til plasma-APTT ved brug af en protokol, der ligner den, der beskrives i "KORRELATION MELLEM HEMOCHRON Jr. APTT OG LABORATORIUM PLASMA APTT".

Heparin-sensitivitet (fig. 1)

Der blev genereret en in vitro heparin-sensitivitetskurve ved at tilsætte stigende mængder heparin til afmålinger af raskt donorblod. Der blev udført tre-dobbelte HEMOCHRON Jr. APTT-analyser ved hvert heparin-niveau.

BEMÆRK: *Denne kurve er kun et eksempel. Hver patient udviser en forskellig dosis-respons kurve.*

Fastlæggelse af omregningsligningen for fuldblod-til-plasma ækvivalent (fig. 2)

Friske, citrerede blodprøver (n=94) fra præ- og post-procedure hjertekateterisation og angioplastikpatienter blev analyseret med HEMOCHRON Jr. APTT ved sengeleje. En afmåling af hver prove blev blandet med citrat og centrifugeret, og der blev udført en plasma APTT-test på hver plasmaprøve i laboratoriet ved hjælp af standard hospitalsreagenser.

HEMOCHRON Jr. APTT-plasma-ækvivalente værdier korrelerede i høj grad med laboratorieplasma APTT-værdierne (r=0.92), som vist i fig. 3.

HEMOCHRON Jr. Signature og HEMOCHRON Jr. II omregner automatisk fuldblod APTT-testresultaterne til plasma-ækvivalente APTT-testværdier i løbet af sekunder. Plasma APTT-værdier på over 150 sekunder optræder normalt ikke, når der anvendes et foto-optisk instrument pga. plasma-analysens begrænsninger. Da heparin-sensitivitet er specifik for forskellige APTT-reagenser og testsystemer, varierer denne øvre grænse for registrerbare værdier blandt de forskellige APTT-testsystemer.

Foruden APTT-reagenssensitivitet, påvirker koageldetektionsmetoden de øvre grænser for registrerbare slutpunkter. Plasmabaserede foto-optiske analysatorer giver registrerbare slutpunkter inden for et område på 100 – 150 sekunder, afhængigt af den anvendte reagens og kvaliteten af blodproven. En mekanisk slutpunkts plasma-analysator giver registrerbare slutpunkter på op til 200 sekunder eller større, afhængigt af den anvendte reagens.

Plasma APTT- omregningstabel (fig. 4)

Baseret på regressionsanalysen for HEMOCHRON Jr. fuldblod APTT og kontrollaboratoriets plasma APTT, er der indprogrammeret en omregningstabel i HEMOCHRON Jr. Signature og HEMOCHRON Jr. II. Plasma APTT-omregningen angives, således at patientens status kan fortolkes ved hjælp af en værdi, som klinikeren er fortrolig med. Den indprogrammerede plasmaomregningstabel er baseret på faktiske regressionsdata (for plasma APTT'er på 150 sekunder eller mindre) med en teoretisk udvidelse af disse data til de øvre grænser for det kliniske område, som testen er beregnet til. De øvre grænser for linearitet strækker sig fra 200 til 400 plasma-ækvivalente sekunder, afhængigt af koagulationskarakteristikkerne i patientens blodprøve og plasma-analysens sensitivitet.

BEMÆRK: *Den viste plasma APTT er specifik for en plasma APTT, der er opnået vha. en specifik APTT- reagens og et automatiseret foto-optisk koagulationsinstrument. Som følge af reagensernes og testinstrumenternes forskellighed vil forskellige analysesystemer give forskellige omregninger. Institutioner bør, for at opnå optimale resultater, fastlægge deres eget referenceområde og omregningstabel for den specifikke reagens, der anvendes i det kliniske laboratorium under anvendelse af protokol, der ligner den, der findes i den ovennævnte korrelationsundersøgelse.*

PRÆCISION

Interne præcisionsundersøgelser

Præcisionen af HEMOCHRON Jr. APTT blev evalueret ved at udføre flere APTT-tests ved hjælp af et kontrolpræparat i to niveauer. Undersøgelsen omfattede to partier APTT-testkuvetter. Der blev udført analyser på tre forskellige dage ved brug af velvedligeholdte instrumenter, og resultaterne var som følger:

Kuvetteparti 1

	Normal N	Middel (sek)	SD (sek)	CV (%)	Anormal N	Middel (sek)	SD (sek)	CV (%)
Dag 1	3	100,7	1,5	1,5	3	210,3	15,0	7,1
Dag 2	3	102,0	3,0	2,9	3	198,0	2,0	1,0
Dag 3	3	98,7	2,1	2,1	3	204,3	6,1	3,0
Total	9	100,4	2,5	2,4	9	204,2	9,8	4,8

Kuvetteparti 2

	Normal N	Middel (sek)	SD (sek)	CV (%)	Anormal N	Middel (sek)	SD (sek)	CV (%)
Dag 1	3	100,0	3,6	3,6	3	200,3	2,9	1,4
Dag 2	3	98,0	1,0	1,0	3	199,7	5,1	2,6
Dag 3	3	99,7	0,6	0,6	3	214,3	8,5	4,0
Total	9	99,2	2,1	2,1	9	204,8	8,8	4,3

Kombination af kuvetteparti 1 og 2

	Normal N	Middel (sek)	SD (sek)	CV (%)	Anormal N	Middel (sek)	SD (sek)	CV (%)
Dag 1	6	100,3	2,5	2,5	6	205,3	11,1	5,4
Dag 2	6	100,0	3,0	3,0	6	198,8	3,6	1,8
Dag 3	6	99,2	1,5	1,5	6	209,3	8,6	4,1
Total	18	99,8	2,3	2,3	18	204,5	9,0	4,4

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Kuvetter, der har overskredet den påtrykte udløbsdato eller som har været forkert opbevaret, må IKKE anvendes.

Kuvetter må IKKE forceres ind i instrumentet. Hvis der mødes modstand ved indføringen, skal kuvetten forsigtigt fjernes og kuvettelåbningen skal undersøges. Alle hindringer skal fjernes, inden instrumentet anvendes igen (se Service og vedligeholdelse i den relevante HEMOCHRON Jr. brugervejledning).

KVALITETSKONTROL

Rutinemæssig kvalitetskontrol og sporing bør være en del af et omfattende kvalitetssikringsprogram. Der findes produkter til kvalitetskontrol af HEMOCHRON Jr., som letter rutinemæssig kvalitetskontrol (QC) og er prismæssigt overkommelig.

Daglig kvalitetskontrol af instrumentet

HEMOCHRON Jr. bør gennemgå kvalitetskontrol på to kontrolniveauer, hver gang det har været i drift i 8 timer. Til hjælp i udførelsen af den daglige kvalitetskontrol findes der elektroniske kvalitetskontrolsystemer, som kan kontrollere instrumentet på to niveauer. Se brugermanualen for det bestemte HEMOCHRON-instrument, der anvendes, for detaljerede anvisninger.

Kvalitetskontrol af HEMOCHRON Jr. testkuvetterne

Hvert ***parti*** HEMOCHRON Jr. APTT kuvetter bør præstationsvalideres på to kvalitetskontrolniveauer for væsker:

- Når der modtages en ny forsendelse OG
- én gang hver 30 kalenderdage derefter

Hvis præstationsvalideringen viser tilfredsstillende resultater, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere kvalitetskontrol af væsken, med mindre der opstår afvigelser i de kliniske resultater.

Præstationsvalidering kan foretages ved brug af de relevante HEMOCHRON Jr. produkter til mikrokoagulationskvalitetskontrol fuldblod. Acceptable referenceområder og hvordan de anvendes på APTT testkuvetterne er vedlagt hvert produktkit til kvalitetskontrol.

REFERENCER

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.
2. National Committee for Clinical Laboratory Standards. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test; Approved Guideline. CLSI document H47-A.

BEGRÆNSNINGER

HEMOCHRON Jr. **APTT er ikke beregnet til brug med heparinniveauer** på over 1,5 enheder/ml. Præstationskarakteristika er ikke blevet fastlagt for heparinniveauer på over 1,5 enheder/ml. Testresultater på under 20 plasma-ækvivalente sekunder og over 400 plasma-ækvivalente sekunder registreres ikke på HEMOCHRON Jr. Signature eller HEMOCHRON Jr. II. I stedet vises enten "Out of range - Lo" ("Uden for området - Lav") eller "Out of range - Hi" ("Uden for området - Høj"). Prøver med en hæmatokrit på mindre end 20% eller større end 55% frarådes pga. optisk tæthed udenfor instrumentets detektionsniveau.

HEM

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTT)

Tájékoztató

Magyar

In vitro diagnosztikus használatra

RENDELTETÉS

A HEMOCHRON® Jr. APTT olyan, egyetlenegyszer használható mikroalvadási teszt, amely kvantitatív, egylépcsős APTT vizsgálat végrehajtásához használható. Az APTT teszt alacsony dózisú heparinos alvadásgátlás eredményességének értékelésére alkalmas (1,5 egység/ml vér mennyiségig).

Az APTT tesztet a HEMOCHRON Jr. Signature, illetve a HEMOCHRON Jr. II berendezéseken lehet elvégezni friss, teljes vérből vett minta felhasználásával. Ezek a berendezések hordozhatók és ágymelletti használatra szántak. A berendezések nem alkalmasak otthoni használatra.

MEGJEGYZÉS: *Ez a HEMOCHRON Jr. APTT nem alkalmas a HEMOCHRON Jr. korábbi változataival való használatra.*

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A HEMOCHRON Jr. APTT az intrinsic alvadási út mérésére szolgál, amelyben a VII faktor és a III faktor (szövetfaktor) kivételével az összes alvadási faktor szerepet játszik. Az APTT a parciális tromboplasztin idő (PTT) módosított változata. A PTT egy- vagy tüdőszövetből kivont foszfolipidet alkalmaz, amely a vérlemezkék szerepét utánozza az alvadási folyamatban. Az APTT tartalmaz egy kontakt aktivációs anyagot a XII faktor aktivációjának standardizálásához, ez pontosabb és szenzitívebb vizsgálatot eredményez. Az APTT-t a PTI-től a kontakt aktivátor anyag, mint például az üveg, a kaolin vagy a kovaföld hozzáadása különbözteti meg.

A HEMOCHRON Jr. berendezésekkel nyert teljesvér APTT értékek átváltásra kerülnek plazmaekvivalens APTT értékekre, amelyek a klinikus számára jobban értelmezhetők lehetnek, az így létrehozott közös standard alapján a terápiás döntések meghozhatók.

A vizsgálat nem igényel inkubálást, kiértékelése egy vérlemezke foszfolipid (platelet faktor 3) analóg és egy kaolin aktivátor segítségével történik.

A MŰKÖDÉS ALAPELVE

A HEMOCHRON Jr. berendezések mechanikus végponti alvadási mechanizmust alkalmaznak, amely során az alvadékképződés az eldobható APTT küvettában megy végbe. **A teljesvérminta bevitelét** követően a berendezés pontosan kimér 15 mikroliter vért és automatikusan átteszi azt az APTT küvetta tesztcsatornájába. **A vérminta** fenntartott, a vizsgálathoz szükségtelen része automatikusan bekerül a küvetta hulladékcsatornájába. **A minta és a reagens összekeverése** és a teszt elindítása szintén automatikusan történik, nem igényli a felhasználó közreműködését. **A reagenssel való összekeverés után** a minta előre-hátra mozog a tesztcsatornában, miközben a rendszer az alvadékképződést figyeli.

Az alvadékérzékelő mechanizmus LED-es optikai detektorok soráből áll, amelyek a küvetta tesztcsatornájával egy vonalban helyezkednek el. **A rendszer a vérminta detektorok közötti mozgásának sebességét** méri. **A képződő alvadék gátolja a véráramlást, ezért a mozgás** lelassul. **A berendezés akkor érzékeli az alvadás végpontját, ha a** mozgás csökkenésének sebessége egy előre meghatározott érték alá esik. **A berendezések a teljesvér értékeket matematikailag átalakítják** plazmaekvivalens értékre, és ezt jelenítik meg. **A teljesvér APTT érték a** berendezés **START** billentyűjének lenyomásával és nyomva tartásával jeleníthető meg.

REAGENSEK

Minden APTT tesztküvetta doboz tartalmaz:

– 45 taskot, melyek mindegyike tartalmaz egy HEMOCHRON Jr. APTT tesztküvettát és egy szárítót

Az APTT tesztküvetta egy olyan önálló, eldobható tesztkamra, amely előre betöltve tartalmaz kaolint száraz formában, foszfolipidet, kalciumsókat, stabilizátorokat és puffereket. **Minden egyes küvetta önálló** tasakba csomagolva található. **A küvettatasakokon tételspecifikus lejárati** idő látható.

FIGYELEM! *Minden használt tesztküvettát potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni, körültekintéssel kell kezelni, valamint az általános egészségügyi hulladékbezelési szabályokkal összhangban kell kidobni.*

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

Hűtve (2–8°C) tárolva, a fóliatasakos APTT küvetták a jelzett lejárati időig stabilak. **A felbontatlan, tasakban lévő küvetták** szobahőmérsékleten (15 – 30°C) is tárolhatók. **Tilos kitenni az APTT** küvettákat 37°C feletti hőmérsékletnek.

MEGJEGYZÉS: *A szobahőmérsékleten tárolt küvetták újradátumozása maximum 12 hétig megengedhető, de soha nem haladhatja meg a jelzett lejárati időt.* ***Az újradátumozás szobahőmérsékleten történő tárolás*** *esetén szükséges, és megtörténtét jelezni kell az egyes küvettadobozok oldalfalán lévő "Teljesítmény ellenőrizve" táblázat tárolási információ szakaszának kitöltésével.* ***A kinyitott tasak, ha behajtják nyílt végén*** *és bütve tartják, öt napig stabilis.* ***Az optimális pultállóság érdekében*** *javasolt a küvettatasak közvetlenül a felhasználás előtti kibontása.*

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vizsgálat elvégzése előtt a felhasználónak el kell olvasnia a HEMOCHRON Jr. Signature, illetve a HEMOCHRON Jr. II használati kézikönyvét a részletes működtetési utasítások tekintetében.

A berendezés használatához be kell tenni egy küvettát a rendszerbe, hagyni kell azt felmelegedni, ezután be kell helyezni a teljesvérmintát, majd meg kell nyomni a **START** billentyűt. **A minta kimérése,** összekeverése a reagenssel, a teszt elindítása, valamint az alvadék detektálása ezután automatikusan megtörténik.

Szolgáltatott anyagok

– Előre betöltött HEMOCHRON Jr. APTT tesztküvetták

Szükséges, de nem szolgáltatott anyagok

– Kizárólag HEMOCHRON Jr. Signature vagy HEMOCHRON Jr. II berendezés

– 1 ml-es vagy 3 ml-es műanyag fecskendők, 23 G-s vagy 21 G-s (szabadon választható) tű

MINTAVÉTEL ÉS -KEZELÉS

A vérminta levételéhez kövesse az alvadási vizsgálatokhoz szükséges mintavétellel kapcsolatos intézményi és CLSI (H21-A, H47-A) irányelveket.

Ne vegyen friss teljesvérmintát üvegből készült levételi csővel.

Ne vegyen vért heparinozott branülből/kanülből, annak csapjából, illetve semmilyen bent lévő heparinos csapból.

Amennyiben bent lévő branülből/kanülből vesz mintát, öblítse át alaposan a hozzáférési nyílást az intézményi előírások szerint.

1. **Vegyen le 0,2 ml vért a fecskendővel.**
2. Azonnal **tegyen egy csepp vért a tesztküvetta mintaműhelyedébe,** alulról felfelé töltse fel a műhelyédet. **Ezt végezheti átvivő tűvel, vagy** anélkül. **Tegyen elegendő mennyiségű vért közvetlenül a közepső** mintaműhelyedébe úgy, hogy az teljesen megteljen. **Amennyiben egy** nagy csepp vért a közepső mintaműhelyedés fölé terjedne, tolja azt át a külső mintaműhelyedébe.
3. **Nyomja meg a START** billentyűt.

A TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI

Normális tartomány

A HEMOCHRON Jr. APTT kiértékelése normális önkéntes donorok friss teljes vérének felhasználásával történt (n=30).

	Középérték	SD	Tartomány
	(mp)	(mp)	(középérték ± 2SD)
Plazmaekvivalens	31	3,9	23,2-38,7
Teljes vér	75,4	6,3	62,8-88

MEGJEGYZÉS: *20 másodpercnél kisebb plazmaekvivalens APTT értékek rutinszerűen nem mérhetők, ás ékevesebb, mint 20 másodperc"-ként jelentendők.*

MEGJEGYZÉS: *Az egyes intézményeknek maguknak kell megbatározniuk a normális tartományt, valamint a terápiás alvadásgátlás céltartományát a saját betegpopulációjuk alatpján.*

MEGJEGYZÉS: *A 10 másodpercnél kisebb HEMOCHRON Jr. plazmaekvivalens APTT értékek "Out of range – Lo" ("Tartományon kívül – alacsony") besorolást kapnak, ez hiltzott fokú véralvadás aktivációt jelezhet, amelyet okozhat a mintavétel és -feldolgozás közben történt mintaszennyeződés, ezért ilyenkor a tesztet meg kell ismételni.*

A teszteredmények plazmaekvivalens értékekben jelennek meg. A teljesvér APTT alvadási ideje a berendezés START billentyűjének lenyomásával és nyomva tartásával jeleníthető meg.

A plazmaekvivalens APTT értékek kiszámítása a megadott APTT reagensből és a használt berendezésből álló rendszer jellemzői alapján történik. A különböző APTT rendszerek eltérő normális tartományokkal és heparinérzékenységgel rendelkeznek. A HEMOCHRON Jr. Signature és a HEMOCHRON Jr. II berendezésekbe programozott plazmaekvivalens APTT értékek a klinikai használatra alkalmas közelítő plazmaekvivalensek. Ennél pontosabb átváltáshoz juthatnak az egyes intézmények a "KORRELÁCIÓ A HEMOCHRON Jr. APTT ÉS A LABORATÓRIUMI PLAZMA APTT KÖZÖTT" című szakaszban leírthoz hasonló protokoll alkalmazásával elvégzett teljesvér APTT-t és plazma APTT-t összehasonlító tanulmány kiértékelésével.

Heparinérzékenység (Fig. 1)

Normális donorokból vett vér aliquot-jaihoz növekvő mennyiségű heparin hozzáadásával készült el az *in vitro* heparinérzékenységi görbe. Minden egyes heparin szintnél háromszoros HEMOCHRON Jr. APTT vizsgálat történt.

MEGJEGYZÉS: *A grafikon készítése példaként szolgál. Az egyes betegek egyéni dózisválasz görbéivel rendelkeznek.*

A teljes vér és a plazmaekvivalens közti átváltás egyenletének megbatározása (Fig. 2)

Szívkatéterezés és angioplasztika alanyaiból, a beavatkozás előttről és utánról, származó friss vérminták (n=94) kerültek elemzésre ágy mellett a HEMOCHRON Jr. APTT teszttel. **Minden egyes minta egy** aliquot részét összekeverték citráttal, lecentrifugálták, a plazmát pedig lefagyasztották. **Ezután megtörtént a plazma APTT teszt elvégzése az** egyes plazma mintákon egy referencia-laboratóriumban, egyetlen tétel reagens (Dade Actin FSL APTT reagens [Dade, Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL, USA]) felhasználásával egy Electra 900 (IL, Lexington, MA, USA) analizátoron. **A HEMOCHRON Jr. APTT teljesvér eredmények** nagymértékben korreláltak a referencia-laboratórium APTT értékeivel (r=0,92), ahogy az a Fig. 2 is látható.

Korreláció a HEMOCHRON Jr. APTT és a laboratóriumi plazma APTT között (Fig. 3)

Szívkatéterezés és angioplasztika alanyaiból, a beavatkozás előttről és utánról, származó friss vérminták (n=48) kerültek elemzésre ágy mellett a HEMOCHRON Jr. APTT teszttel. Minden mintából egy aliquot-ot összekevertek citráttal és lecentrifugálták, majd megtörtént a plazma APTT teszt elvégzése az egyes plazma mintákon a laboratóriumban, standard kórházi reagens felhasználásával.

A HEMOCHRON Jr. APTT plazmaekvivalens értékek nagymértékben korreláltak a laboratóriumi plazma APTT értékekkel (r=0,92), ahogy az a Fig. 3 is látható.

A HEMOCHRON Jr. Signature és a HEMOCHRON Jr. II berendezések automatikusan, néhány másodperc alatt átváltják a teljesvér APTT teszteredményeket plazmaekvivalens APTT tesztértékekre. 150 másodperc feletti plazma APTT értéket rutinszerűen nem mérhetők fotooptikai berendezéssel, a plazma assay korlátai miatt. Mivel a heparinérzékenység specifikus az egyes APTT reagensekre és vizsgálati rendszerekre, a detektálható értékeknek ez a felső határa változó lesz a különböző APTT tesztrendszereken.

Az APTT-reagensre való érzékenység mellett az alvadás detektálásának módszere is befolyásolja a kimutatható végpontok felső határát. A plazma alapú fotooptikai analizátorok 100-150 másodperc értékű végpontokat érzékelnek az alkalmazott reagenstől és a vérminta minőségétől függően. A mechanikus végponti plazmaanalizátorok 200 másodperces, vagy e feletti végpontokat érzékelnek a használt reagenstől függően.

Plazma APTT átváltási táblázat (Fig. 4)

A HEMOCHRON Jr. teljesvér APTT és a referencia-laboratóriumi plazma APTT regressziós analízise alapján egy átváltási táblázat lett beleprogramozva a HEMOCHRON Jr. Signature és a HEMOCHRON Jr. II berendezésbe. Az átváltott plazma APTT érték azért van megadva, hogy a klinikus számára ismerős értékkel lehessen a beteg állapotát értékelni. A beprogramozott plazmaátváltási táblázat tényleges regresszós adatokon (150 másodperces vagy annál rövidebb plazma APT időkre vonatkoztatva) alapszik, az adatoknak elméleti meghosszabbításával a felső határáig annak a klinikai tartománynak, amelyre a teszteset szántak. A lineáritás felső határai 200 és 400 plazmaekvivalens másodperc között lehetnek, a beteg vérmintájának alvadási tulajdonságától és a plazma assay érzékenységétől függően.

MEGJEGYZÉS: *A táblázat plazma APTT értéke specifikus olyan plazma APTT értékre, amelyet egy bizonyos APTT reagenssel és egy bizonyos automatizált fotooptikai alvadásvizsgáló berendezéssel szereztek. A reagensek és a teszlberendezések különbözősége miatt a különböző vizsgálati rendszerek különböző átváltási értékeket eredményeznek. A legjobb eredmények érdekében az intézményeknek maguknak kell megalkotniuk a klinikai laboratóriumban alkalmazott reagensre jellemző teljesítménytartományt és átváltási táblázatot, a fent leírt korrelációs tanulmányban használt protokollosz hasonló protokoll használatával.*

PONTOSSÁG

Három belül végzett pontossági vizsgálatok

A HEMOCHRON Jr. APTT teszt pontosságának meghatározására többszörös kétszintű APTT tesztet végeztünk kontrollkészítmény használatával. A vizsgálatban két tétel APTT tesztküvettát használtunk fel. A teszteket jól karbantartott berendezéseken, három különböző napon végeztük, a következő eredményekkel.

1. tétel küvetta

	N	Normális Közép-érték (mp)	SD (mp)	CV (%)	N	Abnormális Közép-érték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. nap	3	100,7	1,5	1,5	3	210,3	15,0	7,1
2. nap	3	102,0	3,0	2,9	3	198,0	2,0	1,0
3. nap	3	98,7	2,1	2,1	3	204,3	6,1	3,0
Összesen	9	100,4	2,5	2,4	9	204,2	9,8	4,8

2. tétel küvetta

	N	Normális Közép-érték (mp)	SD (mp)	CV (%)	N	Abnormális Közép-érték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. nap	3	100,0	3,6	3,6	3	200,2	2,9	1,4
2. nap	3	98,0	1,0	1,0	3	199,7	5,1	2,6
3. nap	3	99,7	0,6	0,6	3	214,3	8,5	4,0
Összesen	9	99,2	2,1	2,1	9	204,8	8,8	4,3

Egyesített 1. és 2. tétel küvetta

	N	Normális Közép-érték (mp)	SD (mp)	CV (%)	N	Abnormális Közép-érték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. nap	6	100,3	2,5	2,5	6	205,3	11,1	5,4
2. nap	6	100,0	3,0	3,0	6	198,8	3,6	1,8
3. nap	6	99,2	1,5	1,5	6	209,3	8,6	4,1
Összesen	18	99,8	2,3	2,3	18	204,5	9,0	4,4

KORLÁTOZÁSOK

A HEMOCHRON® Jr. APTT nem használható 1,5 egység/ml feletti heparinértékek esetén. Az 1,5 egység/ml feletti heparinértékekre specifikus teljesítményi jellemzők nincsenek meghatározva. A 20 plazmaekvivalens másodperc alatti és a 400 plazmaekvivalens másodperc feletti teszteredményeket a HEMOCHRON Jr. Signature és a HEMOCHRON Jr. II berendezések nem jelzik ki. Ehelyett vagy "Out of range – Lo" ("Tartományon kívül – alacsony)", vagy "Out of range – Hi" ("Tartományon kívül – magas") olvasható a kijelzőn. A 20% alatti, illetve 55% feletti hematokrit értékkel rendelkező minták vizsgálata nem javasolt, mivel ezek optikai denzitása kívül esik a berendezések detektálási tartományán.

A HEMOCHRON Jr. APTT értékét befolyásolja a vérvétel közben, valamint a mintaműhelyédése történő átvitel közben alkalmazott rossz technika. A vérminta minőségét a következők befolyásolhatják:

– A minta habzása, illetve hemolízise
– Alvadt vagy részlegesen alvadt vér
– Fel nem ismert antikoaguláns hatás
– Lupus-antikoaguláns

Mint minden diagnosztikus vizsgálatnál, a HEMOCHRON Jr. teszteredményeket is a beteg állapota és az alkalmazott alvadásgátló kezelés fényében kell értékelni. **Minden olyan eredményt, amely nem áll** összhangban a beteg klinikai állapotával meg kell ismételni, vagy további vizsgálati adatokkal kiegészíteni.

A 400 másodperc feletti HEMOCHRON Jr. plazmaekvivalens eredmények klinikai jelentősége kétes és a tesztet meg kell ismételni, illetve >400 másodperc formában kell jelenteni.

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

NE használjon lejárt, illetve helytelen módon kitett küvettákat.

NE erőltesse bele a küvettát a berendezésbe. **Amennyiben ellenállást** tapasztal a behelyezés közben, óvatosan vegye ki a küvettát és vizsgálja meg a küvetta beillesztésére szolgáló nyílást. **Távolítson el minden** akadályt, mielőtt tovább használná a berendezést (lásd a "Szerelés és karbantartás" részt a megfelelő HEMOCHRON Jr. használati kézikönyvben).

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

Rutinos minőségellenőrzés és -kövelés egy átfogó minőségbiztosítási program része kell hogy legyen. **A rutinos minőségellenőrzés** kényelmessé és gazdaságossá tételéhez különböző HEMOCHRON Jr. minőségellenőrző termékek állnak rendelkezésre.

A berendezés napi minőségellenőrzése

A HEMOCHRON Jr. berendezésen minden 8 órás működés után minőségellenőrzést kell végrehajtani, kétszintű kontroll alkalmazásával. A napi minőségellenőrzés megkönnyítése érdekében elektronikus minőségellenőrzés áll rendelkezésre, amely alkalmas a berendezés kétszintű ellenőrzésére. Részletes utasításokért olvassa el a használandó HEMOCHRON műszer kezelői kézikönyvét.

A HEMOCHRON Jr. tesztküvetták minőségellenőrzése

A HEMOCHRON Jr. APTT küvettákat minden egyes ***tételén*** kétszintű folyadékos minőségellenőrzéssel teljesítményhitelesítést kell végezni:

• ha új szállítmány érkezik, ÉS
• azt követően minden 30 naptári nap elteltével.

A fentiek szerint végrehajtott, sikeres teljesítményhitelesítést követően a küvettákon csak akkor kell további folyadékos minőségellenőrzést végezni, ha a klinikai eredményekben eltérés gyanúja merül fel.

A teljesítményhitelesítés a megfelelő HEMOCHRON Jr. mikrokoagulációs teljes vér minőségellenőrző készítmények segítségével hajtható végre. Az elfogadható teljesítménytartományok adatait és APTT tesztküvettákra való alkalmazásuk módját a minőségellenőrző készítményekhez tartalmazzák.

IRODALOM

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. **Collection,** Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.
2. National Committee for Clinical Laboratory Standards. **One-Stage** Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test; Approved Guideline. **CLSI document H47-A.**

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

Ulotka informacyjna

język polski

test diagnostyczny do zastosowania *in vitro*

ZASTOSOWANIE TESTU

HEMOCHRON® Jr. APTT jest ujednoliconym, jednoetapowym, ilościowym testem APTT do mikrokoagulacji. Test APTT jest stosowany do oceny działania antyagregacyjnego niskich dawek heparyny (do 1.5 j./ml krwi).

Test APTT wykonuje się w świeżej próbce pełnej krwi, przy zastosowaniu czytnika HEMOCHRON Jr. Signature lub HEMOCHRON Jr. II. Jest to przenośna aparatura, przeznaczona do zastosowania przy łóżku pacjenta. Aparatura nie jest przeznaczona do użytku domowego.

UWAGA: *HEMOCHRON Jr. APTT nie jest przeznaczony do stosowania z wcześniejszymi wersjami HEMOCHRON Jr.*

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA

HEMOCHRON Jr. APTT stosowany jest do wykonywania oznaczeń w obrębie szlaku krzepnięcia wewnątrzpochodnego, do którego należą wszystkie czynniki krzepnięcia z wyjątkiem Czynnika VII i III (czynnik tkankowy). APTT jest modyfikacją czasu częściowej tromboplastyny (PTT). W PTT stosowany jest jako odczynnik fosfolipid uzyskiwany z tkanki mózgowej lub płucnej, naśladujący funkcję płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia. W APTT zawarta jest substancja aktywująca działanie poprzez kontakt, normalizująca aktywację Czynnika XII, co sprawia, że oznaczenie jest dokładniejsze i bardziej czułe. Takie aktywatory kontaktowe jak szkło, kaolin czy ziemia okrzemkowa pozwalają dodatkowo na odróżnienie APTT od PTT.

Wartości APTT uzyskiwane z oznaczenia prowadzonego w pełnej krwi przy zastosowaniu aparatury HEMOCHRON Jr., przeliczane są na wartości będące równoważnikiem plazmy APTT, które są bliższe klinicystom, i stanowią powszechnie stosowany standard, w odniesieniu do którego podejmowane są decyzje terapeutyczne.

Oznaczenie wykonane jest poprzez zastosowanie substytutu czynnika płytkowego 3 oraz aktywatora kaolinowego i nie wymaga etapu inkubacji.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Zasada działania czytnika HEMOCHRON Jr. polega na wykorzystaniu mechanizmu tworzenia się skrzepu w punkcie końcowym procesu krzepnięcia. Skrzep tworzy się w jednorazowych kuwetach APTT. Po dodaniu próbki pełnej krwi, czytnik odmierza dokładnie 15 mikrolitrów krwi do kuwety APTT, a następnie przesuwa ją do kanału pomiarowego. Pozostała część próbki nie objęta badaniem, przesuwana jest automatycznie do kanału kuwety, w którym umieszczany jest materiał odpadowy. Mieszanie próbki z odczynnikiem oraz moment rozpoczęcia testu dokonuje się również w sposób automatyczny, bez udziału operatora. Po zmieszaniu z odczynnikiem próbka przesuwana jest ruchem wahadłowym w kanale testowym, a tworzenie się skrzepu jest monitorowane.

Mechanizm wykrywania skrzepu składa się z układu detektorów optycznych (fotodiod), ustawionego w linii kanału testowego kuwety. Mierzona jest prędkość z jaką próbka krwi przesuwa się pomiędzy detektorami. Wraz z rozpoczęciem procesu tworzenia się skrzepu, przepływ krwi jest hamowany i ruch ulega spowolnieniu. Gdy prędkość ulega zmniejszeniu poniżej założonej wartości, w pomiarze instrumentalnym rozpoznawany jest osiągnięty punkt końcowy procesu krzepnięcia. Wartości uzyskane z oznaczenia pełnej krwi na drodze matematycznych przekształceń są zamieniane przez czytnik na równoważniki plazmy. Wyniki oznaczenia pełnej krwi testem APTT można wyświetlić i zachować wcześniej i przytrzymując klawisz **START** czytnika.

ODCZYNNIKI

Każde opakowanie kuwet testowych APTT zawiera:

– 45 saszetek, każda z nich zawiera jedną kuwetę testową HEMOCHRON Jr. APTT oraz jeden osuszacz.

Kuwety testowe APTT są autonomicznymi, jednorazowymi testowymi komorami, wypełnionymi wstępnie suchymi związkami kaolinu, fosfolipidu, stabilizatorami i buforami. Każda kuweta jest oddzielnie zapakowana w saszetkę. Saszetki z kuwetami są ostemplowane datą ważności właściwą dla danej serii produktu.

OSTRZEŻENIE: *Wszystkie używane kuwety testowe należy uważać za potencjalnie zakaźne , należy je stosować z zachowaniem środków ostrożności, oraz niszczyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o likwidowaniu odpadów medycznych.*

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Zafoliowane w saszetki, przechowywane w lodówce (2 - 8°C), kuwety APTT zachowują stabilność aż do osiągnięcia deklarowanej daty ważności. Kuwety w zafoliowanych, zamkniętych saszetkach można też opcjonalnie przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Kuwety APTT nie powinny być wystawiane na działanie temperatur wyższych niż 37°C.

UWAGA: *Przechowywanie w temperaturze pokojowej może zostać wydłużone maksymalnie do 12 tygodni, ale nigdy nie powinno przekroczyć deklarowanej daty ważności. Przedatowywanie jest niezbędne przy przechowywaniu testu w temperaturze pokojowej i powinno zostać zaznaczone w tabeli "Performance Verified" ("Potwierdzenie przydatności") jako uzupełnienie informacji dotyczących przechowywania i umieszczone na bocznej ściance każdego opakowania zawierającego kuwetę. Otwarta saszetka właściwie zawinięta od strony rozcięcia i przechowywana w lodówce zachowuje stabilność przez pięć dni. Dla zachowania optymalnego okresu ważności, zaleca się otworzyć saszetkę z kuwetą bezpośrednio przed jej zastosowaniem.*

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek oznaczenia, w celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, użytkownik powinien odwołać się do Podręcznika użytkownika czytnika HEMOCHRON Jr. Signature lub HEMOCHRON Jr. II.

Oznaczenie instrumentalne polega na wstawieniu kuwety do czytnika, pozostawieniu jej do ogrzania, dodaniu próbki pełnej krwi oraz wciśnięciu klawisza START. Pomiar próbki, wymieszanie próbki z odczynnikiem, inicjacja oznaczenia oraz wykrycie skrzepu nastąpi w sposób automatyczny.

Materiały dostarczone w zestawie

– Wstępnie wypełnione kuwety testowe Hemochron Jr. APTT.

Materiały potrzebne do wykonania testu, ale nie dostarczone w zestawie

– HEMOCHRON Jr. Signature lub HEMOCHRON Jr. II (tylko)
– 1 ml lub 3 ml plastykowe strzykawki, igły o rozmiarze 23 lub 21 (opcjonalnie)

POBIERANIE PRÓBEK ORAZ WYKONANIE TESTU

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi, należy zapoznać się z instrukcjami zakładowymi oraz CLSI (H21-A, H47-A) zawierającymi wskazówki, jak pobierać próbki do oznaczania krzepliwości krwi.

Nie należy pobierać próbek świeżej krwi przy użyciu szklanych probówek do pobierania krwi.

Nie należy pobierać krwi z heparynizowanego cewnika, wenflonu lub heparynizowanego cewnika umocowanego na stałe.

Jeżeli próbki pobierane są przy zastosowaniu cewników umocowanych na stałe, należy przepłukać dokładnie igłę-ujście, postępując zgodnie z zakładowymi procedurami.

1. Przy pomocy strzykawki pobrać 0,2 ml krwi.
2. Natychmiast odmierzyć jedną kroplę krwi do studzienki kuwety testowej, zaczynając od dna aż do całkowitego jej zapełnienia. W tym celu można użyć (opcjonalnie) igły do przenoszenia. Wystarczająca objętość krwi powinna być rozdzielana dokładnie do centralnej studzienki testowej, wypełniając ją równomiernie aż do brzegu. Jeżeli zdarzy się, że duża kropla krwi przeleje się ponad brzegiem centralnej studzienki testowej, należy ją przesunąć do zewnętrznej studzienki testowej.
5. Wcisnąć klawisz **START**.

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Normalny zakres

HEMOCHRON Jr. APTT oceniano używając świeżej krwi, pobranej od zdrowych dawców – ochotników (n=30).

	Wart. średnia (sek)	SD (sek)	Zakres (wart. ś.±2SD)
równoważnik plazmy	31	3.9	23,2-38.7
pełna krew	75.4	6.3	62.8-88

UWAGA: *Wartości przedstawione jako równoważnik plazmy APTT niższe od 20 sekund nie są rutynowo dostępne i powinny być określone jako "poniżej 20 sekund".*

UWAGA: *Każda instytucja powinna określić swój własny normalny zakres oraz zakres docelowy terapeutycznego poziomu antykoagulacji w odniesieniu do własnej grupy pacjentów.*

UWAGA: *Wartości przedstawione jako równoważniki plazmy APTT uzyskane w oznaczeniu przy zastosowaniu HEMOCHRON Jr. niższe od 10 sekund, powinny być określone jako "poza zakresem - Lo" i mogą uskazywać na nadmierną krzepliwość krwi, prawdopodobnie wynikającą z zanieczyszczenia próbki w czasie jej pobierania lub obróbki. Zabieg wymaga powtórzenia.*

Wyniki oznaczenia przedstawione są w równoważnikach plazmy. Czas krzepnięcia pełnej krwi APTT można odczytać wciskając i przytrzymując klawisz START.

Wyniki przedstawione w równoważnikach plazmy APTT obliczane są dla określonego odczynnika APTT oraz systemu instrumentalnego. Poszczególne systemy APTT prezentują odmienne normalne zakresy oraz czułość na heparynę. Wartości przedstawione jako równoważniki plazmy APTT umieszczone w programie HEMOCHRON Jr. Signature oraz HEMOCHRON Jr. II, są przybliżonymi równoważnikami plazmy mającymi zastosowanie kliniczne. Jeżeli instytucje prowadzą porównawcze badania, przeliczając wyniki uzyskane z badania pełnej krwi na plazmę APTT, stosując zasadę oznaczenia podobną do tej która opisana została w "CORRELATION OF THE HEMOCHRON Jr. APTT AND LABORATORY PLASMA APTT", mogą uzyskać bardziej wiarygodny system przeliczeniowy.

Czułość heparyny (Fig. 1)

Krzywa czułości heparyny (in vitro) została opracowana na podstawie wartości rosnących objętości heparyny dodawanych do jednakowej objętości normalnej krwi dawców, rozdozowanej do probówek. Potrójne oznaczenia przy zastosowaniu HEMOCHRON Jr. APTT były wykonywane z każdą ilością heparyny.

UWAGA: *Przedstawiona krzywa jest jedynie przykładowym wykresem . W przypadku każdego pacjenta, odpowiedź na dawkę jest inna, a więc i krzywe mają indywidualny charakter.*

Różnanie do przeliczania wartości uzyskanych z oznaczenia pełnej krwi na równoważniki plazmy (Fig. 2)

Próbki świeżej krwi (n=94) pobrane od pacjentów przed i po wykonaniu zabiegów cewnikowania serca i plastyki naczyń były analizowane przy łóżku pacjenta przy zastosowaniu HEMOCHRON Jr. APTT. Równe objętości próbek wymieszane zostały z cytrynianem i odwirowane a plazma zamrożona. Każdą próbkę plazmy przebadano w laboratorium referencyjnym, stosując test APTT plazmy. Zużyto jedną serię odczynnika (Dade Actin FSL APTT [Baxter Healthcare, Miami, FL] używając do odczytu analizatora Electra 900 (IL, Lexington, MA]). Wartości HEMOCHRON Jr. APTT uzyskane z oznaczenia pełnej krwi, były wysoko skorelowane z laboratoryjnymi wartościami referencyjnymi APTT (r=0,92), Fig. 2.

Korelacja pomiędzy wynikami APTT uzyskanymi na podstawie metody HEMOCHRON Jr. oraz testu laboratoryjnego APTT z zastosowaniem plazmy (Fig. 3)

Próbki świeżej krwi (n=48) pobrane od pacjentów przed i po wykonaniu zabiegów cewnikowania serca i plastyki naczyń były analizowane przy łóżku pacjenta przy zastosowaniu HEMOCHRON Jr. APTT. Równe objętości próbek wymieszane zostały z cytrynianem i odwirowane. Każda próbkę plazmy przebadano w laboratorium szpitalnym stosując standardowe odczynniki do określania APTT plazmy.

Wartości HEMOCHRON Jr. wyrażone w równoważnikach plazmy APTT, były wysoko skorelowane z wartościami laboratoryjnie uzyskanych wyników APTT plazmy (r=0,92) (Fig. 3)

HEMOCHRON Jr. Signature i HEMOCHRON Jr. II automatycznie przeliczają wyniki testu APTT wykonanego w pełnej krwi na wartości przedstawione jako równoważniki APTT plazmy (w sekundach). Wartości APTT plazmy przekraczające 150 sekund nie są osiągalne rutynowo przy zastosowaniu czytnika fotooptycznego, ze względu na ograniczenia jakie narzucają oznaczenia próbek plazmy. Ponieważ czułość na heparynę jest właściwa dla poszczególnych odczynników APTT oraz systemów stosowanych testów, górna granica rejestrowalnych wartości będzie różna dla poszczególnych systemów testów APTT.

Oprócz czułości odczynników APTT, również sama metoda wykrywania skrzepu ma wpływ na górne granice rejestrowalnych punktów końcowych. Fotooptyczne analizatory plazmy podają rejestrowalne punkty końcowe dla zakresu 100-150 sekund, zależnie od zastosowanego odczynnika oraz jakości oznaczanej próbki krwi. Analizator obliczający punkt końcowy poda rejestrowalne punkty końcowe o wartościach do 200 sekund lub wyższych, zależnie od zastosowanego odczynnika.

Tabela konwersji APTT plazmy (Fig. 4)

W oparciu o analizę pełnej krwi metodą regresji, wykonaną testem HEMOCHRON Jr. APTT oraz referencyjnym testem laboratoryjnym APTT plazmy, dla HEMOCHRON Jr. Signature i HEMOCHRON Jr. II zaprogramowano tabelę konwersji. Zastosowana konwersja APTT plazmy umożliwia interpretację stanu pacjenta poprzez wykorzystanie wyników znanych klinicystom. Zaprogramowana tabela konwersji plazmy sporządzona jest w oparciu o aktualną regresję danych (dla testów APTT plazmy wynoszą one 150 sekund lub mniej) przy teoretycznym rozszerzeniu górnej granicy tych danych do takiego zakresu klinicznego dla którego test jest przeznaczony. Górna granica zakresu liniowego kształtuje się od 200 do 400 równoważników plazmy (w sekundach) w zależności od zdolności do wykrzepiania próbki krwi pacjenta oraz czułości testu do oznaczania plazmy.

UWAGA: *Przedstawione wyniki testu APTT plazmy dotyczą danych APTT plazmy uzyskanych przy zastosowaniu swoistego odczynnika APTT oraz aparatury foto-optycznej do automatycznego odczytu procesu krzepnięcia. Ze względu na istniejącą różnorodność odczynników i aparatury badawczej, różne systemy do testowania będą dawały odmienne konwersje. W celu uzyskania optymalnych wyników , instytucje powinny wypracować swój własny zakres działania oraz użyteczność tabeli konwersji dla poszczególnych odczynników stosowanych w laboratorium klinicznym, stosując się do protokołu będącego odpowiednikiem tego, który został przedstawiony w powyższej pracy.*

PRECYZJA

***