# HEMOCHRON® Jr.

## Whole Blood Microcoagulation Systems

**Protrombinový čas (PT)**

# Příbalová informace

**Česky**

Pro diagnostické použití *in vitro*

## ÚČEL POUŽITÍ

HEMOCHRON Jr. PT je unikátní mikrokoagulační test určený k provádění kvantitativního jednostupňového protrombinového času.

PT test se provádí na kterémkoliv modelu HEMOCHRON Jr. za použití čerstvého vzorku periferní krve. Tyto přístroje jsou přenosné a jsou určené k provádění testů u lůžka pacienta. Přístroje nejsou určeny k domácímu použití.

## SOUHRN A POPIS

HEMOCHRON Jr. PT měří vnitřní část koagulační kaskády. Systémy testů periferní krve vylučují spoustu proměnných, které často ovlivňují PT testování plazmy a zahrnují odběr, zacházení a zpracování vzorků. Protože zpracování vzorků není nutné, výsledky PT testu jsou získány do dvou minut.[2]

Testování u lůžka pacienta je velmi hodnotné během procedur a lékařských zákroků, které vyžadují sledování orálních antikoagulantů a hemostázní posouzení před a po krevních transfúzích.

## PRINCIP METODY

Přístroje HEMOCHRON Jr. využívají koagulačního mechanismu s mechanickým koncovým bodem, při němž dojde k testování uvnitř jednorázové PT kyvety. Po zavedení vzorku periferní krve, přístroj přesně naměří 15 mikrolitrů krve a automaticky je převede do pokusného kanálku uvnitř PT kyvety. Zbytek krevního vzorku, který není potřebný k výzkumu je automaticky odsán do odpadového kanálku kyvety. Smíchání vzorku a činidla a spuštění testu je také provedeno automaticky, bez jakéhokoliv zásahu operátora. Po smíchání s činidlem se vzorek pohybuje ze strany na stranu ve výzkumném kanálku a sleduje se tvoření koagula.

Mechanismus na detekci koagula se skládá z řady optických detektorů LED zarovnaných s testovacím kanálkem kyvety. Rychlost, kterou se krevní vzorek pohybuje mezi detektory, se měří. Jakmile krev začne koagulovat, zabraňuje toku krve a pohyb se zpomalí. Přístroj pozná, kdy byl dosažen koncový bod koagulace, když se pohyb zpomalí pod předem určenou hodnotu. Přístroj ohlásí hodnoty periferní krve matematicky převedené na Mezinárodní normalizovaný poměr (INR) a ekvivalentní plazmatickou hodnotu PT. PT časovou hodnotu periferní krve je možné zobrazit tím, že stisknete a budete držet tlačítko **START** přístroje.

## ČINIDLA

Každý kartón testu PT testovacích kyvet obsahuje:

- 45 sáčků, obsahujících jedno HEMOCHRON Jr. PT testovací kyvetu a jedno vysoušedlo

Testovací kyveta PT je samostatná jednorázová pokusná komora naplněná suchým přípravkem tromboplastinu, stabilizátory a pufrem. Každá kyveta je balená v individuálním sáčku. Na sáčku kyvety je vytištěné datum použitelnosti pro specifickou šarži.

***VAROVÁNÍ:*** *Všechny použité kyvety považujte za potenciálně infekční, zacházejte s nimi opatrně a odstraňte je v souladu se směrnicemi zásad odstraňování lékařského odpadu.*

## SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

Pokud jsou uchovávány v chladícím prostoru (2–8 °C), PT kyvety balené ve fólii, jsou stálé až do vyznačené doby použitelnosti. Skladování při pokojové teplotě (15–30 °C) je možné pro neotevřené kyvetové sáčky. PT kyvety nevystavujte teplotám nad 37 °C.

***POZNÁMKA:*** *Pokud jsou uchovávány při pokojových teplotách, je znovu datování možné maximálně do 12 týdnů, ale nesmí přeběrotit označenou dobu použitelnosti. Znovu datování je nutné v případě udržování při pokojových teplotách a musí být označeno vyplněním části stálosti v informacemi o skladování označené „Ověření funkce“na boční straně každého kyvetového kartónu. Otevřený sáček, se správně překlopeným otevřeným koncem, uchovaný v chladícím prostoru si udržíš stálost sedm dnů. Pro optimální trvanlivost doporučujeme, abyste kyvetní sáček otevřeli těsně před použitím.*

## POKYNY K POSTUPU

Před vykonem každého testu se obraťte na příslušnou Příručku pro operátora HEMOCHRON Jr., která obsahuje detailní pokyny k postupu.

Přístroj se ovládá vsunutím kyvety do přístroje, jejím zahřátím, zavedením vzorku periferní krve a stisknutím tlačítka **START**. Odměření vzorku, smíchání vzorku a činidla, spuštění pokusu a detekce koagula je provedeno automaticky.

***Dodané látky***

- Předem naplněné HEMOCHRON Jr. PT testovací kyvety.

***Nedodané, ale nezbytné látky***

- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II nebo HEMOCHRON Signature
- 1 ml nebo 3ml stříkačka z plastické hmoty, jehla kalibrovaná 23 nebo 21(na odběr vzorků)
- lanceta, alkoholový tampon, gáza (na odběr lancetou)

## ODBĚR A ZACHÁZENÍ SE VZORKY

Při získání krevních vzorků postupujte podle pokynů ústavních a pokynů CLSI (Institut pro klinické laboratorní standardy) (H21-A, H47-A) k odběru vzorků pro koagulační testy.

Neodebírejte čerstvé vzorky periferní krve pomocí skleněných odebíracích zkumavek.

Neodebírejte krev z heparinizované přístupové linky, uzávěru nebo z dlouhodobě zavedeného heparinového uzávěru

Při odebírání vzorků přes zavedené krevní linky důkladně vypláchněte přístupový otvor podle ústavních pokynů.

1. Pomocí odběrové stříkačky nebo lancety odeberte 0,2 ml krve.
2. Okamžitě odkápněte jednu kapku krve do vzorkové jamky testové kyvety; naplňte jí od spodní části až po horní. Toto můžete učinit za/aneb bez pomoci přepouštěcí jehly. Přiměřené množství krve musí být přidáno přímo do střední vzorkové jamky, aby byla zaplněná až po okraj. Pokud velká kapka přesáhne nad střed vzorkové jamky, postrčte ji do strany vzorkové jamky.
3. Zmáčkněte tlačítko **START**.

## FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

***Normální rozmezí***

INR získané z testů vzorků od dobrovolných normálních dárců provedených na systémech HEMOCHRON Jr. byly 1,3 nebo menší. Asociovaný plazmatický ekvivalent je:

| | Jr. (ISI=2,0) | Signature/Jr. II (ISI=1,0) |
|---|---|---|
| INR=1,3 | 13,6 s | 17,8 s |

Během nezávislého ohodnocení 36 zdravých dobrovolných dárců bylo určeno následující INR rozmezí:

| | Jr. | Signature/Jr. II |
|---|---|---|
| INR rozmezí | 1,0 – 1,4 | 0,80 – 1,4 |

***POZNÁMKA:*** *Normální stanovená hodnota byla specifická pro ISI zavedených tromboplastinových činidel. Každá instituce by si měla zavést své vlastní normální rozmezí a cílové rozmezí terapeutické antikoagulace podle svých pacientů.*

PT hodnoty periferní krve menší než 15 sekund (HEMOCHRON Jr.), nebo INR hodnoty ≤ 0,5 (HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Signature) indikují zvýšenou aktivaci krevní koagulace, případně způsobenou během odběru nebo zpracování a test by měl být zopakován. Tromboplastinový reagent HEMOCHRON Jr. PT je velmi citlivé činidlo s nízkým ISI, které tvoří optimální citlivost na koagulační faktory závislé na vitamínu K.

INR zobrazené na závěr testu udává stupeň, na který se tyto koagulační faktory sníží v přítomnosti orální antikoagulační terapie. Plazmatické PT výsledky testu zobrazené modelem HEMOCHRON Jr.II a HEMOCHRON Jr. Signature jsou založené na hodnotě, která odpovídá laboratornímu činidlu o 2,0 ISI. Plazmatické PT výsledky testu zobrazené modely HEMOCHRON Jr.II a HEMOCHRON Jr. Signature jsou založené na hodnotě, která odpovídá laboratornímu činidlu o 1,0 ISI. Odlišné PT plazmatické systémy prokazují různé normální rozmezí a antikoagulační citlivost. Plazmatické PT hodnoty odpovídají tromboplastinu s ISI 1,0 a 2,0 a jsou udány na Fig. 6.

***Citlivost a specificita testu HEMOCHRON Jr. PT***

HEMOCHRON Jr. byl vyzkoušen pomocí standardního preparátu periferní krve, který byl připraven s klesající koncentrací normální poolované plazmy a zvyšujícími se koncentracemi poolované plazmy deficientní na koagulační faktory (faktory II, VII, IX a X), závislé na vitamínu K. HEMOCHRON Jr. PT byl srovnán s PT laboratorní plazmy při použití standardních tromboplastinových reagentů (Dade, Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL) a přístroje Electra 900 (IL, Lexington, MA). Mimo PT reagenční citlivosti, různé metody detekce koagula poskytují rozlišné faktory koagulační citlivosti.

***Přebled citlivosti (Fig. 4)***

Přístroj HEMOCHRON Jr. a PT testová kyveta na periferní krev byly vyzkoušeny v porovnání s testy standardní laboratorní plazmy na zhodnocení relativity citlivosti testu periferní krve a tohoto testu standardní plazmy. Substráty použité v testu plazmy byly vzorky s klesající koncentrací koagulačního faktoru vitamínu K. Citlivost na specifickou plazmu s deficientními faktory byla také testována. Výsledky PT těchto plazmatických vzorků byly nejdříve určeny pomocí přístroje Electra 900 (IL, Lexington, MA) s komerčními reagenty (Dade Thromboplastin, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL). Po tomto testu bylo přidáno přiměřené množství červených krvinek a tento vzorek periferní krve byl testován v přístroji HEMOCHRON Jr. a PT testové kyvetě. Na výsledcích testů plazmy a periferní krve byla provedena statistická analýza. Všechna srovnání byla význačně souvztažná.

***Klinická relevance (Fig. 5)***

HEMOCHRON Jr. PT test byl posouzen ve třech ambulantních tromboníckých klinikách neinocnic u pacientů (n=108), kteří byli pravidelně sledování plazmovým PT (získaným venipunkcí), každá nemocnice měla svoji vlastní unikátní kombinaci přístroje a činidla a odběr krve byl proveden v odlišných koncentracích citrátu sodného. Blízká data laboratorní a od pacientů byla na všech místech získána na základě děleného vzorku. Vzorek periferní krve získaný venipunkcí byl testován na HEMOCHRON Jr. a na HEMOCHRON Jr. Signature. Zbytek byl smíchán s citrátem sodným a zaslán do laboratoře ke zpracování. Všechny testy byly provedeny v duplikátu a výsledky byly zaznamenány a srovnány. Fig. 5 představuje INR (venózní) výsledky HEMOCHRON Jr. v porovnání s INR testu laboratorní plazmy.

***Srovnání metod krevního odběru***

Zvlášť provedená analýza (n=50) testovala vliv metody odběru krve. PT výsledky vzorku periferní krve získané z prstu (kapilární) byly srovnány se vzorky získanými venipunkcí. Výsledky testů byly ekvivalentní (r=0,95).

***Přebled klinické relevance***

Každý venózní vzorek byl rozdělen; analýza kapky krve byly provedena na přístrojích HEMOCHRON Jr., zatímco zbytek vzorku byl upraven citrátem sodným a zaslán do laboratoře ke zpracování a měření PT plazmy.

Poté, vzorek kapilární krve z prstu byl odebrán a použit v nové PT testovací kyvetě. Výsledky PT testů byly srovnány. PT plazmy byl srovnán s PT periferní (venózní) krve (r=0,91); PT plazmy byl porovnán s PT krví (kapilární) z prstu (r=0,88), a metody odběru (venózní versus kapilární) byly srovnány (r=0,95). Všechna srovnání byla velmi význačná, manifestující nezávislost na metodě odběru krve.

***Mezinárodní normalizovaný poměr***

Terapeutické rozmezí orální antikoagulační terapie se tradičně vyjadřuje jako poměr mezi PT pacienta a normálním PT (střed normálního institučního rozmezí). Vzhledem k proměnným prokoagulačním vlastnostem různých tromboplastinů bylo navrženo Mezinárodním zastupitelstvem pro standardizaci v hematologii a Vědeckou standardizační komisí Mezinárodního spolku pro trombózu a hemostázu, aby každý výrobce tromboplastinových činidel identifikoval účinnost svých preparátů v porovnání se standardy Světové zdravotní organizace (WHO). Následkem těchto srovnání došlo ke stanovení Mezinárodního indexu citlivosti (ISI) pro činidlo. ISI může být použit k převodu poměrů normálního pacienta na INR.

HEMOCHRON Jr. automaticky převádí výsledky PT periferní krve na odpovídající PT plazmatické ekvivalenty a INR hodnoty. Převodová rovnice času koagulace periferní krve na ekvivalentní čas plazmy se zakládá na regresní analýze údajů obdržených od mnoha klinik. Rovnice ekvivalentní plazmy naprogramované do HEMOCHRON Jr. byla založené na údajích klinik, které použily činidla s ISI 2,0 (Date, Tromboplastin C plus, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) a na automatických koagulačním přístroji založeném na plazmě (Electra 900 IL, Lexington, MA).

Udané INR bylo vytvořeno tak, aby bylo nezávislé na použité plazmatické referenci a korelovalo se systémem s ISI 1,0. Nedávná oznámení zdůraznila trvalé rozdíly mezi INR testovacích systémů.[3] Institucí si mohou stanovit své vlastní cílové meze terapeutické koagulace ve spojení se svou populací pacientů a laboratorním INR testovacím systémem.

Modely HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature automaticky převádějí výsledky testu PT periferní krve na ekvivalentní INR plazmatické hodnoty. Rovnice na převod koagulačního času periferní krve na INR je založena na regresní analýze údajů obdržených od mnoha klinik. Laboratorní systémy, zavedené na klinikách, zahrnovaly MDA 180 se Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC), IL 1000 (IL, Lexington, MA) s Dade C+ (Dade, Miami, FL) a Coagamate (IL, Lexington, MA) se Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC). INR rovnice naprogramované do HEMOCHRON Jr.II a HEMOCHRON Jr. Signature jsou založené na klinických údajích při použití činidla s ISI 1,0 (Recombiplastin [IL, Lexington, MA]) na automatickém, koagulačním přístroji založeném na plazmě (IL, Lexington, MA).

***INR – Převodové tabulky ekvivalentní plazmy***

Každý přístroj zobrazuje výsledky PT jako INR a ekvivalentní plazmu PT v sekundách.

Na Fig. 6 najdete reprezentativní převodovou tabulku. Sady přístrojů používají různé kalkulace k dosažení těchto hodnot z výsledků periferní krve jak je uvedeno na Fig. 6.

***Reprezentativní převodová tabulka HEMOCHRON Jr.***

Založená na analýze lineární regrese dvojice výsledků testu periferní krve PT HEMOCHRON Jr. a plazmatické PT ( v sekundách), převodová rovnice periferní krve na ekvivalentní plazmu byla sestavena pro HEMOCHRON Jr. Plazmatický převod naprogramovaný do přístroje HEMOCHRON Jr. je založen na srovnávacím plazmatickém tromboplastinu s ISI=2,0. Hodnota INR je následovně určena z PT plazmatických hodnot. Tento převod se zakládá na srovnatelných údajích z mnoha různých klinik.

***Reprezentativní převodová tabulka HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature***

Založená na analýze lineární regrese dvojice výsledků testu periferní krve PT HEMOCHRON Jr. a plazmatického PT (INR), převodová rovnice periferní krve INR byla sestavena pro modely HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature. Převod plazmy naprogramovaný do přístrojů HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature se zakládá na srovnávacím plazmatickém tromboplastinu s ISI=1,0. Tento převod se zakládá na srovnatelných údajích z mnoha různých klinik.

***POZNÁMKA:*** *Plazmatické hodnoty PT jsou specifické pro různé reagenty a testovací přístroje. Převod plazmatického PT se zakládá na srovnatelných údajích a závisí na různých omezeních testu plazmy.*

*Klinicky bezvýznamný rozdíl, který můžete zaznamenat při shlédnutí tabulky s převodem periferní krve na INR, se přikládá metodám, které různé přístroje použíjí při kalkulaci.*

***POZNÁMKA:*** *Modely HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature zobrazují ekvivalentní plazmatické hodnoty založené na srovnávacím plazmatickém tromboplastinu s ISI=1,0. Dříve jsi HEMOCHRON Jr.zobrazují ekvivalentní plazmatické hodnoty založené na srovnávacím plazmatickém tromboplastinu s ISI=2,0.*

*Instituce si mohou vytvořit svůj vlastní převod na základě výkonů srovnávací studie PT periferní krve a PT plazmy.*

Poznámky Fig. 6

1a. Pro HEMOCHRON Jr.: Po vykonání testu jsou nahlášeny výsledky testu periferní krve a přepočítané ekvivalentní plazmatické hodnoty. INR se kalkuluje na základě ekvivalentní plazmatické hodnoty a ISI hodnoty činidla.

1b. Pro HEMOCHRON Jr. a HEMOCHRON Jr. Signature: Po vykonání testu, výsledky testu periferní krve a vypočítané INR jsou nahlášeny. Výsledky ekvivalentní plazmy se kalkulují z hodnoty INR a z ISI hodnoty činidla.

2. Zobrazená převodová tabulka je specifická pro PT plazmy získaného při použití určitého PT Činidla. Převod pro ISI=2,0 byl získán při použití Dade Thromboplastin C plus (Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) a přístroj Electra 900 (IL, Lexington, MA). Následkem variability činidel a testovacích přístrojů, různé testovací přístroje udávají různé převody. Instituce si mohou stanovit své vlastní rozmezí výkonů a převodové tabulky pro zavedená specifická činidla ve své klinické laboratoři. Tento převod pak může nahradit převody zobrazené na přístrojích. Instituce , které si zvolí provést své vlastní převody je nutné upozornit, že převod periferní krve na plazmu je relevantní pouze pokud se jedná o standardní kombinaci tromboplastinového činidla a přístroje. Pokud je kterákoliv z těchto součástí změněna, musí dojít ke znovuzhodnocení těchto institučních korelací.

3. Koagulační čas periferní krve HEMOCHRON Jr. se měří vnitřné na nejbližší desetinu sekundy a k zobrazení je zaokrouhlen na nejbližší celé číslo. Toto zaokrouhlení může mít za následek nepatrné rozdíly mezi přístrojem zobrazenými ekvivalentními plazmatickými hodnotami a hodnotami daným v převodové tabulce.

## PŘESNOST

***Interní studie přesnosti***

Přesnost HEMOCHRON Jr. Signature byla zhodnocena výkonem mnohanásobných PT testů a s použitím normálních a abnormálních regulátorů periferní krve. Testy se prováděly během tří různých dnů, byly použity až tři různé přístroje s následujícími výsledky. Přesné hodnoty HEMOCHRON Jr. jsou uvedeny jako INR.

| | N | Průměr | SD |
|---|---|---|---|
| Normální | 45 | 2,3 | 0,27 |
| Abnormální | 45 | 8,9 | 0,43 |

Opakované testování na jednom přístroji během tří následných dnů vykázalo následující přesnost:

| | N | Průměr | SD |
|---|---|---|---|
| Normální | 15 | 2,3 | 0,28 |
| Abnormální | 15 | 9,1 | 0,34 |

Opakované testování ze dne na den na jednom přístroji vykázalo následující přesnost:

| | Normální | | | Abnormální | |
|---|---|---|---|---|---|
| | N | Průměr | SD | Průměr | SD |
| Den 1 | 5 | 2,1 | 0,23 | 8,9 | 0,37 |
| Den 2 | 5 | 2,3 | 0,18 | 9,0 | 0,15 |
| Den 3 | 5 | 2,3 | 0,39 | 9,5 | 0,24 |

***Přebled přesnosti***

Čtyři přístroje HEMOCHRON Jr.podstoupily testování přesnosti s dvěma hladinami regulátorů periferní krve, normální a abnormální. Přístroje byly opakované testovány průběhem dne, aby se mohla stanovit očekávaná odchylka mezi přístroji. Přístroje byly také testovány regulátorem periferní krve během pěti následných dnů, aby se stanovila očekávaná odchylka ze dne na den. Prokázaná odchylka přístrojů pro oba regulátory periferní krve byla pod 10 % pro obě hladiny regulátorů periferní krve.

## OMEZENÍ

Vteřinové hodnoty periferní krve menší než 15 a větší než 170 nejsou pro HEMOCHRON Jr udány. Místo toho se zobrazí ekvivalentní plazmatické hodnoty (PT-P) jako „PT<10,4 s, Opakovat“ nebo „PT – P>80 s“, dle uvedeného pořadí. Pro HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature, hodnoty INR mezi 0,5 a 0,8 a mezi 10 a 12, jsou zobrazeny jako „INR<0,8“ nebo „INR >10“ dle uvedeného pořadí. Hodnoty INR pod 0,5 a přes 12 jsou zobrazeny jako „Mimo rozmezí - pod“ nebo „Mimo rozmezí- nad,“ dle pořadí.

Vzorky s poměrem plazmy ke krvinkám menším než 20 % nebo větším než 55 % se nedoporučují, protože jejich optická hustota se pohybuje ve vnější části přístrojem zaznamenatelného rozmezí.

HEMOCHRON Jr. PT je ovlivněn nesprávným pracovním postupem, což zahrnuje odběr krve a převod krve do vzorkové jamky. Kvalita krevního vzorku může být ovlivněná:

- Pěněním nebo hemolýzou vzorku
- Koagulovanou nebo částečně koagulovanou krví
- Nečekanou antikoagulací

Výsledky studií signalizují, že se rušivé vlivy mohou projevit u pacientů s protilátkami proti fosfolipidům či s antifosfolipidovým syndromem.[3,4,5]

Stejné jako při jiných diagnostických zkouškách, výsledky testu HEMOCHRON Jr. by měly být zváženy s ohledem na stav jednotlivého pacienta a na antikoagulační léčbu. Výsledky, které neodpovídají klinickému stavu pacienta by se měly zopakovat nebo by měly být doplněny dodatečnými informacemi testu.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**NE**používejte kyvety s prošlou dobou použitelnosti, nebo které nebyly správně skladovány.

**NE**vsunujte kyvetu do přístroje násilím. Pokud se při vsunutí setkáte s odporovou silou, zvolna kyvetu vyjměte a prohlédněte si kyvetní drážku. Odstraňte všechny překážky před tím než se pokusíte přístroj znovu použít (viz Služba a údržba v Příručce k použití HEMOCHRON Jr.).

## KONTROLA KVALITY (QC)

Pravidelné zkoušky kvality a sledování by mělo být součástí celkového programu zabezpečení kvality. Výrobky HEMOCHRON Jr.pro kontrolu kvality jsou k dispozici k výhodnému a cenově přijatelnému výkonu běžné kontroly kvality.

***Každodenní kontrola kvality přístroje***

Kontrola kvality by měla být u HEMOCHRON Jr. prováděna ve dvou stupních, jednou za každých 8 hodin provozu. Aby bylo možné uskutečnit každodenní kontrolu kvality, je k dispozici systém elektronické kontroly kvality a umožňuje dvoustupňovou kontrolu přístroje. Detailní pokyny naleznete v provozní příručce k danému přístroji HEMOCHRON, který je používán.

***Kontrola kvality testovacích kyvet HEMOCHRONJr.***

Parametry každé **šarže** kyvet HEMOCHRON Jr. PT by měly být ověřeny ve dvou úrovních kontroly kvality tekutiny:

- Při doručení nové zásilky a
- pak po každých 30-ti kalendářních dnech

Po úspěšném ověření parametrů popsaném výše nebude nutné kyvety podrobovat žádné další kontrole kvality tekutiny, pokud není podezření na posun klinických výsledků.

Ověření parametrů je možné provést pomocí příslušných HEMOCHRON Jr. mikrokoagulačních výrobků pro kontrolu kvality plné krve. Přijatelné meze parametrů a způsob jejich aplikace pro PT zkušební kyvety jsou přiloženy ke každé soupravě na kontrolu kvality.

## ODKAZY NA LITERATURU


1. Ens, GW, and Duff, S. A Proposed Inter-laboratory INR Support System. Clinical Hemostasis Review 1997; 11:(1).
2. Wehrmacher WH: Guarding the prothrombin. Current Medical Digest 1967; 34:432.
3. Sanfelippo MJ, Sennet J, McMahon EJ, 2000. Falsely elevated INRs in warfarin-treated patients with the lupus anticoagulant. WMJ. Jun; 99(3):62-4, 43.
4. Rosborough TK, Shepherd ME 2004. Unreliability of international normalized ratio for monitoring warfarin therapy in patients with lupus anticoagulant. Pharmacotherapy Jul; 24(7):838-42.
5. Perry SL, Samsa GP, Ortel TL, 2005. Point-of-care testing of the international normalized ratio in patients with antiphospholipid antibodies. Thromb Haemost. Dec; 94(6):1196-202.


# HEMOCHRON® Jr.

## Whole Blood Microcoagulation Systems

**Protrombintid (PT)**

# Indlægsseddel

**Dansk**

Til *in vitro* diagnostisk brug

## TILSIGTET BRUG

HEMOCHRON® Jr. PT er en enhedsbestemt mikrokoagulationstest beregnet til brug ved udførelse af en kvantitativ, et-trins protrombintid.

PT-testen kan udføres kun enhver HEMOCHRON Jr. model vha. en frisk fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare og er beregnet til brug ved sengelejе. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.

## OVERSIGT OG FORKLARING

HEMOCHRON Jr. PT er en test af den ekstrinsikke koagulationsbane. Fuldblods testsystemer eliminerer mange af de afvigelse, der vides at påvirke pålideligheden af plasma prothrombintid (PT) testning, herunder håndtering og bearbejdning. Da der ikke kræves bearbejdning af prøven, opnås PT-resultaterne på mindre end to minutter[2]

Muligheden for at udføre testning ved sengelejet er især værdifuldt under procedurer og behandlingsindgreb, der kræver overvågning af perorale antikoagulanter, samt til vurdering af hæmostase for eller efter blodtransfusioner.

## FUNKTIONSPRINCIP

HEMOCHRON Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor testningen foregår inden i PT-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumentet nøjagtigt 15 mikrolitre blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i PT-kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres ligeledes automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter prøven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.

Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodprøven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at koagelslutpunkt er opnået , når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumentet viser fuldblodstal, der matematisk er omregnet til INR og en plasma ækvivalent værdi. Fuldblod PT-værdien vises ved at trykke på og holde instrumentets **START**-tast nede.

## REAGENSER

Hver kasse med PT-testkuvetter indeholder:

- 45 poser, som hver indeholder en HEMOCHRON Jr. PT-testkuvette og et tørremiddel.

PT-testkuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af tromboplastin, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er pårtrykt en partispecifik uldløbsdato.

***FORSIGTIG:*** *Alle brugte testkuvetter skal anses for at være potentielt smitteførlige og skal håndteres forsigtigt, samt bortskaffes i henhold til standard bortskaffelsesregler for medicinsk affald.*

## OPBEVARING OG STABILITET

Når de er anbragt i koleskab (2 – 8 °C), er folieposerne med PT-kuvetterne stabile indtil den pårtrykte uldløsdato. Opbevaring ved stuetemperatur (15 – 30 °C) er valgfri for ulåbnede poser med kuvetter. PT-kuvetter må ikke udsættes for temperaturer over 37 °C.

***BEMÆRK:*** *Stuetemperatur omdatering gælder i maksimalt 12 uger, men må aldrig overstige den pårtrykte udløbsdato. Det er nødvendigt at omdatere, hvis produktet opbevares ved stuetemperatur, og dette skal angives ved at udfylde afsnittet med opbevaringsinformation i skemaet "Prøstation bekræftet" på kuvettekassernes sidepanel. Når en åbnen pose er korrekt foldet i den åbne ende og sat i koleskab, er den stabil i syv dage. For optimal holdbarhed anbefales det at åbne kuvetteposen lige før brug.*

## BRUGSANVISNING

Brugeren skal, inden der udføres nogen analyse, læse brugervejledningen for HEMOCHRON Jr. for en detaljeret brugsanvisning.

Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på START-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.

***Vedlagt Materiale***

- HEMOCHRON Jr. PT-testkuvetter med tilsat præparat

***Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt***

- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II eller HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle (til prøveindsamling vha. sprøjte)
- Fingerblodprøveapparat, alkoholvædet serviet, gaze (til fingerblod prøveindsamling)

## PRØVEINDSAMLING OG HÅNDTERING

Institutions- og CLSI- (H21-A, H47-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationsteststning skal følges.

Fuldblod må ikke indsamles i blodopsamlingsrør af glas.

Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.

1. Indsaml 0,2 ml blod med sprøjten eller fingerblodprøveapparatet.
2. Tilset en dråbe blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overforselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
3. Tryk på **START**-tasten.

## PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

***Normalområde***

Blod fra raske, frivillige donorer som blev testet på HEMOCHRON Jr. systemerne giver normalt INR-værdier på 1,3 eller mindre. Det tilhørende plasma ækvivalent er:

| | Jr. (ISI=2,0) | Signature/Jr. II (ISI=1,0) |
|---|---|---|
| INR=1,3 | 13,6 sek. | 17,8 sek. |

I en uafhængig undersogelse af 36 raske, frivillige donorer var det fastlagte INR-område:

| | Jr. | Signature/Jr. II |
|---|---|---|
| INR-område | 1,0 - 1,4 | 0,80 - 1,4 |

***BEMÆRK:*** *Den fastlagte normalværdi var specifik for ISI af den anvendte tromboplastinreagens. Hver institution bør etablere deres eget normalområde og målområde for terapeutisk antikoagulation baseret på deres patientgruppe.*

Fuldblods PT-værdier på mindre end 15 sekunder (HEMOCHRON Jr.), eller INR-værdier ≤ 0,5 (HEMOCHRON Jr. II and HEMOCHRON Jr. Signature), tyder på for kraftig aktivering af blodkoagulation, muligvis forårsaget af kontaminering af prøven under indsamling eller forarbejdning, og testen bør derfor gentages. HEMOCHRON Jr. PT thromboplastinreagenset er en meget sensitiv reagens med lav ISI, som giver optimal sensitivitet for K-vitamin afhængige koagulationsfaktorer.. Det INR, der vises ved slutningen af analysen, angiver i hvor høj grad disse koagulationsfaktorer mindskes ved tilstedeværelse af peroral antikoagulationsbehandling. Plasma PT-resultaterne, som vises af HEMOCHRON Jr. modellen, er baseret på en værdi, der svarer til en laboratorieregens ISI på 2,0. Plasma PT-resultaterne, der vises på HEMOCHRON Jr. II og HEMOCHRON Jr. Signature modellerne, er baseret på en værdi, der svarer til et laboratorie reagens ISI på 1,0. Forskellige plasma PT-systemer udviser forskellige normalområder og sensitivitet over for antikoagulant. Plasma PT-værdierne, der svarer til tromboplastin med ISI 1,0 og 2,0, er vist i fig. 6.

***HEMOCHRON Jr. PT-testens sensitivitet og specificitet (fig. 1, 2 og 3)***

HEMOCHRON Jr. PT-testen blev testet med et standard fuldblods præparat, som var forberedt med faldende koncentrationer af normalt poolet plasma, og stigende koncentrationer af poolet plasma, der manglede K-vitamin afhængige koagulationsfaktorer (faktor II, V, VII, IX og X). HEMOCHRON Jr. PT blev korreleret med en laboratorieplasma PT ved brug af en standard tromboplastinreagens (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) og Electra 900 (IL Lexington, MA). Forskellige koageldetektionsmetoder yder, udover PT reagenssensitivitet, forskellig koagelfaktor sensitivitet.

***Oversigt over sensitivitet (fig. 4)***

HEMOCHRON Jr. instrumentet og fuldblods PT-testkuvetten blev testet sammenlignet med en standard laboratorieanalyse for at fastlægge sensitivitetsgraden af fuldblodstesten i forhold til denne standard plasma-analyse. Substraterne, anvendt i plasmatesten, var prøver med en aftagende koncentration af K-vitamin koagulationsfaktor. Sensitiviteten overfor plasma med specifik faktormangel blev også testet PT-resultaterne af disse plasma prøver blev først fastlagt vha. Electra 900 (IL, Lexington, MA) med kommercielle reagenter (Dade Thromboplastin, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL). Efter denne analyse, blev der tilsat en passende mængde rode blodceller og fuldblodsprøven blev testet i HEMOCHRON Jr. instrumentet med PT-kuvetten. Resultaterne af plasma- og fuldblodstesterne blev statistisk analyseret. Alle sammenlignger korrelerede i høj grad.

***Klinisk relevans (fig. 5)***

HEMOCHRON Jr. PT-testen blev vurderet på tre trombose ambulatorier tilknyttet hospitaler, med patienter (n=108), som rutinemæssigt blev overvåget vha. en plasma PT (opnået ved venepunktur). Hvert hospital havde en særlig instrument/reagenskombination og indsamlede fuldblodet i forskellige natriumcitrat koncentrationer. Alle centrenes data fra blodprøver analyseret ved patienten og på laboratorium, blev undersøgt i et studie, hvis design anvendte opdelte prøver. En prøve af fuldblodet, indsamlet ved venepunktur, blev kørt på HEMOCHRON Jr. og HEMOCHRON Jr. Signature. Resten blev blandet med natriumcitrat og sendt til laboratoriet til forarbejdning. Alle prøver blev kørt dobbelt, og resultaterne blev registreret og sammenlignet. Fig. 5 viser HEMOCHRON Jr. INR (venøs) resultaterne sammenlignet med plasma INR analysen fra laboratoriet.

***Sammenligning af blodindsamlingsmetoder***

Blodindsamlingsmetodens påvirkning blev testet i en separat undersøgelse (n=50). Fuldblods PT-resultaterne opnået fra blod indsamlet ved fingerblodproven (kapillær), blev sammenlignet med resultater opnået fra blod indsamlet ved venepunktur. Test-resultaterne var ækvivalente (r=0,95).

***Oversigt over klinisk relevans***

Hver venøs blodprøve blev delt. En dråbe blod blev analyseret på HEMOCHRON Jr. instrumenterne, mens resten af proven blev blandet med natriumcitrat og sendt til laboratoriet til forarbejdning og plasma PT måling. Dernæst blev der indsamlet en kapiller fingerblodprøve, som blev analyseret i en ny PT-test-kuvette. PT-test resultaterne blev sammenlignet. Plasma PT blev korreleret til fuldblods PT (venøst)(r=0,91); plasma PT blev sammenlignet med fingerblodprøve PT (kapillær)(r=0,88), og indsamlingsmetoderne (venøs sammenlignet med kapillær) blev sammenlignet (r=0,95). Alle resultater korrelerede i høj grad og påviste således blodindsamlingsteknikkens uafhængighed.

***International Normalized Ratio (INR)***

Behandlingsområdet for den perorale antikoagulansbehandling udtrykkes normalt som patientens PT-ratio i forhold til den gennemsnitlige, norm

# HEMOCHRON® Jr.

## Whole Blood Microcoagulation Systems

**Protrombinidő (PT)**

# Tájékoztató

**Magyar**

*In vitro* diagnosztikus használatra

### RENDELTETÉS

A HEMOCHRON® Jr. PI olyan, egyetlenegyszer használható mikrovalvástesti teszt, amely kvantitatív, egylépcsős protrombinidő vizsgálat végrehajtásához használható.

A PI tesztet bármelyik HEMOCHRON Jr. berendezésen el lehet végezni friss, teljes vérből vett minta felhasználásával. A berendezések hordozhatók és betegágy melletti vizsgálatra alkalmasak. A berendezések nem alkalmasak otthoni használatra.

### ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A HEMOCHRON Jr. PI teszt az extrinsic véralvadási út vizsgálatára alkalmas. A teljes vér vizsgálatára alkalmas rendszereknél nem áll fenn a plazmás PI vizsgálatot tudalevőleg befolyásoló számos változó, mint például a minta gyűjtése, kezelése és feldolgozása. Mivel nincs szükség a minta feldolgozására, a PI eredményeket a rendszer két percen belül kiszámítja.[1]

A betegágy melletti vizsgálat különösen értékes olyan folyamatok és terápiás beavatkozások közben, amelyek igénylik az orális antikoagulánsok szintjének ellenőrzését, valamint a hemosztázis folyamatos felmérését vérátömlesztés előtt vagy után.

### A MŰKÖDÉS ALAPELVE

A HEMOCHRON Jr. berendezések mechanikus végponti alvadási mechanizmust alkalmaznak, amely során a vizsgálat elvégzése az eldobható PI küvettában megy végbe. A teljesvérminta bevitelét követően a berendezés pontosan kimér 15 mikroliter vért és automatikusan áteszi azt a PI küvetta tesztcsatornájába. A vérminta fenntartásáról, a vizsgálathoz szükségtelen része, automatikusan bekerül a küvetta hulladékcsatornájába. A minta és a reagens összekeverése és a teszt elindítása szintén automatikusan történik, nem igényli a felhasználó közreműködését. A reagenssel való összekeverédés után a minta előre-hátra mozog a tesztcsatornában, miközben a rendszer az alvadékképződést figyeli.

Az alvadékérzékelő mechanizmus LED-es optikai detektorok sorát alkalmazza, amelyek a küvetta tesztcsatornájával egy vonalban helyezkednek el. A rendszer a vérminta detektorok közötti mozgásának sebességét méri. A képződő alvadék gátolja a véráramlást, ezért a mozgás lelassul. A berendezés akkor érzékeli az alvadás végpontját, amikor a mozgás csökkenésének sebessége egy előre meghatározott érték alá esik. A berendezés a teljesvér értékeket matematikailag átalakítja nemzetközi normalizált arányszámra (International Normalized Ratio, INR), valamint plazmekvivalens értékre, és ezt jeleníti meg. A teljes vér PI értéke a START billentyű lenyomásával és nyomva tartásával jeleníthető meg.

### REAGENSEK

Minden PI tesztküvetta doboz tartalmaz:

– 45 tasakot, melyek mindegyike tartalmaz egy HEMOCHRON Jr. PI tesztküvettát és egy szárítót

A PI tesztküvetta egy olyan önálló, eldobható tesztkamara, amely előre betöltve tartalmaz tromboplasztint száraz formában, stabilizátorokat és puffereket. Minden egyes küvetta önálló tasakba csomagolva található. A küvettatasakokon tételspecifikus lejárati idő látható.

***FIGYELEM!*** *Minden használt tesztküvettát potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni, körültekintéssel kell kezelni, valamint az általános egészségügyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban kell kidobni.*

### TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

Hűtve (2 – 8°C) tárolva a fóliatasakos PI küvetták a jelzett lejárati időig stabilak. A felbontatlan, tasakban lévő küvetták szobahőmérsékleten (15 – 30°C) is tárolhatók. Tilos kitenni a PI küvettákat 37°C feletti hőmérsékletnek.

***MEGJEGYZÉS:*** *A szobahőmérsékleten tárolt küvettán újraadátumozása maximum 12 hétig lehetséges, de soha nem haladhatja meg a jelzett lejárati időt. Az újradátumozás szobahőmérsékleten történő tárolás esetén szükséges, és megtörténtét jelezni kell az egyes küvettadobozok oldalfalán lévő "Teljesítmény ellenőrizve" táblázat tárolási információ szakaszának kitöltésével.. A felbontott tasak, amennyiben megfelelően behajtjuk a nyitott végén és bűtve tároljuk, bét napig stabil. Az optimális buttalítság érdekében javasolt a küvettatasak közvetlenül a felhasználás előtti kibontása.*

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vizsgálat elvégzése előtt a felhasználónak el kell olvasnia a vonatkozó HEMOCHRON Jr. használati kézikönyvet a részletes működtetési utasítások tekintetében.

A berendezés használatához be kell tenni egy küvettát a rendszerbe, hagyni kell azt felmelegedni, ezután be kell helyezni a teljesvérmintát, majd meg kell nyomni a **START** billentyűt. A minta kimérése, összekeverése a reagenssel, a teszt elindítása, valamint az alvadék detektálása ezután automatikusan megtörténik.

***Szolgáltatott anyagok***

– Előre betöltött HEMOCHRON Jr. PI tesztküvetták

***Szükséges, de nem szolgáltatott anyagok***

– HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II vagy HEMOCHRON Jr. Signature berendezés

– 1 ml-es vagy 3 ml-es műanyag fecskendők, 23 G-s vagy 21 G-s tű (a fecskendős mintavételhez)

– Ujjszúró eszköz, alkoholos vatta, géz (ujjbegyből történő mintavételhez)

### MINTAVÉTEL ÉS -KEZELÉS

A vérminta levételéhez kövesse az alvadási vizsgálatokhoz szükséges mintavétellel kapcsolatos intézményi és CLSI (H21-A, H47-A) irányelveket.

Ne vegyen friss teljesvérmintát üvegből készült vérvételi kémcsőbe.

Ne vegyen vért heparinozott branülből/kanülből, annak csapjából, illetve semmilyen bent lévő heparinozott csapból.

Amennyiben bent lévő branülből/kanülből vesz mintát, öblítse át alaposan a hozzáférési nyílást az intézményi előírások szerint.

1. Vegyen 0,2 ml vért a fecskendő, vagy ujjszúró eszköz segítségével.
2. Tegyen azonnal egy cseppet vért a tesztküvetta mintavételedésébe; alulról felfelé töltse fel a mélyedést. Ezt végezheti átívő vítvel, vagy anélkül. Tegyen közvetlenül a közéső mintamélyedésbe elegendő vért arra, hogy az teljesen megteljen. Amennyiben egy nagy cseppvér a közéső mintamélyedés fölé terjedne, tolja azt át a külső mintamélyedésbe.
3. Nyomja meg a **START** billentyűt.

### A TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI

***Normális tartomány***

A HEMOCHRON Jr. rendszerekkel vizsgált normális önkéntes donorok általában 1,3 vagy az alatti INR értékekkel rendelkeznek. Az evvel kapcsolatos plazmaekvivalens:

| | Jr. (ISI=2,0) | Signature/Jr. II (ISI=1,0) |
|---|---|---|
| INR=1,3 | 13,6 másodperc | 17,8 másodperc |

Egy 36 egészséges önkéntes donort alkalmazó független vizsgálatban a meghatározott INR tartomány a következő volt:

| | Jr. | Signature/Jr. II |
|---|---|---|
| INR tartomány | 1,0 - 1,4 | 0,80 - 1,4 |

***MEGJEGYZÉS:*** *A meghatározott normális érték az alkalmazott tromboplasztin reagens ISI indexére volt specifikus. Az egyes intézményeknek megalunak kell meghatározniuk a normális tartományt, valamint a terápiás alvadásgátlás céltartományát a saját betegpopulációjuk alatjún.*

A 15 másodperc (HEMOCHRON Jr.) vagy ≤ 0,5 INR (HEMOCHRON Jr. II és HEMOCHRON Jr. Signature) alatti teljesvér PI értékek túlságos véralvadás aktivációt jeleznek, amely bekövetkezhet a mintavétel, illetve a mintafeldolgozás során, ezért ilyen esetekben a vizsgálatot meg kell ismételni. A HEMOCHRON Jr. PI tesztben alkalmazott tromboplasztin reagens igen érzékeny, alacsony ISI indexű reagens, amely a K-vitamin-dependens véralvadási faktorok számára optimális érzékenységet biztosít. A vizsgálat végén megjelenített INR érték jelzi, milyen mértékben csökkentek ezek a véralvadási faktorszintek az orális antikoaguláns kezelés következtében. A HEMOCHRON Jr. berendezés által megjelenített plazma PI értékek 2,0 ISI indexszel rendelkező laboratóriumi reagensnek megfelelő értéken alapulnak. A HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezések által megjelenített plazma PI értékek 1,0 ISI indexszel rendelkező laboratóriumi reagensnek megfelelő értéken alapulnak. A különböző plazma PI rendszerek eltérő normális tartományokkal és antikoaguláns érzékenységgel rendelkeznek. Az 1,0, illetve 2,0 ISI indexű tromboplasztinnak megfelelő plazma PI értékek a Fig. 6 láthatók.

***A HEMOCHRON Jr. PI vizsgálat szenzitivitása és specificitása (Fig. 1., 2. és 3.)***

A HEMOCHRON Jr. PI teszt ellenőrzése standard teljesvérkészítménnyel történt, amelyet csökkenő koncentrációjú, normális pool-ozott plazma és növekvő koncentrációjú, K-vitamin-dependens véralvadási faktorokban (II, V, VII, IX és X faktor) hiányos pool-ozott plazma felhasználásával állítottak elő. Meghatározták a HEMOCHRON Jr. PI korrelációját a laboratóriumi plazma PI-vel egy standard tromboplasztin reagens (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) és az Electra 900 (IL, Lexington, MA) berendezés felhasználásával. A PI reagens-érzékenységen kívül, az eltérő alvadékkimutatási módszerek különböző alvadásfaktor-szenzitivitással rendelkeznek.

***A szenzitivitás összegzése (Fig. 4.)***

A HEMOCHRON Jr. berendezést és a teljesvér PI tesztküvettákat összehasonlították egy standard laboratóriumi plazma assay vizsgálattal a teljes vért alkalmazó vizsgálatnak a standard plazma assay-hez képest mért szenzitivitásának megállapítására. A plazmát alkalmazó tesztben használt szubsztrátok csökkenő koncentrációjú K-vitamin-dependens alvadási faktort tartalmazó mintát voltak. Az érzékenységi vizsgálatot elvégezték bizonyos faktorban hiányos plazmákkal is. Ezen plazmaminták PI értékének a meghatározása először egy Electra 900 (IL, Lexington, MA) analizátorban, kereskedelmi forgalomban kapható reagensek (Dade Thromboplastin, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) felhasználásával történt. A vizsgálatot követően, megfelelő mennyiségű vörösvértest hozzáadása után, megtörtént a teljesvérminta elemzése a HEMOCHRON Jr. berendezésben a PI küvetta használatával. A plazma és a teljesvér vizsgálatok eredményét statisztikai analízisnek vetették alá. Valamennyi összehasonlítás során jelentékeny korreláció találtak.

***Klinikai jelentőség (Fig. 5.)***

A HEMOCHRON Jr. PI teszt ellenőrzése három kórházi trombózis ambulancián történt olyan betegeken (n=108), akik plazma PI értékeit folyamatosan ellenőrizték (a vérvétel vénából történt). Az egyes kórházak egyéni berendezés-reagens kombinációval rendelkeztek, a teljes vér levételét pedig különböző koncentrációjú nátriumcitrátal végezték. A betegjegy melletti és a laboratóriumban szerzett adatokat az összes helyszínen kétféle mintából nyerték. A vénás vérvételből származó teljes vér egy részét a HEMOCHRON Jr. és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezéseken elemezték. A maradék részt összekevertek nátriumcitráttal, majd a laboratóriumba küldték feldolgozásra. Minden vizsgálatot kétszeresen végeztek el, az eredményeket pedig rögzítettek és összehasonlították. Az Fig. 5 látható a HEMOCHRON Jr. (vénás) INR értékeinek laboratóriumi plazma INR vizsgálati értékekkel történő összehasonlítása.

***A vérvételi módszerek összehasonlítása***

Külön elemzés során (n=50) megvizsgálták az alkalmazott vérvételi módszerek befolyásoló szerepét. Összehasonlították az ujjbegyből nyert (kapilláris) mintát teljesvér PI eredményeit a vénából nyert minták értékeivel. A vizsgálati eredmények egyenlőértékűek voltak (r=0,95).

***A klinikai jelentőség összegzése***

A vénás vérmintákat kettéosztották; egy csepp vért a HEMOCHRON Jr. berendezésekkel elemezték, míg a minta maradékát nátriumcitráttal kezelték, majd a laboratóriumba küldték feldolgozásra és plazma PI mérésre. Ezt követően ujjbegyből kapillárisvér mintát vettek, amelyet új PI tesztküvettában használtak fel. Ezután megtörtént a PI eredmények összehasonlítása. A plazma PI értékeket összevetették a (vénás) teljesvér PI értékekkel (r=0,91), valamint az ujjbegyből nyert (kapillárisvér) PI értékekkel (r=0,88); szintén összehasonlították a két vérvételi módszert (vénás és kapilláris) (r=0,95). Valamennyi korreláció igen jelentékenynek mutatkozott, demonstrálva ezzel az eredmények vérvételi technikától való függetlenségét.

***Az INR (International Normalized Ratio, nemzetközi normalizált arányszám)***

Az orális antikoaguláns kezelés terápiás tartományát hagyományosan a beteg PI értékének egy normális PI értékhez (az intézmény normális tartományának középértékhez) viszonyított arányában fejezik ki. A különböző trombloplasztinok eltérő prokoaguláns természete miatt a Nemzetközi Hematológiai Standardizálási Tanács (International Council for Standardization in Hematology), valamint a Nemzetközi Trombózis és Hemosztázis Társaság (International Society for Thrombosis and Hemostasis) Tudományos és Standardizálási Bizottsága (Scientific and Standardization Committee) azt javasolta, hogy az egyes trombloplasztin reagens gyártók jelezzék készítményük erősségét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) standardjához viszonyítva. Az összehasonlítás eredményeként a reagenshez ISI indexet (International Sensitivity Index, nemzetközi érzékenységi index) lehet rendelni. Ezután az ISI index segítségével a beteg normális arányszámai INR értékké átválthatók.

A HEMOCHRON Jr. berendezés automatikusan átváltja a teljesvér PI eredményt a megfelelő plazmekvivalens PI és INR értékre. A teljesvér alvadási idejének plazmekvivalens idővé alakításához használt egyenlet több klinikai helyszínről származó adathalmaz regressziós analízisén alapul. A HEMOCHRON Jr. berendezésekbe programozott plazmekvivalens alvadási egyenletek 2,0 ISI indexszel rendelkező reagenssel (Dade, Thromboplastin C plus, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) és automatizált, plazmaalapú véralvadási berendezéssel (Electra 900, IL, Lexington, MA) mért klinikai adatokon alapszanak.

A kiszámított INR-t úgy tervezték, hogy a felhasznált reagencia hazmától független legyen és megalapították korrekcióját 1,0 ISI indexet alkalmazó rendszerekkel. Újabb tanulmányok az INR tesztrendszerek közti eltérések további fennállását hangsúlyozzák.[3] Az egyes intézmények számára hasznos lehet, hogy maguk határozzák meg a terápiás alvadásgátlás céltartományát a saját betegpopulációjuk és laboratóriumi INR vizsgálati rendszerük alapján.

A HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezések automatikusan átváltják a teljesvér PI eredményt az annak megfelelő INR és plazmekvivalens értékre. A teljes vér alvadási idejének INR értékké alakításához használt egyenlet több klinikai helyszínről származó adathalmaz regressziós analízisén alapul. A klinikai helyszínek használt laboratóriumi rendszerek a következők voltak: MDA 180 és Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC), IL 1000 (IL, Lexington, MA) és Dade C+ (Dade, Miami, FL), valamint Coagamate (IL, Lexington, MA) és Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC). A HEMOCHRON Jr. II és HEMOCHRON Jr. Signature berendezésekbe programozott INR átváltási egyenletek 1,0 ISI indexszel rendelkező reagenssel (Recombiplastin, IL, Lexington, MA) és egy automatizált, plazmaalapú véralvadási berendezéssel (IL, Lexington, MA) mért klinikai adatokon alapszanak.

***INR – plazmaekvivalens átváltási táblázatok (Fig. 6.)***

A PI eredményt az egyes berendezések INR értékként és másodpercekben kifejezett plazmekvivalens PI értékként jelenítik meg. A reprezentatív átváltási táblázatokat a Fig 6 mutatja. Ahogy az a 6. ábrán látható, a berendezéssorozat különböző számításokat alkalmaz az értékek teljesvér eredményekből történő kiszámításra.

***HEMOCHRON Jr. reprezentatív átváltási táblázat***

A teljes véren végzett HEMOCHRON Jr. PI és plazma PI vizsgálatokkal kapott (másodpercben kifejezett) eredmények párjain lineáris regressziós analízist végeztek, mely alapján egy teljesvér-plazmaekvivalens átváltási egyenletet készült a HEMOCHRON Jr. berendezéshez. A HEMOCHRON Jr. berendezésbe programozott plazma-átváltási egyenlet egy összehasonlításra alkalmas, 2,0 ISI indexszel rendelkező plazmaalapú trombloplasztinon alapszik. Az INR értéket a rendszer ezután a plazma PI eredményekből származtatja. Az átváltás több klinikai helyszínen nyert összehasonlító adatokból származik.

***Reprezentatív átváltási táblázat a HEMOCHRON Jr. II és HEMOCHRON Jr. Signature berendezésekhez***

A teljes véren végzett HEMOCHRON Jr. PI és plazma PI (INR) vizsgálatokkal kapott eredmények párjain lineáris regressziós analízist végeztek, mely alapján egy teljesvér-INR átváltási egyenlet készült a HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezésekhez. A HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezésekbe programozott plazma-átváltási egyenlet egy összehasonlításra alkalmas, 1,0 ISI indexszel rendelkező plazmaalapú tromboplasztinon alapszik. Az INR értéket a rendszer ezután a plazma PI eredményekből származtatja. Az átváltás több klinikai helyszínen nyert összehasonlító adatokból származik.

***MEGJEGYZÉS:*** *A plazma PI eredmények specifikusak a reagensre és a teszlberendezésre. A plazma PI értékre történő átváltás összehasonlító adatokon alapszik és függ a plazma assay korlátaitól.*

*A teljesvér értékről az INR értékre átvaltó táblázatban megfigyelhető, klinikailag jelentéktelen eltérések az adott eszközben alkalmazott számítási módszerekre tudhatók be.*

***MEGJEGYZÉS:*** *A HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezések által megjelenített plazmaekvivalens értékek egy összehasonlításra alkalmas, 1,0 ISI indexszel rendelkező plazmaalapú tromboplasztinon alapulnak. A HEMOCHRON Jr. berendezések korábbi típusai által megjelenített plazmaekvivalens értékek egy összehasonlításra alkalmas, 2,0 ISI indexszel rendelkező plazmaalapú tromboplasztinon alapulnak.*

*Az egyes intézmények kialakíthatják saját átváltási táblázataikat egy a teljesvér PI vizsgálatot és a plazma PI vizsgálatot összehasonlító tanulmány elvégzésével.*

Lábjegyzet a Fig. 6

1a. A HEMOCHRON Jr. berendezések esetében: Vizsgálat elvégzésekor a teljesvér vizsgálati eredménye és egy kiszámított plazmaekvivalens eredmény jelenik meg. Az INR kiszámítása a plazmaekvivalens értékből és a reagens ISI értékéből történik.

1b. A HEMOCHRON Jr. II vagy HEMOCHRON Jr. Signature berendezésekhez: Vizsgálat elvégzésekor a teljesvér vizsgálati eredménye és egy kiszámított INR érték jelenik meg. A plazmaekvivalens eredmény kiszámítása az INR értékből és a reagens ISI értékéből történik.

2. Az ábrázolt átváltási táblázat egy bizonyos PI reagenssel nyert plazma PI-re specifikus. A 2,0 ISI értek esetében történő átváltás kiszámításához Dade Thromboplastin C plus reagenst (Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) és Electra 900 berendezést (IL, Lexington, MA) használtak. A reagensek és a teszlberendezések különbözősége miatt a különböző vizsgálati rendszerek különböző átváltási értékeket eredményeznek. Az egyes intézményeknek szükségük lehet a klinikai laboratóriumukban alkalmazott reagenssc jellemző saját teljesítménytartományra és átváltási táblázat megalkotására. Ez az átváltási táblázat használható ezután a berendezések által megjelenített átváltás helyett. A saját átváltási táblázatukat használó intézményeknek figyelembe kell venniük, hogy a teljes vér-plazma átváltás kizárólag állandó kombinációjú trombloplasztin reagens és berendezés használata esetén lesz hiteles. Bármelyik komponens cseréje az átváltás újbóli kiértékelését tesi szükségessé.

3. A HEMOCHRON Jr. a teljes vér alvadási idejét a rendszer belsőleg tizedmásodperc pontossággal méri, majd az eredményt egész számra kerekítve jeleníti meg. Ez a kerekítési folyamat enyhe eltéréseket eredményezhet a berendezés által megjelenített plazmekvivalens érték és az átváltási táblázatban feltüntetett érték között.

### PONTOSSÁG

***Három belül végzett pontossági vizsgálatok***

A HEMOCHRON Jr. Signature berendezés ellenőrzésére többszörös PI vizsgálatot végeztek normális és abnormális teljesvér kontrollok felhasználásával. A teszteket három különböző napon, egy, két, vagy három berendezéssel végezték, a következő eredményekkel. A HEMOCHRON Jr. pontossági értékek INR értékként láthatók.

| | N | Középérték | SD |
|---|---|---|---|
| Normális | 45 | 2,3 | 0,27 |
| Abnormális | 45 | 8,9 | 0,43 |

Az egyetlen berendezésen, három egymást követő napon át végzett, ismételt vizsgálatok a következő pontossági eredményeket mutatták:

| | N | Középérték | SD |
|---|---|---|---|
| Normális | 15 | 2,3 | 0,28 |
| Abnormális | 15 | 9,1 | 0,34 |

Az egyetlen berendezésen végzett, ismételt vizsgálatok a különböző napokra a következő pontossági eredményeket mutatták:

| | Normális | | | Abnormális | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Középérték | SD | Középérték | SD | |
| 1. nap | 5 | 2,1 | 0,23 | 8,9 | 0,37 | |
| 2. nap | 5 | 2,3 | 0,18 | 9,0 | 0,15 | |
| 3. nap | 5 | 2,3 | 0,39 | 9,5 | 0,24 | |

***A pontosság összegzése***

Négy HEMOCHRON Jr. berendezést vettek pontossági vizsgálat alá késziitil, normális és abnormális teljesvér kontrollok felhasználásával. A berendezéseket naponta többször vizsgálták a berendezések közötti várható eltérés meghatározására. Ezenkívül a berendezéseket a teljesvér kontrollal öt egymást követő napon keresztül vizsgálták a napok közti várható eltérés meghatározására. A berendezések közti eltérés 10%-on belülinek bizonyult mindkét szintű teljesvér kontroll esetében.

### KORLÁTOZÁSOK

A HEMOCHRON Jr. berendezés nem jelenít meg 15 másodperc alatti, illetve 170 másodperc feletti teljesvér értéketket. Ehelyett a következő plazmaekvivalens (PT-P) értékek jelennek meg: "PT<10,4 sec, Repeat" ("PT<10,4 másodperc, Ismételje"), illetve "PT - P>80 sec" ("PT-P>80 másodperc").

A HEMOCHRON Jr. II, illetve a HEMOCHRON Jr. Signature berendezések a 0,5 és 0,8 közötti, valamint a 10 és 12 közötti INR értéketket "INR<0,8", illetve "INR>10" formában jelenítik meg. A 0,5 alatti, illetve a 12 feletti INR értékeket a rendszer "Out of Range - Lo" ("Tartományon kívül - alacsony"), illetve "Out of Range - Hi" ("Tartományon kívül - magas") formában jeleniti meg.

20% alatti, illetve 55% feletti hematokrit értékkel rendelkező minták vizsgálata nem javasolt, mivel ezek optikai denzitása kívül esik a berendezés detektálási tartományán.

A HEMOCHRON Jr. PI értékét befolyásolja a vérvétel közben, valamint a mintamélyedésbe történő átvitel közben alkalmazott rossz technika. A vérminta minőségét a következők befolyásolhatják:

– A minta habzása, illetve hemolízise
– Alvadt vagy részlegesen alvadt vér
– Fel nem ismert alvadásgátlás

A tanulmányok azt jelzik, hogy az antifoszfolipid antitestekkel vagy antifoszfolipid szindrómával rendelkező páciensek esetében interferencia léphet fel.[3,4,5]

Mint minden diagnosztikus vizsgálattal, a HEMOCHRON Jr. tesztrendszerével is a beteg állapota és az alkalmazott alvadásgátló kezelés fényében kell értékelni. Minden olyan eredményt, amely nem áll összhangban a beteg klinikai állapotával, meg kell ismételni, vagy további vizsgálati adatokkal kiegészíteni.

### A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

**NE** használjon lejárt, illetve helytelen módon tárolt küvettákat.

**NE** erőltesse bele a küvettát a berendezésbe. Amennyiben ellenállást tapasztal a behelyezés során, óvatosan vegye ki a küvettát és vizsgálja meg a küvetta számára szolgáló nyílást. Távolítson el minden akadályt, mielőtt tovább használná a berendezést (lásd a "Szerelés és karbantartás" részt a megfelelő HEMOCHRON Jr. használati kézikönyvben).

### MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A rutinos minőségellenőrzés és -követés egy átfogó minőségbiztosítási program része kell hogy legyen. A rutinos minőségellenőrzés kényelmesé és gazdaságossá tételéhez különböző HEMOCHRON Jr. minőségellenőrző termékek állnak rendelkezésre.

***A berendezés napi minőségellenőrzése***

A HEMOCHRON Jr. berendezésen minden 8 órás működés után minőségellenőrzési kell végrehajtani, kétszintű kontroll alkalmazásával. A napi minőségellenőrzés megkönnyítése érdekében elektronikus minőségellenőrzés áll rendelkezésre, amely alkalmas a berendezés kétszintű ellenőrzésére. Részletes utasításokért olvassa el a használandó HEMOCHRON műszer kezelői kézikönyvét.

***A HEMOCHRON Jr. teszlküvetták minőségellenőrzése***

A HEMOCHRON Jr. PT küvetták minden egyes *tételén* kétszintű folyadékos minőségellenőrzéssel teljesítményhitelesítést kell végezni:

- ha új szállítmány érkezik, ÉS
- azt követően minden 30 naptári nap elteltével.

A fentiek szerint végrehajtott, sikeres teljesítményhitelesítést követően a küvettákon csak akkor kell további folyadékos minőségellenőrzést végezni, ha a klinikai eredményekben eltérés gyanúja merül fel.

A teljesítményhitelesítés a megfelelő HEMOCHRON Jr. mikrokoagulációs teljes vér minőségellenőrző készítmények segítségével hajtható végre. Az elfogadható teljesítménytartományok adatait és PT tesztküvettákra való alkalmazásuk módját a minőségellenőrző készítményekszletek tartalmazzák.

### IRODALOM


1. Ens, GW, and Duff, S. A Proposed Inter-laboratory INR Support System. Clinical Hemostasis Review 1997; 11:(1).
2. Wehrmacher WH: Guarding the prothrombin. Current Medical Digest 1967; 34:432.
3. Sanfelippo MJ, Sennet J, McMahon EJ, 2000. Falsely elevated INRs in warfarin-treated patients with the lupus anticoagulant. WMJ. Jun; 99(3):62-4, 43.
4. Rosborough TK, Shepherd MF, 2004. Unreliability of international normalized ratio for monitoring warfarin therapy in patients with lupus anticoagulant. Pharmacotherapy Jul; 24(7):838-42.
5. Perry SL, Samsa GP, Ortel TL, 2005. Point-of-care testing of the international normalized ratio in patients with antiphospholipid antibodies. Thromb Haemost. Dec; 94(6):1196-202.


### PRECISION

***Egna precisionsundersökningar***

Precisionen hos HEMOCHRON Jr. Signature utvärderades genom att flera PT-analyser utförd es med användning av normala och abnorma helbldskontroller. Analyser utförd es under tre olika dagar med användning av upp till tre instrument och gav följande resultat. Precisionsvärdena för HEMOCHRON Jr. uttrycks som INR.

| | N | Genomsnitt | SD |
|---|---|---|---|
| Normalt | 45 | 2.3 | 0.27 |
| Abnormalt | 45 | 8.9 | 0.43 |

Upprepad testning på ett enstaka instrument under tre efterföljande dagar gav följande precision:

| | N | Genomsnitt | SD |
|---|---|---|---|
| Normalt | 15 | 2.3 | 0.28 |
| Abnormalt | 15 | 9.1 | 0.34 |

***INR - International Normalized Ratio***

Behandlingsområdet för oral antikoagulantiabehandling uttrycks traditionellt som ett förhållande mellan patientens PT till ett normalt PT (mitten i institutionens normala område). På grund av att olika

# HEMOCHRON® Jr.

## Whole Blood Microcoagulation Systems

**Czas protrombinowy (PT)**

# Ulotka Informacyjna

**język polski**

test diagnostyczny do zastosowania *in vitro*

### ZASTOSOWANIE TESTU

HEMOCHRON® Jr. PT jest ujednoliconym, jednoetapowym, testem do mikrokoagulacji, przeznaczonym do ilościowego oznaczenia czasu protrombinowego.

Test PT wykonuje się w świeżej próbce pełnej krwi na dowolnym czytniku HEMOCHRON Jr. Jest to przenośna aparatura przeznaczona do użytku przy łóżku pacjenta. Aparatura nie jest przeznaczona do użytku domowego.

### STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA

HEMOCHRON Jr. PT stosowany jest do wykonywania oznaczeń w obrębie szlaku krzepnięcia zewnątrzpochodnego. Systemy przeznaczone do testowania pełnej krwi eliminują szereg zmiennych czynników, wśród nich również pobieranie próbek, postępowanie z próbkami oraz ich przetwarzanie, o których wiadomo, że mogą wpływać na rzetelność oznaczeń PT płazmy. Ponieważ proces obróbki próbek nie jest wymagany, wartości PT uzyskiwane są w czasie krótszym niż 2 minuty.[2]

Test wykonywany przy łóżku pacjenta jest szczególnie wartościowy w przebiegu lekarskich interwencji i zabiegów wymagających monitorowania reakcji na podawane doustne środki przeciwzakrzepowe, jak również do oceny hemostazy pacjenta przed i po wykonanej transfuzji krwi.

Mechanizm wykrywania skrzepu składa się z układu detektorów optycznych (fotodiod), ustawionych w linii kanału testowego kuwety. Mierzona jest prędkość z jaką próbka krwi przesuwa się pomiędzy detektorami. Wraz z rozpoczęciem procesu tworzenia się skrzepu, przepływ krwi jest hamowany i ruch ulega spowolnieniu. Gdy prędkość ulega zmniejszeniu poniżej założonej wartości, w pomiarze instrumentalnym rozpoznawany jest osiągnięty punkt końcowy procesu krzepnięcia. Wartości uzyskane z oznaczenia pełnej krwi, na drodze matematycznych przekształceń są zamieniane przez czytnik na Znormalizowany Międzynarodowy Współczynnik (INR) oraz równoważniki płazmy. Wyniki oznaczenia pełnej krwi testem PT (pomiar czasu) można wyświetlić wciskając i przytrzymując przyciskiąc klawisz **START**.

### ODCZYNNIKI

Każde opakowanie kuwet testowych PT zawiera:

– 45 saszetek, każda z nich zawiera jedną kuwetę testową HEMOCHRON Jr. PT oraz jeden osuszacz.

Kuwety testowe PT są autonomicznymi, jednorazowymi testowymi komorami, wypełnionymi wstępnie suchymi związkami trombloplastyny, stabilizatorami i buforami. Każda kuweta jest oddzielnie zapakowana w saszetkę. Saszetki z kuwetami są ostemplowane datą ważności właściwą dla danej serii produktu.

***OSTRZEŻENIE:*** *Wszystkie używane kuwety testowe należy uważać za potencjalnie zakaźne , należy je stosować z zachowaniem środków ostrożności, oraz niszczyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o likwidowaniu odpadów medycznych.*

### PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Zafoliowane w saszetki, przechowywane w lodówce (2 - 8°C), kuwety PT zachowują stabilność aż do osiągnięcia deklarowanej daty ważności. Kuwety w zafoliowanych, zamkniętych saszetkach można też opcjonalnie przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Kuwety PT nie powinny być wystawiane na działanie temperatur wyższych niż 37°C.

***UWAGA:*** *Przechowywanie w temperaturze pokojowej może być maksymalnie wydłużone do 12 tygodni, ale nigdy nie powinno przekroczyć deklarowanej daty ważności. Przedatowywanie jest niezbędne przy przechowywaniu testu w temperaturze pokojowej i powinno zostać zaznaczone w tabeli "Performance Verified" ("Potwierdzenie przydatności") jako uzupełnienie informacji dotyczących przechowywania i umieszczone na bocznej ściance każdego opakowania zawierającego kuwetę. Otwarta saszetka właściwie zawinięta od strony rozcięcia i przechowywana w lodówce zachowuje stabilność przez siedem dni. Dla zachowania optymalnego obrosu wartności, zaleca się otworzyć saszetę z kuwetą bezpośrednio przed jej zastosowaniem.*

### INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek oznaczenia, w celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, użytkownik powinien odwołać się do odpowiedniego Podręcznika użytkownika czytnika HEMOCHRON Jr.

Oznaczenie instrumentalne polega na wstawieniu kuwety do czytnika, pozostawieniu jej do ogrzania, dodaniu próbki pełnej krwi oraz wciśnięciu klawisza START. Pomiar próbki, wymieszanie próbki z odczynnikiem, inicjacja oznaczenia oraz wykrycie skrzepu nastąpi w sposób automatyczny.

***Materiały dostarczone w zestawie***

– Wstępnie wypełnione kuwety testowe HEMOCHRON Jr. PT

***Materiały potrzebne do wykonania testu, ale nie dostarczone w zestawie***

– HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II lub HEMOCHRON Jr. Signature
– 1 ml lub 3 ml plastykowe strzykawki, igły o rozmiarze 23 lub 21 do pobierania próbek strzykawką
– zestaw do pobierania krwi z palca (pałeczki do pobierania krwi z palca), wacik nasączony alkoholem, gaza (do pobierania próbek krwi z palca)

### POBIERANIE PRÓBEK, WYKONANIE TESTU

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi, należy zapoznać się z instrukcjami zakładowymi oraz CLSI (H21-A3, H47-A) zawierającymi wskazówki jak pobierać próbki do oznaczania krzepliwości krwi.

Nie należy pobierać próbek świeżej krwi, używając do tego celu szklanych probówek do pobierania krwi.

Nie należy pobierać krwi z heparynizowanego cewnika, wenflonu lub heparynizowanego cewnika umocowanego na stałe.

Jeżeli próbki pobierane są przy zastosowaniu cewnika umocowanego na stałe, należy przepłukać dokładnie jego ujście, postępując zgodnie z zakładowymi procedurami.

1. Przy pomocy strzykawki lub pałeczki do pobierania krwi z palca pobrać 0,2 ml krwi.
2. Natychmiast odmierzyć jedną kroplę krwi do studzienki kuwety testowej, zaczynając od dna aż do całkowitego jej zapełnienia. W tym celu można użyć (opcjonalnie) igły do przenoszenia. Wystarczająca objętość krwi powinna być rozdozowana dokładnie do centralnej studzienki testowej, wypełniając ją równomiernie aż do brzegu. Jeżeli zdarzy się, że duża kropla krwi przelewa się ponad brzegiem centralnej studzienki testowej, należy ją przesunąć do zewnętrznej studzienki testowej.
3. Wcisnąć klawisz **START**.

### CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

***Normalny zakres***

Zdrowi dawcy – ochotnicy badani przy zastosowaniu systemu HEMOCHRON Jr. dają zasadniczo wyniki INR w wysokości 1,3 lub niższe. Poniżej przedstawiono odpowiadające im równoważniki płazmy:

| | Jr. (ISI=2,0) | Signature/Jr. II (ISI=1,0) |
|---|---|---|
| INR=1,3 | 13,6 sekund | 17,8 sekund |

Dla przebadanych w niezależnym badaniu 36 zdrowych dawców-ochotników, zakres INR wyglądał następująco:

| | Jr. | Signature/