HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktivovaný koagulační čas Plus (ACT+)

Příbalová informace
Česky

Pro diagnostické použití *in vitro*

ÚČEL POUŽITÍ
HEMOCHRON® Jr. ACT+ je kvantitativní test na sledování heparinové antikoagulace během různých lékařských zákroků. ACT+ prokazuje lineární korelaci antikoagulačního vlivu heparinu v rozmezí od 1,0 do 6,0 jednotek/ml krve. Účelem jeho použití je sledování středních až vysokých heparinových dávek, často spojených se zákroky jako je srdeční katetrizace a kardiopulmonární bypass. Aprotinin nemá na tento test žádný vliv. ACT+ není citlivý na velmi nízké hladiny heparinu, s kterými se setkáváme při kritické péči. HEMOCHRON Jr. APTT a ACT–LR jsou k dispozici pro sledování nízkých až středních hladin heparinu.

ACT+ se provádí na kterémkoliv modelu HEMOCHRON Jr. při použití vzorku čerstvé periferní krve. Přístroje jsou přenosné a jsou určené k použití u lůžka pacienta. Přístroje nejsou určeny k domácímu použití.

SOUHRN A POPIS
Pečlivé sledování a kontrola antikoagulace je žádaná, aby došlo k zabezpečení volného toku krve bez koagula a zároveň ke snížení komplikace krvácení, které může následovat po zákroku.[2,3,4]

Test aktivovaného koagulačního času (ACT), poprvé popsán Hattersleyem v roce 1966,[5] je neobvyklejší metodou kontroly heparinové léčby během srdeční operace a srdeční angioplastiky. Zatímco heparinová léčba je nezbytná k udržování hemostáze během zákroku, její podávání může značně ohrozit stav pacienta. Různí pacienti se mohou od sebe lišit v citlivosti na heparin až dvanáctinásobně.[1] Předávkování heparinem může způsobit nebezpečné krvácení, zatímco poddávkování heparinem může zapříčinit trombózu. Z těchto důvodů je kontrola heparinové léčby životně důležitá k ochraně proti těmto nežádoucím vedlejším účinkům.

Výsledek ACT+ testu je automaticky převeden na referenční hodnotu Celite® ACT. Po dokončení testu digitální časovač zobrazí v sekundách pouze ekvivalentní hodnotu Celite ACT. Zobrazení této ekvivalentní Celite ACT hodnoty zjednodušil výklad výsledku testu.

PRINCIP METODY
Přístroje HEMOCHRON Jr. využívají koagulačního mechanismu s mechanickým koncovým bodem, při němž se koagulum vytvoří v jednorázové ACT+ kyvetě. Po zavedení vzorku periferní krve, přístroj přesně naměří 15 mikrolitrů krve a automaticky je převede do pokusného kanálku uvnitř kyvety ACT+. Zbytek krevního vzorku, který není potřebný k výkumu, je automaticky odsán do odpadového kanálku kyvety. Smíchání vzorku a činidla a spuštění testu je také provedeno automaticky, bez jakéhokoliv zásahu operátora. Po smíchání s činidlem se vzorek pohybuje ze strany na stranu ve výkumném kanálku a sleduje se tvoření koagula.

Mechanismus na detekci koagula se skládá z řady optických detektorů LED zarovnaných s testovacím kanálkem kyvety. Rychlost, kterou se krevní vzorek pohybuje mezi detektory, se mění. Jakmile krev začne koagulovat, zabraňuje toku krve a pohyb se zpomalí. Přístroj pozná, kdy byl dosažen koncový bod koagulace, když se pohyb zpomalí pod předem určenou hodnotu. Přístroj ohlásí ekvivalentní Celite ACT hodnoty v sekundách.

ČINIDLA
Každý kartón testu ACT+ testovacích kyvet obsahuje:

- 45 sáčků, obsahujících jednu HEMOCHRON Jr. ACT+ testovací kyvetu a **jedno vysoušedlo**

Testovací kyveta ACT+ je samostatná jednorázová pokusná komora naplněná suchým přípravkem křemiku, kaolinu, fosfolipidu, stabilizátory a pufrem. Každá kyveta je balená v individuálním sáčku. Na sáčku kyvety je vytištěné datum použitelnosti pro specifickou šarži.

VAROVÁNÍ: *Všechny použité kyvety považujte za potenciálně infekční, zacházejte s nimi opatrně a odstraňte je v souladu se směrnicemi zásad odstraňování lékařského odpadu.*

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST
Pokud jsou uchovávány v chladícím prostoru (2–8 °C), ACT+ kyvety balené ve fólii jsou stálé až do vyznačené doby použitelnosti. Skladování při pokojové teplotě (15–30 °C) je možné pro neotevřené kyvetové sáčky. ACT+ kyvety nevystavujte teplotám nad 37 °C.

POZNÁMKA: *Znovu datovaní je možné pro udržování při pokojové teplotě na maximálně 12 týdny, ale nesmí přesáhnout vyznačený den použitelnosti. Znovu datování je nutné v případě udržování při pokojových teplotách a musí být označeno vyplněním části tabulky s informacemi o skladování označené „Ověření funkce" na boční straně každého kyvetového kartónu. Otevřený sáček se správně přeloženým otevřeným koncem, uchovaný v chladícím prostoru, si udrží stálost jeden den. Pro optimální trvanlivost doporučujeme, abyste kyvetní sáček otevřeli těsně před použitím.*

POKYNY K POSTUPU
Před výkonem každého testu se obraťte na patřičnou Příručku pro operátora HEMOCHRON Jr., která obsahuje detailní pokyny k postupu.

Přístroj se ovládá vsunutím kyvety do přístroje, jejím zahřátím, zavedením vzorku periferní krve a stisknutím tlačítka START. Odměření vzorku, smíchání vzorku a činidla, spuštění testu a detekce koagula je provedeno automaticky.

Dodané látky
- Předem naplněné HEMOCHRON Jr. ACT+ testovací kyvety.

Nedodané, ale nezbytné látky
- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II nebo HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml nebo 3 ml stříkačka z plastické hmoty, jehla na odběr vzorků kalibrovaná 23 nebo 21 (libovolná)

ODBĚR A ZACHÁZENÍ SE VZORKY
Při získání krevních vzorků postupujte podle pokynů ústavních a pokynů CLSI(Institut pro klinické laboratorní standardy) (H21-A) k odběru vzorků pro koagulační testy.

Neodebírejte čerstvé vzorky periferní krve pomocí skleněných odebíracích zkumavek.

Neodebírejte krev z heparinizované přístupové linky, uzávěru nebo z dlouhodobě zavedeného heparinového uzávěru.

Při odebírání vzorků přes zavedené krevní link, důkladně vyplách̆ěte přístupový otvor podle ústavních pokynů.

1. Injekční stříkačkou odeberte 0,2 ml krve.
2. Okamžitě odkápněte jednu kapku krve do vzorkové jamky testovací kyvety; naplňte ji od spodní části až po horní. Toto můžete učinit za/ anebo bez pomoci přepouštěcí jehle. Přiměřené množství krve musí být přidáno přímo do středu vzorkové jamky, aby byla zaplněná až po okraj. Pokud velká kapka přesáhne nad střed vzorkové jamky, postrčte ji do strany vzorkové jamky.
3. Zmáčkněte tlačítko **START**.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY
POZNÁMKA: *Následující údaje byly získány pomocí HEMOCHRON Jr. s ACT+ kyvetami.*

Normální rozmezí

HEMOCHRON Jr. byl zhodnocen při použití čerstvé periferní krve od normálních dobrovolných dárců (N=20) a pacientů v nemocnici, kteří nedostávají heparinovou terapii (N=100). Výsledky jsou udány v ekvivalentních Celite HEMOCHRON ACT hodnotách.

	N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Rozmezí (průměr ±2SD)
Normální dárci	20	103	11	8.1–125	
Pacienti	100	124	14	96–152	

POZNÁMKA: *Každá instituce by si měla zavést své vlastní normální rozmezí a cílové rozmezí terapeutické antikoagulace podle své populace pacientů.*

Ekvivalentní Celite bodnoty koagulačního času
Unikátní činidlo ACT+ koaguluje krevní vzorek mnohem rychleji než jemu odpovídající Celite činidlo. Koagulační čas ACT+ je zobrazen jako ekvivalentní Celite hodnota ACT, založená na korelaci určené při klinické studii. Lineární regrese popisující vztah těchto dvou testů byla naprogramována do přístrojů HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II, a HEMOCHRON Signature tak, že odpovídající koagulační čas Celite ACT se zobrazí po skončení testu.

Heparinová citlivost
Test ACT+ je optimalizovaný pro citlivost reakce v rozmezí heparinové koncentrace od 1,0 do 6,0 heparinových jednotek/ml krve. ACT+ není citlivý pod mezní hladinu heparinu 1,0 jednotek/ml. Heparinová citlivost je určená laboratorní studií, při které je heparin přidáván ve zvyšující se koncentraci in vitro na poměrně množství krevního vzorku od jednoho dárce. Citlivost je definována jako sklon v diagramu koagulačního času ACT+ na koncentraci heparinu. Je všeobecně známo, že se citlivost velmi liší u individuálních normálních dárců. Studie in vitro, při použití heparizované krve od normálních dárců, prokazují pozitivní korelaci (r=0,95) testu ACT+ na referenční Celite ACT (HEMOCHRON CA510).

Korelace HEMOCHRON Jr. ACT+ a referenčního HEMOCHRON Celite ACT (Fig. 1)
Klinické studie byly provedeny při použití krevních vzorků odebraných od pacientů srdečních operací (N=79) před a po heparinizaci a během kardiopulmonárního bypassu. Dodatečné vzorky byly odebrány od kardiologických pacientů (N=53) před a po heparinizaci pro katetrizaci a angioplastiku. Celkem bylo odebráno 574 vzorků od pacientů, které byly simultánně ohodnoceny na HEMOCHRON Jr ACT+ a referenčním Celite ACTs Výsledky uvedené na Fig. 1 vykazují vysoký stupeň korelace (r=0,93) mezi těmito dvěma testy. Navzdory vysoké korelace mezi těmito dvěma testy,více než 100 sekundové rozdíly byly zaznamenány, když se koagulační čas zvýšil.

Antikoagulační cílové bodnoty
Každá instituce by si měla určit své vlastní referenční normální rozmezí a žádaný cílový čas pro specifické intervenční procedury.[1,6,7,10] Analýza koagulačního času poheparinového bolusu během perkutánní transluminální kardiační angioplastiky a srdečního chirurgického zákroku, který vyžaduje kardiopulmonární bypass určuje, že koagulační čas ACT+ může vynášet cílový rozmezí přibližně 10-15 % kratší než odpovídající hodnoty Celite ACT. Toto představuje přibližně 260-270 ACT+ sekund při 300 sekundách Celite ACT u perkutánní transluminální kardiační angioplastiky a přibližně 410-440 sekund při 480 sekundách Celite ACT u srdeční operace před zahájením kardiopulmonárního bypassu.

Cílová antikoagulační rozmezí mají tendenci být specifická pro jednotlivé instituce a závisí na historii léčby jejich pacientů. Látky na krevní zachovávání, jako je např. aprotinin (Trasylol®, Miles Inc.), například prodlouží Celite ACT, zatímco nebudou mít vliv na ACT+. Vliv látek, jako je aspirin, acidum tranexamicum, DDAVP, antifibrinolytické látky, defibrinační činidla (jako je Ancrod), přímé trombinové inhibitory (jako je hirudin) a látky zachovávající krevní destičky, jako jsou činidla GPIIb/IIIa inhibitory (např. ReoPro®, Eli Lilly and Co., Centocor B.V.), není určen.

POZNÁMKA: *Instituce si musí určit své vlastní normální a cílové antikoagulační rozmezí a pravidelně je kontrolovat z důvodu vznášejícího použití potenciálně ovlivňujících léků v interventční kardiologické a srdeční chirurgii.*

PŘESNOST
Interní studie přesnosti
Přesnost ACT+ byla zhodnocena výkonem mnohanásobných ACT+ testů a s použitím normálních a abnormálních kontrol periferní krve. Testy se prováděly během tří následných dnů, byly použité tři přístroje s následujícími výsledky:

	N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Normální	36	155,5	9,8	6,3
Abnormální	36	397,1	31,8	8,0

Opakované testy byly provedeny na jednom HEMOCHRON Jr. během tří následných dnů, udávajících následující výsledky přesnosti:

		Normální			Abnormální		
	N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Den 1	4	151,4	6,8	4,5	393,3	30,3	7,7
Den 2	4	163,7	8,8	5,4	395,6	22,9	5,8
Den 3	4	155,5	3,0	1,9	398,3	27,1	6,8
Celkem	12	156,9	8,3	5,3	395,7	27,7	7,0

Klinické údaje přesnosti (Fig. 2)
Testy HEMOCHRON Jr. ACT+ a duplikátní referenční Celite ACT testy byly provedeny simultánně za použití krevních vzorků od pacientů bypassu a angioplastiky (N=24 párových údajů).

OMEZENÍ
HEMOCHRON Jr. ACT+ test je určený ke kontrole pacientů, kteří dostávají heparinovou antikoagulační terapii s heparinovou koncentrací větší než 1,0 jednotka heparinu/ml krve ale menší než 6,0 jednotek heparinu/ml krve. Ekvivalentní hodnoty Celite ACT přesahující 1005 sekund nejsou přístrojem zobrazeny. Místo toho se zobrazí zpráva „Mimo rozmezí - nad" na přístrojích HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature, zatímco dřívější model přístroje HEMOCHRON Jr. zobrazí zprávu "ACT>1005 sec" .

Ekvivalentní hodnoty Celite ACT koagulačního času udané pro ACT+ se zakládají na výsledcích korelačních studií. Modely lineární regrese, jako ty uvedené na Fig. 1, měří podobnost výsledků testů mezi různými metodami ale nezabezpečují shodnost. Tedy, pro kterékoliv podobně provedené vedle sebe srovnané testy ACT+ a referenční ACT, skutečné rozdíly koagulačního času mohou být shlednuty v pořadí uvedeném na Fig. 1. Korelace jsou také ovlivněny kombinační léčbou výše uvedenými látkami, které mohou ovlivnit ACT+ různým způsobem.

Vzorky s poměrem plazmy ke krvinkám menším než 20% nebo větším než 55% se nedoporučují, protože jejich optická hustota se pohybuje ve vnější části přístrojem zaznamenatelného rozmezí.

ACT+ je ovlivněn špatným pracovním postupem, což zahrnuje odběr krve a převod krve do vzorkové jamky. Kvalita krevního vzorku může být ovlivněná:

- Pěněním nebo hemolýzou vzorku
- Koagulovanou nebo částečně koagulovanou krví
- Nečekanou antikoagulací
- Antikoagulačním lupusem

Stejně jako při jiných diagnostických zkouškách, výsledky testu HEMOCHRON Jr. by měly být zváženy s ohledem na stav každého pacienta a na antikoagulační léčbu. Výsledky, které neodpovídají klinickému stavu pacienta by se měly zopakovat nebo by měly být doplněny dodatečnými údaji testů.

Interpretace Aprotininu
Test ACT je do určité míry ovlivněn aprotininem a závisí na použitém ACT aktivátoru.[9] Celite ACT je uměle prodloužen, zatímco kaolinový ACT není ovlivněn.

Čerstvá krev byla odebrána od normálních dárců (N=4) a heparizována in vitro až do 6,0 jednotek heparinu/ml. Přibližné množství aprotininu bylo přidáno ke krevním vzorkům, aby se udržela koncentrace 500 KIU/ml. Poměrné množství každého vzorku bylo testováno na HEMOCHRON Jr. ACT+ a referenčním kaolinovém HEMOCHRON ACT testu (FTK-ACT). Každý vzorek byl také podroben testu ACT+ před přidáním aprotininu. Při těchto vyhodnocených test ACT+ nebyl ovlivněn přítomností aprotininu až do 500 KIU/ml krve.

Korelace HEMOCHRON Jr. ACT+ s referenčním HEMOCHRON Celite ACT (Fig. 1)
Lineární regresní analýza testů ACT+ a referenčních Celite ACT+ testů, provedených na vzorcích periferní krve od normálních dárců a pacientů s různými hladinami heparinu, vykazuje vysoký stupeň korelace (r=0,95) a lineární vztah, který je popsán rovnicí:

Celite ACT = 1,07 (ACT+) + 9,8

Regresní analýza testů ACT+ a referenčních Celite ACT+ testů, provedených na vzorcích periferní krve od pacientů bypassu a angioplastiky, vykazuje vysoký stupeň korelace (r=0,95) a lineární vztah, který je popsán rovnicí:

Celite ACT = 1,07 (ACT+) + 9,8

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
NEpoužívejte kyvety s prošlou dobou použitelnosti, nebo které nebyly správně skladovány.

NEvsunujte kyvetu do přístroje násilím. Pokud se při vsunutí setkáte s odporovou silou, zvolna kyvetu vyjměte a prohlédněte si kyvetní drážku. Odstraňte všechny překážky před tím než se znovu pokusíte přístroj použít (viz Služba a údržba v Příručce k použití HEMOCHRON Jr.).

KONTROLA KVALITY
Pravidelné zkoušky kvality a sledování by mělo být součástí celkového programu zabezpečení kvality. Výrobky HEMOCHRON Jr. pro kontrolu kvality jsou k dispozici k výhodnému a cenově přijatelnému výkonu běžné kontroly kvality.

Každodenní kontrola kvality přístroje
Kontrola kvality by měla být u HEMOCHRON Jr. prováděna ve dvou stupních, jednou za každých 8 hodin provozu. Aby bylo možné uskutečnit každodenní kontrolu kvality, je k dispozici systém elektronické kontroly kvality a umožňuje dvoustupňovou kontrolu přístroje. Detailní pokyny naleznete v provozní příručce k danému přístroji HEMOCHRON, který je používán.

Kontrola kvality testovacích kyvet HEMOCHRONJr.
Parametry každé **šarže** kyvet HEMOCHRON Jr. ACT+ by měly být ověřeny ve dvou úrovních kontroly kvality tekutiny:

- Při doručení nové zásilky a
- pak po každých 30-ti kalendářních dnech

Po úspěšném ověření parametrů popsaném výše nebude nutné kyvety podrobovat žádné další kontrole kvality tekutiny, pokud není podezření na posun klinických výsledků.

Ověření parametrů je možné provést pomocí příslušných HEMOCHRON Jr. mikrokoagulačních výrobků pro kontrolu kvality plné krve. Přijatelné meze parametrů a způsob jejich aplikace pro ACT+ zkušební kyvety jsou přiloženy ke každé soupravě na kontrolu kvality.

ODKAZY NA LITERATURU

1. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Boggs BD: Heparin therapy during extracorporeal circulation: I. Problems inherent in existing protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674–684, 1975.
2. Doty DB, Knott HW, Hoyt JL, Koepke JA: Heparin dose for accurate anticoagulation in cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 20:597–604, 1979.
3. Esposito RA, Culliford AT, Colvin SB, Thomas SJ, Lackner II, Spencer FE: The role of the activated clotting time in heparin administration and neutralization for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 85: 174-185, 1983.
4. Gambino R: Monitoring heparin therapy. Lab Report for Physicians 4: 17–20, 1982.
5. Hattersley P: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 136:436, 1966.
6. Metz S, Keat AS: Low Activated Coagulation Time during cardiopulmonary bypass does not increase post operative bleeding. Ann Thorac Surg 49: 440-444, 1990.
7. Ogilby JD, Kopelman HA, Klein LW, Agarwal JB: Adequate heparinization during PTCA: Assessment using Activated Clotting Times. Cath and Cardiovasc Diag. 18: 206-209, 1989.
8. Pan CM, Jobes D, Van Riper D, Ogilby JD, Lin CY, Horrow J, Blumenthal R, Mendoza M, LaDuca F: A Modified microsample ACT test for heparin monitoring. J Extra–corporeal Technology,28(1):16-20, 1996.
9. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4: 1135–1140, 1992.
10. Young JA, Kisior T, Doty D: Adequate anticoagulation during cardiopulmonary bypass determined by Activated Clotting Time and the appearance of fibrin monomer. Ann Thorac Surg 26: 232-240, 1978.
11. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays, Approved Guideline. CLSI document H21-A.

HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktiveret koagulationstid plus (ACT+)

Indlægsseddel
Dansk

Til *in vitro* diagnostisk brug

TILSIGTET BRUG
HEMOCHRON® Jr. ACT+ er en kvantitativ analyse til overvågning af heparin antikoagulation under forskellige medicinske procedurer. ACT+ demonstrerer lineær korrelation med heparins antikoagulerende virkninger mellem 1,0 til 6,0 enheder/ml blod. Den er beregnet til brug ved overvågning af moderate til høje heparin doser, som ofte er forbundet med hjertekateterisation og operationer hvor patienten anbringes i hjerte-lungemaskine. Testen påvirkes ikke af aprotinin. ACT+ er ikke sensitiv overfor meget lave heparinniveauer, som ofte er tilfældet ved intensiv sygepleje. HEMOCHRON Jr. APTT og ACT–LR testen er tilgængelig til at overvåge lave heparinniveauer.

ACT+ testen kan udføres på enhver HEMOCHRON Jr. model vha.en frisk fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare og er beregnet til brug ved sengelejе. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.

OVERSIGT OG FORKLARING
Nøje overvågning og kontrol med antikoagulation er hensigtsmæssigt for at sikre koagelfri blodstrømning samtidig med, at blødningskomplikationer mindskes efter proceduren. [2,3,4]

Testen for aktiveret koagulationstid (ACT), som først blev beskrevet af Hattersley i 1966[5] er den foretrukne metode til at overvåge heparinbehandling under hjerteoperationer og angioplastik. Skønt heparinbehandling er afgørende for at vedligeholde hemostase under disse procedurer, kan indgivningen udgøre en væsentlig risiko for patienten. Patienters sensitivitet over for heparin kan variere kraftigt (op til tolv gange).[1] For store doser heparin kan medføre farlig blødning, mens for små doser heparin kan medføre trombose. Derfor er det livsvigtigt at overvåge heparinbehandling til sikring mod disse uønskede bivirkninger.

ACT+ testresultater omregnes automatisk til en Celite® ACT referenceværdi. Når testen er færdig, viser instrumentets digitale timer kun denne Celite-ækvivalente ACT-værdi, som opgives i sekunder. Visning af den Celite-ækvivalente ACT-værdi gør det lettere at fortolke testresultatet.

FUNKTIONSPRINCIP
HEMOCHRON Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor testningen foregår inden i ACT+-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumentet nøjagtigt 15 mikrolitre blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i ACT+kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter prøven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.

Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodprøven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at koagelslutpunkt er opnået , når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumentet registrerer den Celite-ækvivalente ACT-værdi i sekunder

REAGENSER
Hver enkelt kasse med ACT+ test-kuvetter indeholder:

- 45 poser, som hver indeholder en HEMOCHRON Jr. ACT + testkuvette og et tørremiddel.

ACT+ testkuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af kaolin, fosfolipid, calciumsalte, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er pårtykt en partispecifik udløbsdato.

FORSIGTIG: *Alle brugte testkuvetter skal anses for at være potentielt smittefarlige og skal håndteres forsigtigt, samt bortskaffes i henhold til standard bortskaffelsesregler for medicinsk affald.*

OPBEVARING OG STABILITET
Når de er anbragt i køleskab (2 – 8 °C), er folieposerne med ACT+ kuvetterne stabile indtil den påtrykte udløbsdato. Opbevaring ved stuetemperatur (15 – 30 °C) er valgfri for udbrede poser med kuvetter. ACT+ kuvetter må ikke udsættes for temperaturer over 37 °C.

BEMÆRK: *Stuetemperatur omdatering gælder i maksimalt 12 uger, men må aldrig overstige den påtrykte udløbsdato. Det er nødvendigt at omdatere, hvis produktet opbevares ved stuetemperatur, og dette skal angives ved at udfylde afsnittet med opbevaringsinformation i skemaet "Prøvestation bekræftet" på kuvettekassernes sidepanel. Når en æske pose er korrekt foldet i den åbne ende og sat i køleskab, er den stabil i én dage. For optimal holdbarhed anbefales det at åbne kuvetteposen lige før brug.*

BRUGSANVISNING
Brugeren skal, inden der udføres nogen analyse, læse brugervejledningen for HEMOCHRON Jr. for en detaljeret brugsanvisning.

Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på START-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.

Vedlagt Materiale
- HEMOCHRON Jr. ACT+ testkuvetter med tilsat præparat

Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt
- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II eller HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle (valgfri)

PRØVEINDSAMLING OG HÅNDTERING
Institutions- og CLSI- (H21-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationstestning skal følges.

Fuldblod må ikke indsamles i blodopsamlingsrør af glas.

Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsproceduren.

1. Indsaml 0,2 ml blod med sprøjten.
2. Tilsæt en dråbe blod i testkuvettens provebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overførselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
3. Tryk på **START**-tasten.

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA
BEMÆRK: *De følgende data blev indsamlet vha. en HEMOCHRON Jr. med ACT+-kuvetter.*

Normalområde
HEMOCHRON Jr. blev evalueret ved hjælp af frisk fuldblod fra raske, frivillige donorer (N=20) og hospitaliserede patienter, som ikke fik heparinbehandling (N=100). Resultaterne vises i Celite-ækvivalente HEMOCHRON ACT-værdier.

	N	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	Område (middelværdi ± 2SD)
Raske donorer	20	103	11	81 - 125
Patienter	100	124	14	96 – 152

BEMÆRK: *Hver institution bør etablere deres eget normalområde og målområde for terapeutisk antikoagulation baseret på deres patientgruppe.*

Celite-ækvivalent koagulationstidsværdier
Den enestående ACT+ reagens koagulerer en blodprøve hurtigere end den tilsvarende Celite reagens. ACT+ koagulationstiden vises som en Celite-ækvivalent ACT-værdi baseret på en korrelation, der blev fastlagt ved en klinisk undersøgelse. Den lineære regression, som beskriver forholdet mellem de to tests, er programmeret ind i HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II og HEMOCHRON Jr. Signature, således at den tilsvarende Celite ACT-koagulationstid vises ved afslutningen af analysen.

Heparin-sensitivitet
ACT+ testen er optimeret til responssensitivitet over et område af heparinkoncentrationer fra 1,0 til 6,0 heparinenheder/ml blod. ACT+ er ikke sensitiv overfor heparinniveauer under tærskelen 1,0 enhed/ml. Sensitiviteten overfor heparin blev fastlagt ved en laboratorieundersøgelse, hvor heparin i stigende koncentrationer blev tilsat in vitro til afmålinger af en blodprøve fra en enkelt donor. Sensitivitet defineres som hældningen af en plot af ACT+ koagulationstiden i forhold til heparinkoncentration. Det vides at sensitivitet varierer kraftigt blandt forskellige raske donorer. In vitro undersøgelser, der anvender hepariniseret blod fra raske donorer, udviser en positiv korrelation (r=0,95) mellem ACT+ og reference Celite ACT (HEMOCHRON CA510).

Korrelation mellem HEMOCHRON Jr. ACT+ og reference HEMOCHRON Celite ACT (fig.1)
Der blev foretaget kliniske undersøgelser med blodprøver indsamlet fra hjerteoperationspatienter (N=79) for og efter heparinisering, samt mens de var på hjerte-lungemaskine. Yderligere blodprøver blev indsamlet fra kardiologipatienter (N=53) for og efter heparinisering ved kateterisation og angioplastik. Der blev indsamlet i alt 574 blodprøver fra patienter, og proverne blev analyseret samtidigt vha. HEMOCHRON Jr. ACT+ og reference Celite ACT8 Resultaterne, som vises i fig. 1, viser en høj grad af korrelation (r=0,93) mellem de to tests. På trods af den høje korrelation mellem de to tests er der observeret forskelle på over 100 sekunder, i takt med en stigning i koagulationstiden.

Måltider for antikoagulation
Hver institution bør etablere deres eget referenceområde og ønskede måltider for specifikke interventionelle procedurer.[1,6,7,10] En analyse af koagulationstiden efter indgivning af heparinbolusen under perkutan transluminal kardioangioplastik og hjerteoperationer, der kræver at patienten anbringes på hjerte-lungemaskine, indikerer, at ACT+ koagulationstid kan give målområder, der er cirka 10-15% kortere end tilsvarende Celite ACT-værdier. Dette svarer til ca. 260-270 ACT+ sekunder ved en 300 sekunders Celite ACT i perkutan transluminal kardioangioplastik, og ca. 410-440 sekunder ved en 480 sekunders Celite ACT ved hjerteoperationer inden anbringelse på hjerte-lungemaskine.

Målområder for antikoagulation har tendens til at være specifikke for hver institution baseret på patientgruppens medicinske behandlingshistorie. Blodningshæmmende stoffer, f.eks. aprotinin (Trasylol®, Miles Inc.), vil forlænge Celite ACT, selvom det ikke påvirker ACT+. Virkningen af stoffer som f.eks acetylsalicylsyre, tranexamsyre, DDAVP, anti-fibrinolytter, defibrinerende stoffer (f.eks. Ancrod), direkte trombinhæmmere (f.eks. hirudin) og trombocythæmmende stoffer, f.eks. GPIIb/IIIa hæmmerer (f.eks. ReoPro®, Eli Lilly og Co., Centocor B.V.) er ikke fastlagt

BEMÆRK: *Institutioner skal fastsætte deres egne reference- og målområder for antikoagulation og gennemgå disse med jævne mellemrum, da der i stigende grad anvendes medicin med potentiel indvirkning på interventionel kardiologi og hjerteoperationer.*

FORHOLDSREGLER VED BRUG
Kuvetter, der har overskredet den påtrykte udløbsdato eller som har været forkert opbevaret, må IKKE anvendes.

Kuvetter må IKKE forceres ind i instrumentet. Hvis der mødes modstand ved indføringen, skal kuvetten forsigtigt fjernes og kuvettelåbningen skal undersøges. Alle hindringer skal fjernes, inden instrumentet anvendes igen (se Service og vedligeholdelse i den relevante HEMOCHRON Jr. brugervejledning).

KVALITETSKONTROL (QC)
Rutinemæssig kvalitetskontrol og sporing bør være en del af et omfattende kvalitetssikringsprogram. Der findes produkter til kvalitetskontrol af HEMOCHRON Jr., som letter rutinemæssig kvalitetskontrol (QC) og er prismæssigt overkommelig.

Daglig kvalitetskontrol af instrumentet
HEMOCHRON Jr. bør gennemgå kvalitetskontrol på to kontrolniveauer, hver gang der har været i drift i 8 timer. Til hjælp i udførelsen af den daglige kvalitetskontrol findes der elektroniske kvalitetskontrolsystemer, som kan kontrollere instrumentet på to niveauer. Se brugermanualen for det bestemte HEMOCHRON-instrument, der anvendes, for detaljerede anvisninger.

Kvalitetskontrol af HEMOCHRON Jr. testkuvetterne
Hvert ***parti*** HEMOCHRON Jr. ACT+ kuvetter bør præstationsvalideres på to kvalitetskontrolniveauer for væsker:

- Når der modtages en ny forsendelse OG
- én gang hver 30 kalenderdage derefter

Hvis præstationsvalideringen viser tilfredsstillende resultater, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere kvalitetskontrol af væsken, med mindre der opstår afvigelser i de kliniske resultater.

Præstationsvalidering kan foretages ved brug af de relevante HEMOCHRON Jr. produkter til mikrokoagulationskvalitetskontrol fuldblod. Acceptable referenceområder og hvordan de anvendes på ACT+ testkuvetterne er vedlagt hvert produktkit til kvalitetskontrol.

REFERENCER

1. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Boggs BD: Heparin therapy during extracorporeal circulation: I. Problems inherent in existing protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674–684, 1975.
2. Doty DB, Knott HW, Hoyt JL, Koepke JA: Heparin dose for accurate anticoagulation in cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 20:597–604, 1979.
3. Esposito RA, Culliford AT, Colvin SB, Thomas SJ, Lackner II, Spencer FE: The role of the activated clotting time in heparin administration and neutralization for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 85: 174-185, 1983.
4. Gambino R: Monitoring heparin therapy. Lab Report for Physicians 4: 17–20, 1982.
5. Hattersley P: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 136:436, 1966.
6. Metz S, Keat AS: Low Activated Coagulation Time during cardiopulmonary bypass does not increase post operative bleeding. Ann Thorac Surg 49: 440-444, 1990.
7. Ogilby JD, Kopelman HA, Klein LW, Agarwal JB: Adequate heparinization during PTCA: Assessment using Activated Clotting Times. Cath and Cardiovasc Diag. 18: 206-209, 1989.
8. Pan CM, Jobes D, Van Riper D, Ogilby JD, Lin CY, Horrow J, Blumenthal R, Mendoza M, LaDuca F: A Modified microsample ACT test for heparin monitoring. J Extra–corporeal Technology,28(1):16-20, 1996.
9. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4: 1135–1140, 1992.
10. Young JA, Kisior T, Doty D: Adequate anticoagulation during cardiopulmonary bypass determined by Activated Clotting Time and the appearance of fibrin monomer. Ann Thorac Surg 26: 232-240, 1978.
11. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays, Approved Guideline. CLSI document H21-A.

HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Clotting Time Plus (ACT+)

Pakkauslehtinen
Suomi

Diagnostiseen *in vitro* -käyttöön.

KÄYTTÖTARKOITUS
HEMOCHRON® Jr. ACT+ on kvantitatiivinen määritysmenetelmä, jolla seurataan hepariiniantikoag

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

AKTIVÁLT ALVADÁSI IDŐ PLUSZ (ACT+)

Tájékoztató

Magyar

In vitro diagnosztikus használatra

RENDELTETÉS

A HEMOCHRON® Jr. ACT+ a különböző egészségügyi beavatkozások alatt heparinnal végzett alvadásgátlás ellenőrzésére alkalmas kvantitatív vizsgálat. Az ACT+ lineáris korrelációt demonstrál a heparin antikoaguláns hatásaival 1,0 egység/ml vér és 6,0 egység/ml vér között. Használata közepes és magas heparindózisok ellenőrzésére javallt, amelyek gyakran előfordulnak a szívkatéterezés és a kardiopulmonális bypass műtétek során. A tesztet az aprotinin nem befolyásolja. Az ACT+ nem érzékeny igen alacsony heparinkoncentrációkra, mint amilyenek a kritikus kezelés során előfordulnak. Az alacsony szintű heparinkezelés ellenőrzésére a HEMOCHRON Jr. APTI és ACT+ vizsgálatok állnak rendelkezésre.

Az ACT+ teszthez bármelyik HEMOCHRON Jr. berendezésen el lehet végezni friss teljesvérminta felhasználásával. A berendezések hordozhatók és betegágy melletti vizsgálatra alkalmasak. A berendezések nem alkalmasak otthoni használatra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

Az alvadásgátlás szoros ellenőrzése és szabályozása szükséges az alvadékmentes véráramlás biztosításához, és együttal a beavatkozást követő vérzéses szövődmények kockázatának minimizálásához.[2,3,4]

A szívműtétek és a szíven végzett angioplasztikai beavatkozások során a heparinterápia ellenőrzésére leggyakrabban alkalmazott módszer az aktivált alvadási idő (Activated Clotting Time – ACT) mérése, melyet először Hattersley írt le 1966-ban[1]. Bár a beavatkozás alatt a heparinkezelés elengedhetetlen a hemosztázis fenntartásához, alkalmazása jelentős kockázatot jelenthet a beteg számára. A betegek heparinérzékenysége nagyon eltérő, akár tizenkétszeres különbség is előfordulhat.[1] A heparin túladagolása veszélyes vérzést eredményezhet, míg aludlozírozása trombózishoz vezethet. Ezért a heparinkezelés ellenőrzése életfontosságú e nemkívánatos mellékhatások elkerülésére.

Az ACT+ vizsgálat eredményét a rendszer automatikusan egy referencia Celite® ACT értékkel alakítja. A vizsgálat elvégeztével a berendezés digitális kijelzője kiírja/ad a másodpercben kifejezett Celite-ekvivalens ACT értéket jeleníti meg. A Celite-ekvivalens ACT érték megjelenítése megkönnyíti a vizsgálati eredmény értelmezését.

A MŰKÖDÉS ALAPELVE

A HEMOCHRON Jr. berendezések mechanikus végponti alvadási mechanizmust alkalmaznak, amely során a vizsgálat az eldobható ACT+ küvettában megy végbe. A teljesvérminta behelyezését követően a berendezés pontosan kimér 15 mikroliter vért és automatikusan áttesszi azt az ACT+ küvetta tesztcsatornájába. A vérminta fennmaradó, a vizsgálathoz szükségtelen része automatikusan bekerül a küvetta hulladékcsatornájába. A minta és a reagens összekeverése és a teszt elindítása automatikusan történik, nem igényli a felhasználó közreműködését. A reagenssel való összekeveredés után a minta előre-hátra mozog a tesztcsatornában, miközben a rendszer az alvadékképződést figyeli.

Az alvadékérzékelő mechanizmus LED-es optikai detektorok sorát alkalmazza, amelyek a küvetta tesztcsatornájával egy vonalban helyezkednek el. A rendszer a vérminta detektorok közötti mozgásának sebességét méri. A képződő alvadék gátolja a véráramlást, ezért a mozgás lelassul. A berendezés akkor érzékeli az alvadás végpontját, amikor a mozgás csökkenése egy előre meghatározott érték alá esik. A berendezések megjelenítik a másodpercben kifejezett Celite-ekvivalens ACT értéket.

REAGENSEK

Minden ACT+ tesztküvetta doboz tartalmaz:

- 45 tasakot, melyek mindegyike tartalmaz egy HEMOCHRON Jr. ACT+ tesztküvettát és egy szárítót

Az ACT+ tesztküvetta egy olyan önálló, eldobható tesztkamra, amely előre betöltve tartalmaz száraz formában előkészített szilícium-dioxidot, kaolint, foszfolipidet, stabilizátorokat és puffereket. Minden egyes küvetta önálló tasakba csomagolva található. A küvettatasakokon tételspecifikus lejárati idő látható.

FIGYELEM! *Minden használt tesztküvettát potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni, körültekintéssel kell kezelni, valamint az általános egészségügyi bulladékbezelési szabályokkal összhangban kell kidobni.*

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

Hűtve (2 – 8°C) tárolva a fóliatasakos ACT+ küvetták a jelzett lejárati időig stabilak. A felbontatlan, tasakban lévő küvetták szobahőmérsékleten (15 – 30°C) is tárolhatók. Tilos kitenni az ACT+ küvettákat 37°C feletti hőmérsékletnek.

MEGJEGYZÉS: *A szobahőmérsékleten tárolt küvetták újradátumozása maximum 12 hétig lehetséges, de soha nem haladhatja meg a jelzett lejárati időt. Az újradátumozás szobahőmérsékleten történő tárolás esetén szükséges, és megtörténtét jelezni kell az egyes küvettadobozok oldalfalán lévő "Teljesítmény ellenőrzve" ("Performance Verified") táblázat tárolási információ szakaszának kitöltésével. A felbontott tasak, amennyiben megfelelően bebalják a nyitott végén és hűtve tárolják, egy napig stabil. Az optimális pultállóság érdekében javasolt a küvettatasak közvetlenül a felhasználás előtti kibontása.*

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vizsgálat elvégzése előtt a felhasználónak el kell olvasnia a vonatkozó HEMOCHRON Jr. használati kézikönyvet a részletes működtetési utasítások tekintetében.

A berendezés használatához be kell tenni egy küvettát a rendszerbe, hagyni kell azt felmelegedni, ezután be kell helyezni a teljesvérmintát, majd meg kell nyomni a **START** billentyűt. A minta kimérése, összekeverése a reagenssel, a teszt elindítása, valamint az alvadék detektálása ezután automatikusan megtörténik.

Szolgáltatott anyagok

- Előre betűtött HEMOCHRON Jr. ACT+ tesztküvetták

Szükséges, de nem szolgáltatott anyagok

- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II vagy HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml-es vagy 3 ml-es műanyag fecskendők, 23 G-s vagy 21 G-s tűvel (a felhasználó határozása szerint)

MINTAVÉTEL ÉS -KEZELÉS

A vérminta levételéhez kövesse az alvadási vizsgálatokhoz szükséges mintavételhez kapcsolatos intézményi és CLSI (H21-A) irányelveket.

Ne vegyen friss teljesvérmintát üvegből készült vérvételi kémcsőbe.

Ne vegyen vérmintát heparinozott branülből/kanülből, annak csapjából, illetve semmilyen bent lévő heparinozott csapból.

Amennyiben bent lévő branülből/kanülből vesz mintát, öblítse át alaposan a hozzáférési nyílást az intézményi előírások szerint.

1. Vegyen 0,2 ml vért a fecskendővel.
2. Tegyen azonnal egy cseppet vért a tesztküvetta mintamélyedésébe; alulról felfelé töltse fel a mélyedést. Ezt végezheti átvívő tűvel, vagy anélkül. Tegyen közvetlenül a középpő mintamélyedésbe elegendő vért arra, hogy az teljesen megteljen. Amennyiben egy nagy cseppő vér a középső mintamélyedés fölé terjedne, tolja azt át a külső mintamélyedésbe.
3. Nyomja meg a **START** billentyűt.

A TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI

MEGJEGYZÉS: *A következő adatok összegyűjtése a HEMOCHRON Jr. berendezés ACT+ küvettákkal való használata során történt.*

Normális tartomány

A HEMOCHRON Jr. berendezés kiértékelése normális önkéntes donorok (N=20), valamint heparinkezelésben nem részesülő, kórházban fekvő betegek (N=100) friss teljes vérének felhasználásával történt . Az eredmények Celite-ekvivalens HEMOCHRON ACT értékként láthatók.

	N	Középérték (mp)	SD (mp)	Tartomány (középérték ± 2SD)
Normális donorok	20	103	11	81 - 125
Betegek	100	124	14	96 – 152

MEGJEGYZÉS: *Az egyes intézményeknek maguknak kell meghatározniuk a normáltartományt, valamint a terápiás alvadásgátlás céltartományát a saját betegpopulációjuk alatján.*

Celite-ekvivalens alvadási idő értékek

Az egyedülálló ACT+ reagens gyorsabban alvasztja meg a vérmintát, mint az annak megfelelő Celite reagens. Az ACT+ alvadási időt a berendezés Celite-ekvivalens ACT értékként jeleníti meg, az átváltás egy klinikai tanulmány során meghatározott korreláción alapul. A HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II, és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezésekbe beprogramozták a két teszt kapcsolatát leíró lineáris regressziós egyenletet, ezért a vizsgálat elvégzésekor a kijelzőn a megfelelő Celite ACT alvadási idő jelenik meg.

Heparinérzékenység

A ACT+ vizsgálat válaszérzékenysége 1,0-6,0 egység/ml vér heparinkoncentrációkra optimalizált. Az ACT+ nem érzékeny az 1,0 egység/ml küszöb alatti heparinszint értékekre. A heparinérzékenység meghatározása laboratóriumi vizsgálattal történt, amely során egy donortól származó vérminta aliquot-jaihoz in vitro körülmények között emelkedő koncentrációban heparint adtak. Az érzékenység az ACT+ vérzési idő és a heparinkoncentráció által meghatározott görbe meredekségének állapítható meg. Jól ismert tény, hogy a heparinérzékenység széles határok között változik az egyes normális donorok között. Heparinizált normális donortól származó vért alkalmazó in vitro vizsgálatok szerint pozitív korreláció van (r=0,95) az ACT+ teszt és a referencia Celite ACT (HEMOCHRON CA510) vizsgálat között.

A HEMOCHRON Jr. ACT+ és a referencia HEMOCHRON Celite ACT teszt közötti korreláció (Fig. 1)

Klinikai vizsgálatokat végeztek szívműtéten átesett betegekről (N=79) – a heparinizálás előtt és után, valamint a kardiopulmonális bypass alatt – vett vér felhasználásával. További mintákat vettek szívbetegségben szenvedő alanyoktól (N=53) szívkatéterezéssel és angioplasztikával kapcsolatos heparinizálás előtt és után. Összesen 574 mintát vettek le és ezeket egyidejűleg vizsgálták a HEMOCHRON Jr. ACT+ teszttel és a referencia Celite ACT vizsgálattal.[8] Az Fig. 1 feltüntetett eredmények magasfokú korrelációt (r=0,93) demonstrálnak a két teszt között. E magasfokú korreláció ellenére, az alvadási idő növekedésével több, mint 100 másodperces különbségeket is megfigyeltek.

Időbeli célértékek az alvadásgátlás során

Az egyes intézményeknek maguknak kell meghatározniuk saját normális referenciatartományukat, valamint az egyes intervenciós eljárások során elérni kívánt időbeli célértékeket.[1,6,7,10] A perkután transzluminális koszorúér angioplasztika beavatkozások és a kardiopulmonális bypasst igénylő szívműtétek során vizsgált, heparin bolust követő alvadási idő elemzések azt mutatják, hogy az ACT+ alvadási idő céltartományai körülbelül 10-15%-kal alacsonyabbak lehetnek az ezeknek megfelelő Celite ACT értékeknél. Ez körülbelül 260-270 ACT+ másodpercet jelent egy 300 másodperces Celite ACT értéknél perkután transzluminális koszorúér angioplasztika során, és körülbelül 410-440 másodpercet jelent egy 480 másodperces Celite ACT értéknél szívműtét során a kardiopulmonális bypass elindítását megelőzően.

A célzott alvadásgátlási tartományok rendszerint az egyes intézményekre specifikusnak tűnnek az adott betegpopuláció kezelési története alapján. Egyes vértartósító anyagok, mint például az aprotinin (Trasylol®, Miles Inc.), növelik a Celite ACT értéket, az ACT+ értéket azonban nem befolyásolják. Az olyan anyagok, mint az aszpirin, a tranexámsav, a DDAVP, az anti-fibrinolitikumok, a defibrináló anyagok (pl. Ancrod), a közvetlen trombin inhibitorok (pl. hirudin), valamint a vérlemezkeaktivátorok ellen (pl. GPIIb/IIIa inhibitorok (pl. ReoPro®, Eli Lilly and Co., Centocor B.V.) hatásai nincsenek meghatározva.

MEGJEGYZÉS: *Az egyes intézményeknek maguknak kell meghatározniuk saját alvadásgátlási normális és céltartományaikat és rendszeresen ellenőrizni azokat, mivel az intervenciós kardiológia és szívsebészet területén egyre gyakrabban alkalmaznak potenciálisan befolyásoló batási gyógyszereket.*

PONTOSSÁG

Húzon belül végzett pontossági vizsgálatok

Az ACT+ teszt ellenőrzésére többszörös ACT+ vizsgálatot végeztek normális és abnormális teljesvér kontrollok felhasználásával. A teszteket három különböző napon és három berendezésen végezték, a következő eredményekkel:

	N	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
Normális	36	155,5	9,8	6,3
Abnormális	36	397,1	31,8	8,0

Ismételt vizsgálatokat végeztek ugyanazon a HEMOCHRON Jr. analizátoron, három egymást követő napon át; az egyes napok pontossági eredményei a következők:

	Normális				Abnormális		
	N	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. nap	4	151,4	6,8	4,5	393,3	30,3	7,7
2. nap	4	163,7	8,8	5,4	395,6	22,9	5,8
3. nap	4	155,5	3,0	1,9	398,3	27,1	6,8
Összesen	12	156,9	8,3	5,3	395,7	27,7	7,0

Klinikai pontossági adatok (Fig. 2)

HEMOCHRON Jr. ACT+ teszteket és kétszeres referencia Celite ACT vizsgálatokat végeztek, egyidejűleg bypass műtétek és angioplasztika beavatkozások alanyaiból származó vérmintákon (N=24 párosított adat).

KORLÁTOZÁSOK

A HEMOCHRON Jr. ACT+ teszt alkalmas az olyan heparinos alvadásgátló kezelésben részesülő betegek állapotának ellenőrzésére, akikben a heparinkoncentráció 1,0 és 6,0 egység heparin/ml vér között van. A berendezés nem jeleníti meg az 1005 másodpercet meghaladó Celite-ekvivalens ACT értékeket. Ehelyett az "Out of Range – Hi" ("Tartományon kívül – magas") üzenet jelenik meg a HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature analizátor kijelzőjén, míg a HEMOCHRON Jr. korábbi változatai az ?ACT>1005 sec" ("ACT>1005 másodperc") üzenetet jelenítik meg.

Az ACT+ értékkel ekvivalens Celite ACT alvadási idők kiszámítása korrelációs vizsgálatok segítségével történt. Az Fig. 1 feltüntetett és az ehhez hasonló lineáris regresszió modellek a különböző tesztberendések közötti hasonlóságot mérik, ez nem jelenti azonban az eredmények azonosságát. Így tehát bármely egymás mellett, hasonlóan végzett ACT+ és referencia ACT közötti összehasonlításnál az alvadási időben megfigyelhető tényleges eltérések olyan nagyságrendűek lehetnek, mint az Fig. 1 láthatók. Ezenkívül a korrelációt befolyásolja egyes kiegészítő kezelések alkalmazása, mint például a fent említett anyagok használata, amelyek eltérő módon befolyásolhatják az ACT+ és a referencia ACT eredményét.

20% alatti, illetve 55% feletti hematokrit értékkel rendelkező minták vizsgálata nem javasolt, mivel ezek optikai denzitása kívül esik a berendezés detektálási tartományán.

A HEMOCHRON Jr. ACT+ értékét befolyásolja a rossz technika, többek között a vérvétel közben, valamint a mintamélyedésbe történő átvitel közben alkalmazott rossz technika. A vérminta minőségét a következők befolyásolhatják:

- A minta habzása, illetve hemolízise
- Alvadt vagy részlegesen alvadt vér
- Fel nem ismert alvadásgátlás
- Lupus-antikoagulans

Mint minden diagnosztikus vizsgálattal, a HEMOCHRON Jr. teszt eredményeket is a beteg állapota és az alkalmazott alvadásgátló kezelés fényében kell értékelni. Minden olyan eredményt, amely nem áll összhangban a beteg klinikai állapotával, meg kell ismételni, vagy további vizsgálati adatokkal kiegészíteni.

Az aprotinin zavaró batása

Az ACT tesztet az alkalmazott ACT aktivátortól függő mértékben befolyásolja az aprotinin.[9] Míg a Celite ACT mesterségesen meghosszabbul, a kaolin ACT nem változik meg.

Normális donorokról (N=4) friss vért vettek, majd in vitro heparinizálták a mintákat egészen 6,0 egység/ml heparinkoncentrációig. A vérmintákhoz ezután anyi aprotinint adtak, amennyi az 500 KIU/ml koncentráció eléréséhez szükséges volt. Az egyes mintákból aliquot-jait megvizsgálták a HEMOCHRON Jr. ACT+ teszttel, valamint a referencia HEMOCHRON kaolinos ACT teszttel (FTK-ACT) is. A mintákat, még az aprotinin hozzáadása előtt, megvizsgálták az ACT+ teszttel is. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy az ACT+ teszttel az aprotinin 500 KIU/ml vér koncentrációig nem befolyásolja.

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

NE használjon lejárt, illetve helytelen módon tárolt küvettákat.

NE erőltesse bele a küvettát a berendezésbe. Amennyiben ellenállást tapasztal a behelyezés közben, óvatosan vegye ki a küvettát és vizsgálja meg a küvetta számára szolgáló nyílást. Távolítson el minden akadályt, miélőtt tovább használná a berendezést (lásd a "Szerelés és karbantartás" részt a megfelelő HEMOCHRON Jr. használati kézikönyben).

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A rutinos minőségellenőrzés és -követés egy átfogó minőségbiztosítási program része kell hogy legyen. A rutinos minőségellenőrzés kényelmessé és gazdaságossá tételéhez különböző HEMOCHRON Jr. minőségellenőrző termékek állnak rendelkezésre.

A berendezés napi minőségellenőrzése

A HEMOCHRON Jr. berendezésen minden 8 órás működés után minőségellenőrzést kell végrehajtani, kétszintű kontroll alkalmazásával. A napi minőségellenőrzés megkönnyítése érdekében elektronikus minőségellenőrzés áll rendelkezésre, amely alkalmas a berendezés kétszintű ellenőrzésére. Részletes utasításokért olvassa el a használandó HEMOCHRON műszer kezelői kézikönyvet.

A HEMOCHRON Jr. tesztküvetták minőségellenőrzése

A HEMOCHRON Jr. ACT+ küvettákat minden egyes **tételen** kétszintű folyadékos minőségellenőrzéssel teljesítményhitelesítést kell végezni:

- ha új szállítmány érkezik, ÉS
- azt követően minden 30 naptári nap elteltével.

A fentiek szerint végrehajtott, sikeres teljesítményhitelesítést követően a küvettákon csak akkor kell további folyadékos minőségellenőrzést végezni, ha a klinikai eredményekben eltérés gyanúja merül fel.

A teljesítményhitelesítés a megfelelő HEMOCHRON Jr. mikrokoagulációs teljes vér minőségellenőrző készítmények segítségével hajtható végre. Az elfogadható teljesítménytartományok adatait és ACT+ tesztküvettákra való alkalmazásuk módját a minőségellenőrző készítményekészletek tartalmazzák.

IRODALOM

1. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Boggs BD: Heparin therapy during extracorporeal circulation: I. Problems inherent in existing protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674–684, 1975.
2. Doty DB, Knott HW, Hoyt JL, Koepke JA: Heparin dose for accurate anticoagulation in cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 20:597–604, 1979.
3. Esposito RA, Culliford AT, Colvin SB, Thomas SJ, Lackner II, Spencer FE: The role of the activated clotting time in heparin administration and neutralization for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 85: 174-185, 1983.
4. Gambino R: Monitoring heparin therapy. Lab Report for Physicians 4: 17–20, 1982.
5. Hattersley P: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 136:436, 1966.
6. Metz S, Keat AS: Low Activated Coagulation Time during cardiopulmonary bypass does not increase post operative bleeding. Ann Thorac Surg 49: 440-444, 1990.
7. Ogilby JD, Kopelman HA, Klein LW, Agarwal JB: Adequate heparinization during PTCA: Assessment using Activated Clotting Times. Cath and Cardiovasc Diag. 18: 206-209, 1989.
8. Pan CM, Jobes D, Van Riper D, Ogilby JD, Lin CY, Horrow J, Blumenthal R, Mendoza M, LaDuca F: A Modified microsample ACT test for heparin monitoring. J Extra–corporeal Technology,28(1):16-20, 1996.
9. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4: 1135–1140, 1992.
10. Young JA, Kisior T, Doty D: Adequate anticoagulation during cardiopulmonary bypass determined by Activated Clotting Time and the appearance of fibrin monomer. Ann Thorac Surg 26: 232-240, 1978.
11. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Clotting Time Plus (ACT+)

Ulotka informacyjna

język polski

test diagnostyczny do zastosowania *in vitro*

ZASTOSOWANIE TESTU

HEMOCHRON® Jr. ACT+ jest ilościowym testem do monitorowania przeciwzakrzepowej aktywności heparyny stosowanej podczas różnych zabiegów medycznych. Test ACT+ wykazuje liniową korelację z przeciwzakrzepowymi własnościami heparyny o dawce pomiędzy 1,0 i 6,0 j/ml krwi. Test przeznaczony jest do monitorowania od średnich do wysokich dawek heparyny, często jest stosowany przy zabiegach cewnikowania serca oraz w sercowo-płucnej chirurgii bajpasów. Aprotynina nie wpływa na przebieg testu. Test ACT+ nie wykazuje czułości przy bardzo niskich stężeniach heparyny, spotykanych na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Do monitorowania niskich stężeń heparyny stosowany jest aparat HEMOCHRON Jr. APTT oraz test ACT-LR.

Test ACT+ wykonywany jest na dowolnym aparacie HEMOCHRON Jr. w próbce świeżej krwi. Jest to przenośna aparatura przeznaczona do użytku przy łóżku pacjenta. Czytnik nie jest przeznaczony do użytku domowego.

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA

Aby zapewnić przepływ wolnej od skrzepów krwi a jednocześnie zminimalizować pojawienie się komplikacji w postaci krwawień, będących konsekwencją zabiegu, należy uważnie monitorować zabieg oraz kontrolować aktywność przeciwzakrzepową leku. [2,3,4]

Test do oznaczania czasu krzepnięcia aktywowanego (ACT), po raz pierwszy opisany w 1966° roku przez Hattersley'a, jest metodą z wyboru, przeznaczoną do monitorowania terapii heparynowej w przebiegu chirurgii serca oraz plastyki naczyń. Chociaż zastosowanie terapii heparynowej jest bardzo istotne dla utrzymania prawidłowej hemostazy w czasie wykonywanych zabiegów, to jej podanie pacjentowi obarczone jest znacznym ryzykiem. Wśród pacjentów istnieje 12-krotna różnica w reakcji na heparynę.[1] Przedawkowanie heparyny może zakończyć się niebezpiecznym krwawieniem, podczas gdy podanie niewystarczającej dawki może doprowadzić do zakrzepicy. Dlatego też , aby nie dopuścić do wystąpienia wymienionych niepożądanych efektów ubocznych, należy monitorować terapię heparynową.

Wyniki testu ACT+ są automatycznie przeliczane na odpowiadające im wartości Celite® ACT. Na zakończenie testu, czasomierz cyfrowy czytnika wyświetli tylko wartość równoważnika Celite ACT (w sekundach). Wartości podawane w równoważnikach Celite ACT ułatwiają interpretację wyników.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Zasada działania czytników HEMOCHRON Jr. polega na wykorzystaniu mechanizmu tworzenia się skrzepu w punkcie końcowym procesu krzepnięcia. Skrzepy tworzy się w jednorazowych kuwetach ACT+. Po dodaniu próbki pełnej krwi, czytnik odmierza dokładnie 15 mikrolitrów krwi do kuwety ACT+, a następnie przesuwa ją do kanału pomiarowego. Pozostała część próbki, nie objęta badaniem, przesuwana jest automatycznie do kanału kuwety, w którym umieszczany jest materiał odpadowy. Mieszanie próbki z odczynnikiem oraz moment rozpoczęcia testu dokonuje się również w sposób automatyczny, bez udziału operatora. Po zmieszaniu z odczynnikiem próbka przesuwana jest ruchem tuhadłowym w kanale testowym, a tworzenie się skrzepu jest monitorowane.

Mechanizm wykrywania skrzepu składa się z układu detektorów optycznych (fotodiod), ustawionych w linii kanału testowego kuwety. Mierzona jest prędkość z jaka próbka krwi przesuwa się pomiędzy detektorami. Wraz z rozpoczęciem procesu tworzenia się skrzepu, przepływ krwi jest hamowany i ruch ulega spowolnieniu. Gdy prędkość ulega zmniejszeniu poniżej założonej wartości, w pomiarze instrumentalnym rozpoznawany jest osiągnięty punkt końcowy procesu krzepnięcia. Czytnik podaje wyniki testu w równoważnikach Celite ACT (w sekundach).

ODCZYNNIKI

Każde opakowanie kuwet testowych ACT+ zawiera:

- 45 saszetek, każda z nich zawiera jedną kuwetę testową HEMOCHRON Jr. ACT+ oraz jeden osuszacz.

Kuwety testowe ACT+ są autonomicznymi, jednorazowymi testowymi komorami, wypełnionymi wstępnie suchymi związkami krzemionki, kaolinu, fosfolipidu, stabilizatorami i buforami. Każda kuweta jest oddzielnie zapakowana w saszetkę. Saszetki z kuwetami są ostemplowane datą ważności właściwą dla danej serii produktu.

OSTRZEŻENIE: *Wszystkie używane kuwety testowe należy uważać za potencjalnie zakaźne, należy je stosować z zachowaniem środków ostrożności, oraz niszczyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o likwidowaniu odpadów medycznych.*

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Zafoliowane w saszetki, przechowywane w lodówce (2 - 8°C) kuwety ACT+ zachowują stabilność aż do osiągnięcia deklarowanej daty ważności. Kuwety w zafoliowanych, zamkniętych saszetkach można też opcjonalnie przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Kuwety ACT+ nie powinny być wystawiane na działanie temperatur wyższych niż 37°C.

UWAGA: *Przechowywanie w temperaturze pokojowej może zostać wydłużone maksymalnie do 12 tygodni, ale nigdy nie powinno przekroczyć deklarowanej daty ważności. Przedatowywanie jest niezbędne przy przechowywaniu testu w temperaturze pokojowej i powinno zostać zaznaczone w tabeli "Performance Verified" ("Potwierdzenie przydatności") jako uzupełnienie informacji dotyczących przechowywania i umieszczone na bocznej ściance każdego opakowania zawierającego kuwetę. Otwarta saszetka właściwie zawinięta od strony rozcięcia i przechowywana w lodówce zachowuje stabilność przez jeden dzień. Dla zachowania optymalnego okresu ważności, zaleca się otworzyć saszetkę z kuwetą bezpośrednio przed jej zastosowaniem.*

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek oznaczenia, w celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, użytkownik powinien odwołać się do odpowiedniego Podręcznika użytkownika czytnika HEMOCHRON Jr.

Oznaczenie instrumentalne polega na wniesieniu kuwety do czytnika, pozostawieniu jej do ogrzania, dodaniu próbki pełnej krwi oraz wciśnięciu klawisza **START**. Pomiar próbki, wymieszanie próbki z odczynnikiem, inicjacja oznaczenia oraz wykrycie skrzepu nastąpi w sposób automatyczny.

Materiały dostarczone w zestawie

- Wstępnie wypełnione kuwety testowe HEMOCHRON Jr. ACT+

Materiały potrzebne do wykonania testu, ale nie dostarczone w zestawie

- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II lub HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml lub 3 ml plastykowe strzykawki, igły o rozmiarze 23 lub 21 (opcjonalnie)

POBIERANIE PRÓBEK ORAZ WYKONANIE TESTU

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi, należy zapoznać się z instrukcjami zakładowymi oraz CLSI (H21-A) zawierającymi wskazówki, jak pobierać próbki do oznaczania krzepliwości krwi.

Nie należy pobierać próbek świeżej krwi stosując szklane probówki do pobierania krwi.

Nie należy pobierać krwi z heparynizowanego cewnika, wenflonu lub heparynizowanego cewnika umocowanego na stałe.

Jeżeli próbki pobierane są przy zastosowaniu cewników umocowanych na stałe, należy przepłukać dokładnie jego ujście, postępując zgodnie z zakładowymi procedurami.

1. Przy pomocy strzykawki pobrać 0,2 ml krwi.
2. Natychmiast odmierzyć jedną kroplę krwi do studzienki kuwety testowej, zaczynając od dna, aż do całkowitego jej zapełnienia. W tym celu można użyć (opcjonalnie) igły do przenoszenia. Wystarczająca objętość krwi powinna być rozdzowana dokładnie do centralnej studzienki testowej, wypełniając ją równomiernie aż do brzegu. Jeżeli zdarzy się, że duża kropla krwi przelejе się ponad brzegiem centralnej studzienki testowej, należy ją przesunąć do zewnętrznej studzienki testowej.
3. Wcisnąć klawisz **START.**

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Uwaga: *Poniższe wartości otrzymano stosując HEMOCHRON Jr. łącznie z kuwetami ACT+*

Normalny zakres

HEMOCHRON Jr. oceniano stosując do oznaczenia świeżą, pełną krew, pobraną od zdrowych dawców – ochotników (N=20) oraz od hospitalizowanych pacjentów nie poddawanych terapii heparynowej (N=100). Wyniki podano w równoważnikach HEMOCHRON Celite ACT.

	N	średnio (sek)	SD (sek)	zakres (wart. średnia ±2 SD)
zdrowi dawcy	20	103	11	81 - 125
pacjenci	100	124	14	96 – 152

UWAGA: *Każda instytucja powinna określić swój własny normalny zakres oraz zakres docelowy terapeutycznego poziomu środków przeciwzakrzepowych w odniesieniu do własnej grupy pacjentów.*

Równoważniki czasu krzepnięcia dla Celite

Czas krzepnięcia krwi uzyskany przy zastosowaniu odczynnika ACT+ jest krótszy niż czas uzyskany przy zastosowaniu odpowiadającego mu odczynnika Celite. Czas krzepnięcia ACT+ przedstawiany jest jako równoważnik Celite ACT i jest wynikiem korelacji ustalonej w czasie badań klinicznych. Regresja liniowa przedstawiająca zależność pomiędzy tymi testami, jest wpisana w program czytnika HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II oraz HEMOCHRON Jr. Signature, w taki sposób, że pod koniec testu wyświetlany jest odpowiedni czas krzepnięcia Celite ACT.

Czułość heparyny

Optymalna odpowiedź uzyskana w teście ACT+ jest osiągalna dla stężeń heparyny mieszczących się w zakresie od 1,0 do 6,0 jednostek heparyny/ml krwi. Test ACT+ nie wykazuje czułości dla stężeń heparyny mieszczących się poniżej wartości progowej wynoszącej 1,0 j/ml. Czułość na heparynę jest ustalana w czasie badań laboratoryjnych, w czasie których heparyna in vitro dodawana jest w rosnących stężeniach do równych objętości próbek krwi, pobranej od tego samego dawcy. Czułość zdefiniowana jest jako spadek krzywej czasu krzepnięcia ACT+ w zależności od rosnących stężeń heparyny. Wiadomo powszechnie, że zdrowi dawcy odznaczają się różnym poziomem czułości. W testach in vitro, heparynizowana krew zdrowego dawcy odznacza się pozytywną korelacją (r=0,95) pomiędzy ACT+ a referencyjnym Celite ACT (HEMOCHRON CA510).

Korelacja pomiędzy testem ACT+ wykonywanym na HEMOCHRON Jr. a referencyjnym HEMOCHRON Celite ACT (Fig. 1)

Przeprowadzono badania kliniczne z użyciem próbek krwi pobranych od pacjentów po przeprowadzonych zabiegach chirurgicznych na sercu (N=79). Badania były wykonane przed i po podaniu heparyny oraz w trakcie wykonywanego zabiegu bajpasu sercowo-płucnego. Próbki krwi zostały dodatkowo pobrane od pacjentów kardiologicznych (N=53), poddawanych zabiegowi cewnikowania i plastyki naczyń, przed i po podaniu heparyny. Łącznie zgromadzono od pacjentów 574 próbek krwi, które były równolegle oznaczane testem ACT+ na czytniku HEMOCHRON Jr. oraz testem referencyjnym Celite ACT. Wyniki przedstawione na Fig. 1, wykazują wysoki stopień korelacji (r=0,93) pomiędzy dwoma testami. Pomimo wysokiej korelacji pomiędzy dwoma testami, z wydłużaniem się czasu krzepnięcia, obserwowano jednak różnice przekraczające 100 sekund.

Faktyczny czas potrzebny do zabamowania procesu krzepnięcia krwi

Każda instytucja powinna opracować swój własny normalny zakres i oznaczyć potrzebny ostatecznę czas niezbędny w określonych interwencjach medycznych. [1,6,7,10] Oznaczanie czasu krzepnięcia po szybkim, jednorazowym podaniu heparyny w czasie wykonywanego zabiegu przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyki wieńcowej oraz chirurgii serca (sercowo-płucne bajpasy) wskazuje, że czas krzepnięcia ACT+ może być podstawą do opracowania docelowych zakresów, wyższych o około 10-15% niż odpowiednie wartości Celite ACT. Oznacza to że dla przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyki wieńcowej czas mierzony w sekundach wynosi dla ACT+ około 260-270 sekund, przy 300 sekundach dla Celite ACT; oraz około 410-440 sekund dla ACT+ przy 480 sekundach dla Celite ACT (w chirurgii serca przed przystąpieniem do wykonania bajpasu sercowo-płucnego).

Każda instytucja posiada swoje własne docelowe zakresy dla czasu koniecznego do zahamowania krzepnięcia krwi, wynikające z historii choroby danej populacji pacjentów. Czynniki konserwujące krew takie jak na przykład aprotynina (Trasylol®, Miles Inc.), będą przedłużały czas dla Celite ACT, nie interferując z ACT+. Nie ustalony został wpływ takich związków jak: aspiryna, kwas traneksamowy, DDAVP, związki przeciwwłóknikowe, czynniki defibrynujące (np. Ancrod), bezpośrednie inhibitory trombiny (np. hirudyna) oraz czynniki do konserwacji płytek krwi (takie jak inhibitory GPIIb/IIIa) np. ReoPro®, Eli Lilly i Co., Centocor B.V.

UWAGA: *Instytucje powinny określić swój własny, normalny zakres oraz zakres docelowy dla czasu koniecznego do zabamowania krzepnięcia krwi a następnie regularnie je rewidować, ze względu na coraz większe zastosowanie w kardiologii i chirurgii serca interferujących leków.*

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIE UŻYWAĆ kuwet po wygaśnięciu terminu