REF DCJAPTT-N, DCJPT-N, DCJACT-N, DCJLR-N
REF DCJAPTT-A, DCJPT-A, DCJACT-A, DCJLR-A

CE

directCHECK®
Whole Blood Control

For HEMOCHRON® Jr. Microcoagulation Systems

Package Insert
English

INTENDED USE
The directCHEK® Whole Blood Quality Controls are dried whole blood preparations which have been assayed and are intended to be used to perform quality control assays using the HEMOCHRON® Jr. Microcoagulation test cuvettes..

For *in vitro* Diagnostic Use

SUMMARY AND EXPLANATION
Blood coagulation instruments and assays should be quality controlled prior to and during routine use. Performance ranges are provided with each control product against which the user should compare results. A proper quality assurance program includes maintenance, quality control assay measurements and complete performance records.

REAGENTS
Level 1 and Level 2 quality control products are provided separately. These preparations consist of dried fixed bovine red blood cells, buffered sheep and horse plasma. Assayed clotting time values are provided with each lot of material.

Each control preparation is provided in a dropper vial. Each dropper vial also contains diluent used to rehydrate the dried whole blood control. These diluent preparations consist of distilled water, sodium chloride, Tween® 20, ProClin®, anticoagulant and calcium chloride. Calcium chloride is used for recalcification of the citrated whole blood preparation.

Four Level 1 quality control products are provided separately, to be used with the following HEMOCHRON Jr. tests

- APTT Level 1 quality control (cat. # DCJAPTT-N): for use with HEMOCHRON Jr. APTT test cuvette in any model HEMOCHRON Jr. instrument except original HEMOCHRON Jr.
- PT Level 1 quality control (cat. # DCJPT-N) for use with HEMOCHRON Jr. PT test cuvettes in any model HEMOCHRON Jr. instrument.
- ACT+ Level 1 quality control (cat. # DCJACT-N) for use with HEMOCHRON Jr. ACT+ test cuvette in any model HEMOCHRON Jr. instrument.
- ACT-LR Level 1 quality control (cat. #DCJLR-N) for use with HEMOCHRON Jr. ACT-LR test cuvette in any model HEMOCHRON Jr. instrument.

Four Level 2 quality control products are provided separately, to be used with the following HEMOCHRON Jr. tests:

- APTT Level 2 quality control (cat # DCJAPTT-A): for use with HEMOCHRON Jr. APTT test cuvette in any model HEMOCHRON Jr. instrument except original HEMOCHRON Jr.
- PT Level 2 quality control (cat # DCJPT-A): for use with HEMOCHRON Jr. PT test cuvettes in any model HEMOCHRON Jr. instrument.
- ACT+ Level 2 quality control (cat # DCJACT-A): for use with HEMOCHRON Jr. ACT+ test cuvettes in any model HEMOCHRON Jr. instrument.
- ACT-LR Level 2 quality control (cat # DCJLR-A): for use with HEMOCHRON Jr. ACT-LR test cuvettes in any model HEMOCHRON Jr. instrument.

The Level 2 Citrate PT quality control (DCJCPT-A) is provided separately, to be used with the Citrate PT test using a HEMOCHRON Jr. II or Jr. Signature instrument.

The Level 2 Citrate APTT quality control (DCJCAPTT-A) is provided separately, to be used with the Citrate APTT test using a HEMOCHRON Jr. II or Jr. Signature instrument.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
⚠ CAUTION: Animal blood products are included in the directCHEK quality control preparation. No material in any preparation is derived from human blood. All blood products, whether of human origin or animal origin, however, should be handled with care.

☣ CAUTION: All used test cuvettes and directCHECK vials should be considered as potentially infectious, handled with care and disposed of in accordance with standard medical waste disposal policy.

HANDLING AND STORAGE
When refrigerated (2–8°C) the vials are stable until the marked expiration date. The quality control product should never be exposed to temperatures in excess of 37°C. Reconstituted vials should be used immediately. directCHECK Quality Control products may also be stored at room temperature for up to 4 weeks. (The marked expiration date must not be exceeded.) A reading label is provided and should be marked with 4 weeks dating if room temperature storage is selected.

PROCEDURE
Materials Provided
directCHECK quality control product kits for use with the HEMOCHRON Jr. Microcoagulation Systems contain the following:

- 15 dropper vials of dried whole blood control (0.5 mL) in a glass ampule provided with 0.7 mL of diluent.
- 4 reusable protective sleeves, for use in crushing ampules.

Materials Required But Not Provided
- HEMOCHRON Jr. or Signature instrument
- HEMOCHRON Jr. test cuvettes

Preparation of Control Material
A. HEMOCHRON Jr. Assays

Remove the appropriate test cuvettes from the refrigerator and allow them to come to room temperature (15 - 30°C) prior to testing. This could require up to 60 minutes.

B. Quality Control Product

Remove the appropriate quality control dropper vials from the refrigerator and allow them to come to room temperature. This could require up to 60 minutes. Visually inspect vial to ensure that the glass ampule is intact.

Test Procedure
1. Insert cuvette (room temperature) into the cuvette slot on the side of instrument.
2. During pre–warm stage, observe display for fault/warning messages.
3. The instrument will signal ready with an audible tone, the display will indicate "Add Sample" and "Press Start".
4. Reconstitute the (room temperature) dropper vial contents as follows:

NOTE: Reconstitution and mixing of the whole blood control material should be accomplished quickly and without delay in any step. Once the dried control material has been reconstituted, the sample should be used immediately, as clotting will occur.

Remove the label from the vial. **Insert vial into protective sleeve. Holding vial upright, tap the vial on a table top to settle glass ampule to the bottom of the vial.** Crush the inner glass ampule by either bending the vial over the edge of a table top or by crushing the vial between two fingers. Immediately repeat the crushing action one to two additional times to ensure complete breakage of the glass ampule.

Quickly invert the dropper vial end to end 10 times.

5. While inverting the vial (dropper tip down), use a downward snapping motion of the wrist to ensure the control material flows to dropper tip. Remove and retain the vial cap. Squeeze the vial to discard the first drop of the control material. Immediately dispense as many drops of control material as needed to fill the cuvette sample well flush to the top. Should a large dome extend over the top of the center sample well, push it over into the outer sample well.
6. Depress the **START** key.
7. Recap the control vial and remove the control vial from the protective sleeve. Dispose of the vial and vial cap appropriately and retain the protective sleeve for reuse.
8. Wait for the single beep signaling end of the test. Two beeps indicate a fault condition.
9. Record results.

NOTE: Refer to the "Troubleshooting" section should any fault message appear on the display during this procedure.

LIMITATIONS
Technique variation can significantly alter performance characteristics. While the HEMOCHRON Jr. Systems have a limited number of operator variables that can affect performance, improper handling of the Quality Control Product can significantly affect results. Care must be taken to establish and adhere to the recommended test procedure found in this package insert and the associated test cuvette package insert. Variations in ambient temperature should be minimized for consistency of test performance. Avoid vigorous shaking which may cause bubbles or foaming. In cases where results fall outside of the assigned range, patient results should be considered suspect and performance of quality control tests should be repeated.

Published performance ranges reflect results found in most clinical settings. Each institution should establish its own expected range of results and provide a data tracking record to identify instruments, cuvettes, reagents or operators whose performance is outside of the institution's expected range.

In cases where results are outside of the expected/published range, the cause will likely fall into one of the following possible categories.

1. Operator technique
2. Quality Control Product / test cuvette
3. Instrumentation
4. Environmental Factors

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Expected Values
Acceptable ranges for each Quality Control Product are published on the back of this package insert. These values have been established at the manufacturer's facility and are lot specific. The range represents the acceptable performance ranges for all HEMOCHRON Jr. II and Jr. Signature instruments. The user should be able to obtain a value within the published range included with each product. A proper quality assurance program includes regular instrument maintenance, quality control measurements and maintenance of complete performance records.

Accriva recommends that each institution establish its own expected range of response based on the mean ±2 standard deviations of at least 20 repeated test results. The local mean values established should fall within the manufacturer's acceptable performance range. Studies show that intra–laboratory variation in test results should produce a coefficient of variation of approximately 14% or less for coagulation control tests.

TROUBLESHOOTING
Please refer to the appropriate instrument Operator's Manual "Troubleshooting" section for instrument software fault messages, definitions and actions.

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Control value is below published range	Reconstituted control was not thoroughly mixed.	Repeat test, ensuring that inner glass ampule is crushed at least two times and reconstituted control is thoroughly mixed by inverting the vial end to end 10 times.
	Time period between control material mixing and addition to test cuvette is too long.	Repeat test. After proper mixing of control material and diluent, IMMEDIATELY discard first drop and then dispense reconstituted control material into cuvette well. Do not remove protective sleeve until after control material has been dispensed from vial into cuvette well. Ensure vial label is removed prior to crushing vial.
Control value is above published range	Inner glass ampule was not adequately crushed.	Repeat test, ensuring that inner glass ampule is crushed at least two times prior to inverting the vial end to end 10 times.
	Reconstituted control was not thoroughly mixed.	Repeat test, ensuring that reconstituted control is thoroughly mixed by inverting the vial end to end 10 times.
	Vial cap is removed prior to inverting, allowing diluent to leak from vial.	Repeat test, ensuring that vial cap is not removed prior to inverting. Remove vial cap when control material is to be dispensed into cuvette well.
Fault message obtained (see appropriate HEMOCHRON Jr. Operator's Manual)	Reconstituted control was not thoroughly mixed.	Repeat test, ensuring that reconstituted control is thoroughly mixed by inverting the vial end to end 10 times.
		Repeat test, ensuring that inner glass ampule is crushed at least two times prior to inverting end to end 10 times.
	Bubbles are present in control material when added to cuvette well.	Repeat test, avoiding excessively vigorous shaking that may cause bubbles or foaming.
		Repeat test, ensuring reconstituted control is thoroughly mixed by inverting the vial end to end 10 times.
		Repeat test, ensuring that reconstituted control material flows to dropper tip by using a downward snapping motion of the wrist prior to dispensing into cuvette sample well.

IF OUT-OF-RANGE RESULTS OR FAULT MESSAGES PERSIST, CONTACT ACCRIVA TECHNICAL SUPPORT.

IVD CE CONTROL L1 L2 2°C (35°F) 8°C (46°F)

	L1	L2	x̄	r
EN	Level 1	Level 2	Mean	Range
CZ	Level 1	Level 2	Znamenat	Rozsah
KZ	Деңгей 1	Деңгей 2	Media	Орналас-
GR	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Εύρος τιμών	Μέση τιμή
RO	Nivel 1	Nivel 2	Însemna	Gamă
RU	уровень 1	уровень 2	означать	диапазон
TR	Seviye 1	Seviye 2	Ortalama	Menzil

Accriva diagnostics
Accriva Diagnostics, Inc.
6260 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
Tel: 858.263.2300 • Fax: 858.875.0603
www.accriva.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

directCHECK® is a registered trademark of Accriva Diagnostics, Inc.

REF DCJAPTT-N, DCJPT-N, DCJACT-N, DCJLR-N
REF DCJAPTT-A, DCJPT-A, DCJACT-A, DCJLR-A

CE

directCHECK®
Whole Blood Control

Pro mikrokoagulační systémy HEMOCHRON® Jr.

Příbalový leták
Cesky / Czech

URČENÉ POUŽITÍ
Přípravky pro kontrolu kvality plné krve directCHECK® jsou přípravky ze sušené plné krve, které byly analyzovány a jsou určeny k provádění analýz v rámci kontroly kvality pomocí testovacích kyvet pro mikrokoagulační systémy HEMOCHRON® Jr.

Pro diagnostické použití *in vitro*

SOUHRN A VYSVĚTLENÍ
U přístrojů a soupravy pro monitorování koagulace krve je nutno před rutinním používáním a v jeho průběhu provádět kontrolu kvality. S každým kontrolním přípravkem jsou dodávány pracovní rozsahy, se kterými má uživatel výsledky porovnávat. Správný program zabezpečování kvality zahrnuje pravidelnou údržbu přístroje, měření při kontrole kvality a kompletní záznamy o provádění analýz.

ČINIDLA
Přípravky pro kontrolu kvality na úrovni 1 a na úrovni 2 jsou dodávány odděleně. Tyto přípravky obsahují sušené fixované hovězí erytrocyty a pufrovanou ovčí a koňskou plasmu. S každou šarží materiálu jsou dodávány stanovené hodnoty času srážlivosti.

Každý kontrolní přípravek je dodáván v lahvičce s kapátkem. Každá lahvička s kapátkem obsahuje také rozpouštěcí roztok pro rehydrataci kontrolních vzorků sušené plné krve. Tyto rozpouštěcí roztoky obsahují destilovanou vodu, chlorid sodný, Tween® 20, ProClin®, antikoagulans a chlorid vápenatý. Chlorid vápenatý se používá pro rekalcifikaci přípravku z citrátové plné krve.

Pro použití s následujícími testy HEMOCHRON Jr. jsou určeny a zvlášť dodávány čtyři přípravky pro kontrolu kvality na úrovni 1:

- Kontrola kvality APPT na úrovni 1 (kat. č. # DCJAPTT-N): pro použití s testovací kyvetou HEMOCHRON Jr. APTT ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr. kromě původního přístroje HEMOCHRON Jr.
- Kontrola kvality PT na úrovni 1 (kat. č. # DCJPT-N) pro použití s testovací kyvetou HEMOCHRON Jr. PT ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr.
- Kontrola kvality ACT+ na úrovni 1 (kat. č. # DCJACT-N) pro použití s testovací kyvetou HEMOCHRON Jr. ACT+ ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr.
- Kontrola kvality ACT-LR na úrovni 1(kat. č. # DCJLR-N) pro použití s testovací kyvetou HEMOCHRON Jr. ACT-LR ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr.

Pro použití s následujícími testy HEMOCHRON Jr. jsou určeny a zvlášť dodávány čtyři přípravky pro kontrolu kvality na úrovni 2:

- Kontrola kvality APTT na úrovni 2 (kat. č. # DCJAPTT-A): pro použití s testovací kyvetou HEMOCHRON Jr. APTT ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr. kromě původního přístroje HEMOCHRON Jr.
- Kontrola kvality PT na úrovni 2 (kat. č. # DCJPT-A): pro použití s testovacími kyvetami HEMOCHRON Jr. PT ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr.
- Kontrola kvality ACT+ na úrovni 2 (kat. č. # DCJACT-A): pro použití s testovacími kyvetami HEMOCHRON Jr. ACT+ ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr.
- Kontrola kvality ACT-LR na úrovni 2 (kat. č. # DCJLR-A): pro použití s testovacími kyvetami HEMOCHRON Jr. ACT-LR ve kterémkoli modelu přístroje HEMOCHRON Jr.

UPOZORNĚNÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
⚠ *UPOZORNĚNÍ: Přípravky directCHECK pro kontrolu kvality obsahují přípravky ze zvířecí krve. Žádný materiál v žádném přípravku není derivátem lidské krve. Se všemi krevními přípravky, ať již lidského nebo zvířecího původu, je však nutno zacházet opatrně.*

☣ *UPOZORNĚNÍ: Všechny použité testovací kyvety a lahvičky directCHECK je nutno považovat za potenciálně infekční, musí s nimi být manipulováno opatrně a musí být likvidovány v souladu se standardními předpisy pro likvidaci zdravotnického odpadu.*

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Při skladování v chladničce (2 - 8 °C) jsou lahvičky stabilní po vyznačenou dobu použitelnosti. Přípravek pro kontrolu kvality nesmí být nikdy vystaven teplotám přesahujícím 37 °C. Rekonstituované lahvičky je nutno použít okamžitě. Přípravky pro kontrolu kvality directCHECK mohou být také skladovány až 4 týdny při pokojové teplotě. (Nesmí být překročena vyznačená doba použitelnosti). Pro případ skladování při pokojové teplotě je dodáván štítek pro změnu data, na kterém je pak nutno vyznačit čtyřtýdenní lhůtu.

POSTUP
Dodané materiály
Sady přípravků directCHECK Citrate pro kontrolu kvality určené k použití s mikrokoagulačními systémy HEMOCHRON Jr. II a Jr. Signature obsahují následující:

- 15 lahviček s kapátkem s kontrolními vzorky sušené plné krve (0,5 ml) ve skleněné ampulce s 0,7 ml rozpouštěcího roztoku.
- 4 opakovaně použitelná ochranná pouzdra používaná pro drcení ampulek.

Potřebné, ale neododané materiály
- Přístroj HEMOCHRON Jr. nebo Signature
- Testovací kyvety HEMOCHRON Jr

Příprava kontrolních materiálů
A. Analýzy HEMOCHRON Jr.

Vyjměte z chladničky příslušné testovací kyvety a před provedením testů je nechte vytemperovat na pokojovou teplotu (15 - 30 °C). To může trvat až 60 minut.

B. Přípravek pro kontrolu kvality

Vyjměte z chladničky příslušné lahvičky s kapátkem pro kontrolu kvality a nechte je vytemperovat na pokojovou teplotu. To může trvat až 60 minut. Vizuálně zkontrolujte, že je skleněná ampulka neporušená.

Postup testu
1. Kyvetu (o pokojové teplotě) vložte do otvoru pro kyvetu umístěném na straně přístroje.
2. Během předehřívací fáze pozorujte displej, zda se na něm neobjeví chybová hlášení nebo varování.
3. Když je přístroj připraven, upozorní na to zvukovým signálem a na displeji se zobrazí „Add Sample" (Přidejte vzorek) a „Press Start" (Stiskněte Start).
4. Obsah lahvičky s kapátkem rekonstituujte (za pokojové teploty) následujícím způsobem:

POZNÁMKA: Rekonstituce a míchání kontrolního materiálu plné krve musí být v každém kroku prováděno rychle a nepodléhá.
Jakmile byl suchý kontrolní materiál rekonstituován, musí být vzorek použit okamžitě, protože začne probíhat srážení.

Z lahvičky sejměte štítek. Lahvičku zasuňte do ochranného pouzdra. Držte lahvičku rovně vzhůru a poklepejte jí o desku stolu, aby se skleněná ampulka usadila na dně. Vnitřní skleněnou ampulku rozdrťte buď ohnutím lahvičky přes okraj stolu nebo rozdrcením mezi dvěma prsty.Drcení okamžitě ještě jednou nebo dvakrát zopakujte, aby bylo zajištěno úplné rozdrcení skleněné ampulky.

Rychle desetkrát převraťte lahvičku s kapátkem dnem vzhůru.

5. Při převracení lahvičky (koncem s kapátkem dolů) provedte rychlý trhavý pohyb zápěstím směrem dolů, kterým zajistíte, aby kontrolní materiál dotekl až do špičky kapátka. Odstraňte z lahvičky víčko a uschovejte ho. Stlačte lahvičku a odkápněte první kapku kontrolního materiálu. Okamžitě nadávkujte tolik kapek kontrolního materiálu, kolik je potřeba k naplnění jamky pro vzorek v kyvetě po horní okraj. Pokud přes horní okraj střední jamky pro vzorek přečnívá velká výkvetná kapka, vytlačte ji do vnější jamky pro vzorek.
6. Stiskněte tlačítko **START**.
7. Znovu uzavřete lahvičku s kontrolou víčkem a vyjměte ji z ochranného pouzdra. Lahvičku s víčkem vhodným způsobem zlikvidujte a ochranné pouzdro ze přenosu pro opakované použití.
8. Počkejte na jediné pípnutí, které signalizuje konec testu. Dvě pípnutí signalizují chybu.
9. Zaznamenejte výsledky.

POZNÁMKA: Pokud se v průběhu této procedury objeví na displeji jakékoli chybové hlášení, přečtěte si oddíl „Řešení problémů".

OMEZENÍ
Odchylka od techniky může významně změnit výkonnostní charakteristiky. I když mají systémy HEMOCHRON Jr. omezený počet faktorů závislých na obsluze, které mohou ovlivnit výkonnost, nesprávná manipulace přípravkem pro kontrolu kvality může významně ovlivňovat výsledky. Je nezbytné nutné věnovat péči zavedení a dodržování doporučeného postupu testu, který je uveden v tomto příbalovém letáku a v příbalovém letáku přípravek k testovací kyvetě. Pro zachování konzistentních výsledků testů je nutno minimalizovat kolísání pokojové teploty. Vyhněte se prudkému třepání, které může vyvářet bublinky nebo pěnu. V případech, kdy se výsledky dostanou mimo vymezený rozsah, je nutno považovat výsledky pacientů za podezřelé a je nutno zopakovat testy kontroly kvality.

Publikované rozsahy výkonnosti jsou odrazem výsledků získaných ve většině klinických prostředí. Každý ústav by si měl zavést také svůj vlastní předpokládaný rozsah výsledků a zajistit vedení záznamu sledujících dat, aby bylo možno identifikovat přístroje, kyvety, činidla nebo pracovníky, jejichž výkon je mimo předpokládaný rozsah ústavu.

V případech, kdy jsou výsledky mimo očekávaný anebo zde uvedený rozsah, bude příčina pravděpodobně spadat do jedné z následujících možných kategorií.

1. Technika obsluhy
2. Přípravek pro kontrolu kvality/testovací kyveta
3. Přístrojové vybavení
4. Faktory týkající se okolního prostředí

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
Očekávané hodnoty
Přijatelné rozsahy pro každý přípravek pro kontrolu kvality jsou uvedeny na zadní straně tohoto příbalového letáku. Tyto hodnoty byly stanoveny u výrobce a platí pouze pro konkrétní výrobní šarži. Tento rozsah představuje přijatelné výkonnostní rozsahy pro všechny přístroje HEMOCHRON Jr. II a Jr. Signature. Uživatel by měl být schopen dosáhnout hodnotu v uvedeném rozmezí, které je přiřazeno ke každému výrobku. Správný program zabezpečování kvality zahrnuje pravidelnou údržbu přístroje, měření při kontrole kvality a vedení úplných záznamů o provádění analýz.

Accriva doporučuje, aby si každý ústav zavedl také svůj vlastní předpokládaný rozsah citlivosti na základě průměru ±2 směrodatné odchylky z minimálně 20 opakovaných výsledků testů. Stanovené místní průměrné hodnoty musí spadat do přijatelného výkonnostního rozsahu od výrobce. Studie ukázaly, že odchylka výsledků zkoušek v rámci laboratoře má pro kontrolní stanovení srážlivosti dát variační koeficient přibližně 14 % nebo menší.

Řešení problémů
Chybová hlášení programového vybavení přístroje, jejich definice a odpovídající opatření si laskavě vyhledejte v příslušné části pro řešení problémů v uživatelské příručce k přístroji.

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Hodnota kontroly je pod uvedeným rozsahem	Rekonstituovaný kontrolní vzorek nebyl důkladně promíchán.	Zopakujte test a při tom dbejte na to, aby byla vnitřní skleněná ampulka rozdrcena alespoň dvakrát a aby byla rekonstituovaná kontrola důkladně promíchána převracením lahvičky dnem vzhůru desetkrát.
	Doba mezi promícháním kontrolního materiálu a jeho přidáním do testovací kyvety je příliš dlouhá.	Zopakujte test. Po důkladném promíchání kontrolního materiálu a rozpouštědla OKAMŽITĚ odkápněte mimo první kapku a pak převeďte rekonstituovaný kontrolní materiál do jamky kyvety. Neodstraňujte ochranné pouzdro, dokud není kontrolní materiál převeden z lahvičky do jamky v kyvetě. Před rozdrcením lahvičky nezapomeňte sejmout štítek.
Hodnota kontroly je nad uvedeným rozsahem	Vnitřní skleněná ampulka nebyla dostatečně rozdrcena.	Zopakujte test a přitom dbejte na to, aby před desetinásobným převrácením lahvičky dnem vzhůru byla vnitřní skleněná ampulka rozdrcena alespoň dvakrát.
	Rekonstituovaný kontrolní vzorek nebyl důkladně promíchán.	Zopakujte test a přitom dbejte na to, aby byla rekonstituovaná kontrola důkladně promíchána převracením lahvičky dnem vzhůru desetkrát.
	Víčko lahvičky bylo odstraněno před převrácením, což umožnilo, aby z lahvičky unikl rozpouštěcí roztok.	Zopakujte test a přitom dbejte na to, aby nebylo před převracením sejmuto víčko lahvičky. Víčko lahvičky odstraňte ve chvíli, kdy má být kontrolní materiál převeden do jamky kyvety.
Objevilo se chybové hlášení (viz užívatelská příručka k příslušnému přístroji HEMOCHRON Jr.)	Rekonstituovaný kontrolní vzorek nebyl důkladně promíchán.	Zopakujte test a přitom dbejte na to, aby byla rekonstituovaná kontrola důkladně promíchána převracením lahvičky dnem vzhůru desetkrát.
		Zopakujte test a přitom dbejte na to, aby před desetinásobným převrácením lahvičky dnem vzhůru byla vnitřní skleněná ampulka rozdrcena alespoň dvakrát.
	Po převedení do jamky kyvety jsou v kontrolním materiálu bublinky.	Zopakujte test a přitom se vyhněte příliš prudkému třepání, které může vyvořit bublinky nebo pěnu.
		Zopakujte test a přitom dbejte na to, aby byla rekonstituovaná kontrola důkladně promíchána převracením lahvičky dnem vzhůru desetkrát.
		Zopakujte test, přičemž před převedením materiálu do vzorové jamky kyvety proveďte rychlý trhavý pohyb zápěstím směrem dolů, kterým zajistíte, aby rekonstituovaný kontrolní materiál dotekl až do špičky kapátka.

POKUD ZŮSTÁVAJÍ VÝSLEDKY MIMO ROZSAH NEBO POKUD PŘETRVÁVAJÍ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ, KONTAKTUJTE TECHNICKÝ SERVIS SPOLEČNOSTI ACCRIVA.

REF DCJAPTT-N, DCJPT-N, DCJACT-N, DCJLR-N
REF DCJAPTT-A, DCJPT-A, DCJACT-A, DCJLR-A

CE

directCHECK®
Whole Blood Control

HEMOCHRON® Jr. жүйесіне арналған

Қораптағы қосымша парақ
Қазақша / Kazak

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ
directCHECK® Whole Blood Quality Controls басқару құралдары - көрсеткіштен құрғатылған тұтас қан дайындықтары және HEMOCHRON® Jr. Microcoagulation сынақ кюветтерімен сапаны басқару үлгілерін орындауға пайдаланылады.

In vitro диагностикалық қолдану үшін арналған

ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ТҮСІНІКТЕМЕ
Қанды қоюлату құралдары және анализдер жүйелі пайдалану алдында және барысында сапасын тексеруді керек. Өнімділік ауқымдары нәтижелерді салыстырып пайдаланушыға қарсы әрбір басқару өнімімен қамтамасыз етілед. Дұрыс сапаны басқыну бағдарламасы жүйелі құралдың техникалық қызметін, сапаны басқылау анализі өлшемдерінен және толық өнімділік жазбаларынан тұрады.

РЕАГЕНТТЕР
1-деңгейлі және 2-деңгейлі сапаны бақылау өнімдері бөлек қамтамасыз етіледі. Бұл дайындықтар құрғатылған бекітілген сиыр қызыл қаны жасушаларынан, буферрін қой мен жылқы плазмасынан тұрады. Алынған қанды сараптау уақыты мәндері әрбір материал топтамасымен қамтамасыз етіледі.

Әрбір басқару құралын дайын тамызғышы шишасында қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, әрбір тамызғышы шишасы құрғатылған тұтас қан басқару құралын қайта гидратациялауға арналған сұйықтықты қамтиды. Бұл ерітінді дайындықтары дистиллденген судан, натрий хлоридінен, Tween® 20, ProClin®, антикоагулянтынан және кальций хлоридінен тұрады. Кальций хлориді цитратты тұтас қан дайындығын қайта кальцийфикациялауға пайдаланылады.

Төрт 1-деңгейлі сапаны бақылау өнімдері бөлек қамтамасыз етіледі әрі келесі HEMOCHRON Jr. сынақтарымен пайдаланылады:

- APTT 1-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJAPTT-N): HEMOCHRON Jr. APTT сынақ кюветін түпнұсқалы HEMOCHRON Jr. ескермегенде кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.
- PT 1-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJPT-N) HEMOCHRON Jr. PT сынақ кюветін кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.
- ACT+ 1-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJACT-N) HEMOCHRON Jr. ACT+ сынақ кюветін кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.
- ACT-LR 1-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. #DCJLR-N) HEMOCHRON Jr. ACT-LR сынақ кюветін кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.

Төрт 2-деңгейлі сапаны бақылау өнімдері бөлек қамтамасыз етіледі әрі келесі HEMOCHRON Jr. сынақтарымен пайдаланылады:

- APTT 2-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJAPTT-A): HEMOCHRON Jr. APTT сынақ кюветін түпнұсқалы HEMOCHRON Jr. ескермегенде кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.
- PT 2-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJPT-A): HEMOCHRON Jr. PT сынақ кюветтерін кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.
- ACT+ 2-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJACT-A): HEMOCHRON Jr. ACT+ сынақ кюветтерін кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.
- ACT-LR 2-деңгейлі сапаны бақылау құралы (сан. # DCJLR-A): HEMOCHRON Jr. ACT-LR сынақ кюветтерін кез келген HEMOCHRON Jr. үлгілі құралда пайдалануға арналған.

ЕСКЕРТУЛЕР МЕН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
⚠ *ҚАУІПСІЗДІК ШАРАСЫ: Жануар қаны өнімдері directCHECK сапаны басқылау дайындықтарына қосылады. Дайындықтағы ешбір материал адам қанынан туындамаған. Барлық қан өнімдері, адам немесе жануар, мұқият өңделуі керек.*

☣ *ҚАУІПСІЗДІК ШАРАСЫ: Барлық пайдаланылған сынақ кюветтері және directCHECK шишалары инфекциялы ретінде қарастырылып, мұқият өңделіп, стандартты медициналық қалдықты тастау саясатына сәйкес тасталуы қажет.*

ӨНДЕУ ЖӘНЕ САҚТАУ
Мұздатылған (2–8°C) жағдайда шишалар көрсетілген жарамдылық мерзіміне дейін тұрақты болады. Сапаны бақылау өнімі 37°C шамасынан асатын температура көрсеткіштеріне пайдаланылмауы керек. Қалпына келтірілген шишалар дереу пайдаланылуы керек. directCHECK сапаны бақылау өнімдерін бөлме температурасында 4 аптаға дейін сақтауға болады. (Көрсетілген жарамдылық мерзімінен асырмау қажет.) Мерзім белгісі қамтамасыз етіледі және бөлме температурасында сақтау таңдалған жағдайда 4 апталық мерзіммен белгілеуі керек.

ТӘСІЛ
Қорапшадағы бұйымдар
HEMOCHRON Jr. II және Jr. Signature Microcoagulation Systems жүйесімен пайдалануға арналған directCHECK Citrate сапаны бақылау өнімі жинақтары келесілерден тұрады:

- 0,7 мл ерітіндімен қамтамасыз етілетін шыны ампулалары құрғатылған тұтас қан бақылауының (0,5 мл) 15 тамызғышы шишасы.
- 4 қайта пайдаланылатын қорғаныс жеңдер.

Керекті, бірақ жаратылса қосылмаған бұйымдар
- HEMOCHRON Jr. немесе Signature құралы
- HEMOCHRON Jr. сынақ кюветтері

Бақылау материалын дайындау
A. HEMOCHRON Jr. анализдері

Тоңазытқыштан тиісті сынақ кюветтерін алып тастап, сынау алдында бөлме температурасына (15-30) келуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл 60 минутқа дейін уақытты талап етуі мүмкін.

B. Сапаны бақылау өнімі

Тоңазытқыштан тиісті сапаны бақылау тамызғыш шиналарын алып тастап, бөлме температурасына келуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл 60 минутқа дейін уақытты талап етуі мүмкін. Шыны ампула байланыста екендігін тексеру үшін шишаны көзбен тексеріңіз.

Сынақ процедурасы
1. Кюветті (бөлме температурасы) құрал жағындағы кювет ұясына салыңыз.
2. Алдын ала жылыту кезеңі барысында дисплейдегі ақаулық/ескерту хабарларын қараңыз.
3. Құрал дыбыстық сигналмен дайындығын білдіреді, дисплейде «Add Sample» (Сынама қосыңыз) және «Press Start» (Бастау түймесін басыңыз) хабары пайда болады.
4. Тамызғышшишасы құрамын (бөлме температурасы) келесідей қалпына келтіріңіз:

ЕСКЕРТІҢІЗ: Тұтас қан бақылау материалын қалыпқа келтіру және араластыру жұмысы жылдам әрі ешбір кідіріссіз орындалуға керек. Құрғатылған бақылау материалы қалпына келтірілге, сынама дереу пайдалануыңыз керек, себебі қоюланыуы мүмкін.
Шишадан бөлінбі алып тастаңыз. Шишаны қорғаныс жеңіне салыңыз. Шишаны тік ұстап, шиша жиегіндегі ауа сабу үшін үстіңдегі шишаны басыңыз. Шишаны үстем үсті шетіне майыстырумен немесе шишаны екі саусақ арасында сындырумен шыны ампуланы сындырыңыз. Шыны ампуланың толық сындыру үшін сындыру әрекетін тағы екі рет дереу қайталаңыз.

Тамызғышшишасы шетін 10 рет жылдам түрлендіріңіз.

5. Шишаны (тамызғыш ұшы төмен) аударғу кезінде бақылау материалы тамызғышұшына ағуы үшін білекпен аударыңыз. Шиша қақпағын алып ұстаңыз. Бақылау материалының бірінші тамшысын тамызу үшін шишаны қысыңыз. Кювет сынамасын толтыру үшін бақылау материалының қажетті мөлшерін дереу тамызыңыз. Үлкен қалақ ортаңғы үлгі шұңқырының ағзы, оны сыртқы үлгі шұңқырына басыңыз.
6. **START** (Бастау) пернесін басатыңыз.
7. Бақылау шишасын қақпағын жауып, қорғаныс жеңінен бақылау шишасын алып тастаңыз. Шиша мен шиша қақпағын сәйкесінше тастап, қорғаныс жеңін қайта пайдалану үшін сақтаңыз.
8. Сынақ соңында жалғыз дыбыстық сигналды күтіңіз. Екі дыбыстық сигнал ақаулы жағдайды көрсетеді.
9. Нәтижелерді жазыңыз.

ЕСКЕРТІҢІЗ: Осы процедура барысында ақаулы хабарлар дисплейде пайда болса, «Ақаулықтарды жою» бөліміне қараңыз.

ШЕКТЕУЛЕР
Техника ауытқуы өнімділік сипаттарын айтарлықтай өзгертуі мүмкін. HEMOCHRON Jr. Systems жүйесінде өнімділікке әсер ететін оператор айнымалыларының шектеулі саны болса, сапаны бақылау өнімін дұрыс қолданбау нәтижелерге айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Осы бума енгізілімдегі және байланысты сынақ кюветі бумасы енгізілмедегі ұсынылған сынақ процедурасын анықтау және орындау барысында мүкият болу қажет. Орта температурасындағы ауытқулар сынақ өнімділігі сәйкестігін азайтуы керек. Қатты шайқамасыз, себебі көпшіктенуі немесе көбіктенуі мүмкін. Нәтижелер тағайындалған ауқым сыртында болған жағдайларда емдеуші нәтижелерді болжалды ретінде қарастырылып, сапаны бақылау сынақтарының өнімділігі қайталануы керек.

Жариялаған өнімділік ауқымдары көптеген клиникалық параметрлердегі нәтижелерге әсер етеді. Әрбір мекеме және болжалды нәтижелер ауқымын анықтауы керек және өнімділігі мекеменің болжалды ауқымы сыртындағы құралдарды, кюветтерді, реагенттерді немесе операторларды анықтау үшін деректерді бақылау жазбаларын қамтамасыз етуі керек. Нәтижелер болжалды/жариялаған ауқым с

REF DCJAPTT-N, DCJPT-N, DCJACT-N, DCJLR-N
REF DCJAPTT-A, DCJPT-A, DCJACT-A, DCJLR-A

CE

directCHECK®
Whole Blood Control

Для ст отовитовки микропт ипет ки HEMOCHRON® Jr.

Ènvèto sucsevíasías
Αγγλικά / Greek

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Το προϊόν ποιοτικού έλεγχου ολικού αίματος directCHECK® είναι παρασκευασμένο αποβραχυνόμενο ολικού αίματος το οποίο έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία και προορίζονται για χρήση κατά την πραγματοποίηση δοκιμασιών ποιοτικού έλεγχου με τις δοκιμαστικές κυψελίδες HEMOCHRON® Jr. Μικροαναλυτών.

Για in vitro διαγνωστική χρήση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το όργανο και οι δοκιμαστικές του αίματος πρέπει να υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο πριν και κατά τη διάρκεια της συνήθους χρήσης. Το εύρος των αποδόσεις, έκαν των σνιων ο χρήστης πρέπει να συγκρίνει τα αποτελέσματα, παρέχεται με κάθε προϊόν έλεγχου. Ένα κατάλληλο πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση του οργάνου, μετρήσεις δοκιμασιών ποιοτικού έλεγχου και πλήρη αρχεία καταγραφής της απόδοσης.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Τα προϊόντα ποιοτικού έλεγχου Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 παρέχονται έτοιμα προς χρήση. Αυτά τα παρασκευάσματα αποτελούνται από αποβραχυμένο ρεύμα αιμοφαιρικών βοοειδών, πλάκια πρόσθιου και αίγειου σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS. Οι κατασκευαστές της αρχικής πήξης παρέχονται με κάθε παρτίδα υλικού.

Κάθε παρασκευάσμα ελέγχου παρέχεται σε σταγονομετρικό φιαλίδιο. Κάθε σταγονομετρικό φιαλίδιο περιλαμβάνει επίσης αραιωτή που χρησιμοποιείται για την επανάδοση του αποβραχυμένου υλικού ελέγχου ολικού αίματος. Αυτό το αραιωτές αποτελούνται από σταγονομετρικό νερό, ρυθμιστικό νάτριο, αποκλείτης Tween® 20, ProClin®, αντιπηκτικό και χλωριούχο ασβέστιο. Το χλωριούχο ασβέστιο χρησιμοποιείται για την επαναβεβαιστοποίηση του παρασκευάσματος υλικού αίματος στο οποίο έχει προστεθεί κιτρικό νάτριο.

Τέσσερα προϊόντα ποιοτικού έλεγχου Επιπέδου 1 παρέχονται έμφυσητά για χρήση με τις εξής δοκιμαστικές HEMOCHRON Jr.:

- Ποιοτικός έλεγχος APTT Επιπέδου 1 (αρ. καταλόγου # DCJAPTT-N): για χρήση με τη δοκιμαστική κυψελίδαHEMOCHRON Jr. APTT σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr. εκτός του βασικού HEMOCHRON Jr.
- Ποιοτικός έλεγχος PT Επιπέδου 1 (αρ. καταλόγου # DCJPT-N): για χρήση με τις δοκιμαστικές κυψελίδες HEMOCHRON Jr. PT σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr.
- Ποιοτικός έλεγχος ACT+ Επιπέδου 1 (αρ. καταλόγου # DCJACT+N): για χρήση με τη δοκιμαστική κυψελίδαHEMOCHRON Jr. ACT+ σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr.
- Ποιοτικός έλεγχος ACT-LR Επιπέδου 1 (αρ. καταλόγου # DCJLR-N): για χρήση με τη δοκιμαστική κυψελίδα HEMOCHRON Jr. ACT-LR σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr.

Τέσσερα προϊόντα ποιοτικού ελέγχου Επιπέδου 2 παρέχονται έμφυσητά για χρήση με ταΐζης :

- Ποιοτικός έλεγχος APTT Επιπέδου 2 (αρ. καταλόγου # DCJAPTT-A): για χρήση με τη δοκιμαστική κυψελίδα HEMOCHRON Jr. APTT σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr. εκτός του βασικού HEMOCHRON Jr.
- Ποιοτικός έλεγχος PT Επιπέδου 2 (αρ. καταλόγου # DCJPT-A): για χρήση με τις δοκιμαστικές κυψελίδες HEMOCHRON Jr. PT σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr.
- Ποιοτικός έλεγχος ACT+ Επιπέδου 2 (αρ. καταλόγου # DCJACT-A): για χρήση με τις δοκιμαστικές κυψελίδες HEMOCHRON Jr. ACT+ σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr.
- Ποιοτικός έλεγχος ACT-LR Επιπέδου 2 (αρ. καταλόγου # DCJLR-A): για χρήση με τις δοκιμαστικές κυψελίδες HEMOCHRON Jr. ACT-LR σε οποιοδήποτε μοντέλο του οργάνου HEMOCHRON Jr.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
⚠ *ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο directCHECK πρέπει παράγωγα ζωικού αίματος. Κανένα παρασκεύασμα δεν παρέχει υλικό που πραγράφει από ανθρώπινο αίμα. Ωστόσο, ο μηχανικός όλων των προϊόντων αίματος, ακόμη κι ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να γίνεται με προσοχή.*

☣ *ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι δοκιμαστικές κυψελίδες και οι δοκιμαστικές κασέτες HEMOCHRON® Jr. θεωρούνται πιθανώς μολυσματικά, ο χειρισμός τους να γίνεται με προσοχή και η απόρριψή τους σύμφωνα με τις τρόπιτες πρακτικές απόρριψης ιατρικών αποβλήτων.*

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
Σε φιαλίδιο ζη-ΦΥΛ με φιαλίδιο διατηρούνται σταθερά έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους. Το προϊόν ποιοτικού έλεγχου δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 37°C. Τα ανοικτωμένα φιαλίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Τα προϊόντα ποιοτικού ελέγχου directCHECK είναι σταθερά για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου για έως και 4 εβδομάδες. (Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης.) Παράγετε μια ετικέτα για την αναγραφή νέας ημερομηνίας λήξης για 4 εβδομάδες περίπτωση που επιλέγεται η φιάλη σε θερμοκρασία δωματίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υλικά που παρέχονται

Τα κιτ προϊόντων ποιοτικού ελέγχου *directCHECK* με κηρικό για χρήση με τα συστατικά μικροπτής HEMOCHRON Jr. Ή και Jr. Signature Microcoagulation Systems περιλαμβάνουν τα εξής υλικά:

- 15 σταγονομετρικά φιαλίδια το οποίο περιέχουν υλικό αποβραχυμένου ολικού αίματος (0,5 mL) σε γυάλινη αμπούλα που παρέχεται με 0,7 mL αραιωτή.
- 4 επαναγραμματοποιημένα προστατευτικά καλύμματα για χρήση κατά τη βραίωτη των αμπούλων.

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται
- Όργανο HEMOCHRON Jr. ή Signature
- Δοκιμαστικές κυψελίδες HEMOCHRON Jr

Παρασκευή του υλικού ελέγχου

A. Δοκιμασίες HEMOCHRON Jr.

Αφαιρέστε τις κατάλληλες δοκιμαστικές κυψελίδες από το ψυγείο και περιμένετε έως όπου σταθεροποιηθούν σε θερμοκρασία δωματίου (15 - 30°C) πριν από την εκτέλεση της δοκιμασίας. Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται ενδεχομένως έως και 60 λεπτά.

B. Προϊόν ποιοτικού ελέγχου

Αφαιρέστε τα αποπώμενα σταγονομετρικά φιαλίδια με το υλικό ποιοτικού ελέγχου από το ψυγείο και περιμένετε έως όπου σταθεροποιηθούν σε θερμοκρασία δωματίου. Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται ενδεχομένως έως και 60 λεπτά. Ελέγξτε το φιαλίδιο οπτικά ώστε να βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη αμπούλα είναι ανέπαφη.

Διαδικασία δοκιμασίας

1. Εισάγετε την κυψελίδα (σε θερμοκρασία δωματίου) στην ανάτισσην υποδοχή στο πλευρικό τμήμα του οργάνου.
2. Κατά το στάδιο της προθέρμανσης, παρακολουθείτε την οθόνη για τυχόν μηνύματα σφάλματος ή προειδοποίησης.
3. Το όργανο δηλώνει την κατάσταση ετοιμότητας με έναν χαρακτηριστικό ήχο, ενώ στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «Ready» (Προετοίμστε το δείγμα) και «Press Start» (Πατήστε Start).
4. Εκτελέστε ανασύσταση του περιεχομένου του σταγονομετρικού φιαλιδίου (σε θερμοκρασία δωματίου) ως ακολούθως:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανασύσταση και ανάμιξη του υλικού ελέγχου ολικού αίματος πρέπει να πραγματοποιείται γρήγορα και χωρίς αφρισμό, ώστε να αποφευχθεί το σχηματισμένα στοιχείων του αίματος. Μετά την ανασύσταση του σταγονομετρικού φιαλιδίου, το δείγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα, για να μη μην πήξη.

Αφαιρέστε εντελώς το σταγονομετρικό φιαλίδιο από το προστατευτικό κάλυμμα. Χρησιμοποιήστε **μονάδιο** το σταγονομετρικό φιαλίδιο για **μονάδιο** ασθενή. Κρατώντας το σταγονομετρικό φιαλίδιο κάθετα, πιέστε τον κορυφαίο του φιαλιδίου για να σπάσετε το εσωτερικό φιαλίδιο. Επαναλάβετε αμέσως τη διαδικασία θλάσης μέχρι να σπάσει και το κάτω φιαλίδιο. Αναμείξτε τα δύο μέρη του φιαλιδίου σε ομοιόμορφο μείγμα.

Αναστρέψτε γρήγορα το σταγονομετρικό φιαλίδιο κατακόρυφο 10 φορές.

5. Κατά την αναστροφή του φιαλιδίου (με το ρύγχος του σταγονόμετρου προς τα κάτω), τινάξτε τον καρπό σας απότομα προς τα κάτω έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι το υλικό έλεγχου έχει εισχωρήσει στο σώμα του φιαλιδίου και ότι δεν παραμένει κανένα ποσό υγρού στο πώμα του φιαλιδίου. Πίεστε το φιαλίδιο ώστε να εξέλθει η πρώτη σταγόνα υλικού ελέγχου και απορρίψτε την. Διανείμετε αμέσως όσες σταγόνες υλικού ελέγχου απαιτούνται ώστε να γεμίσει τελείως το βόθρισμα του κάτω μέρους της κυψελίδας. Μην αφήσετε τον αέρα να εισέλθει στο δείγμα. Μην αφήσετε το δείγμα να ρέει πάνω από τη βαλβίδα.
6. Πατήστε το κουμπί START.
7. Επαναστοποιήστε το πώμα στο φιαλίδιο υλικού ελέγχου και αφαιρέστε το φιαλίδιο από το προστατευτικό κάλυμμα. Απορρίψτε το φιαλίδιο και το πώμα του με τον κατάλληλο τρόπο και διατηρήστε το προστατευτικό κάλυμμα για επόμενη χρήση.
8. Περιμένετε έως ότου ακουστεί η χαρακτηριστική τρομπέτα (ένα μπιπ) που υποδεικνύει την ολοκλήρωση της δοκιμασίας. Δύο μπιπ υποδηλώνουν κατάσταση σφάλματος.
9. Καταγράψτε τα αποτελέσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του οργάνου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Τυχόν παραλλαγές της τεχνικής εκτός πιθανό να μεταβάλουν σημαντικά το χαρακτηριστικά απόδοσης. Κάθε τα τμήματα HEMOCHRON Jr. διαθέτουν περιορισμένο αριθμό μεταβλητων χειρισμού που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση, τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του Προϊόντος ποιοτικού έλεγχου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα. Απαιτείται βαθύτερη προσοχή για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των σημείων ελέγχου που περιέχονται στο παρόν φύλλο εν τω συνεκκινείας και να ακολουθούνται τα προκαλέσει σημαντικά σφάλματα ή αφρού. Σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα κυμαίνονται εκτός του καθορισμένου εύρους τιμών, τα αποτελέσματα του ασθενούς πρέπει να θεωρούνται αποτελεσματικά μέχρι να τηρηθεί ορθή διαδικασία. Ανιχνεύετε τη δυνατή ανακύπτη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικά φυσαλίδων ή αφρού. Σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα κυμαίνονται εκτός του καθορισμένου εύρους τιμών, τα αποτελέσματα του ασθενούς πρέπει να θεωρούνται αποτελεσματικά μέχρι να τηρηθεί ορθή διαδικασία. Ανιχνεύετε τη δυνατή ανακύπτη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικά φυσαλίδων ή αφρού.

Τα εκάστοτε καθορισμένα εύρους τιμών απόδοσης συναναλλά τα αποτελέσματα που προκύπτουν στις περισσότερες κλινικές εγκαταστάσεις. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει το δικό του εύρος αναμενόμενων τιμών για τον ποιοτικό έλεγχο πριν να επαναλεξθεί.

Τα εκάστοτε καθορισμένα εύρους τιμών απόδοσης συναναλλά τα αποτελέσματα που προκύπτουν στις περισσότερες κλινικές εγκαταστάσεις. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει το δικό του εύρος αναμενόμενων τιμών για τον ποιοτικό έλεγχο πριν να επαναλεξθεί.

Τα περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα κυμαίνονται εκτός του καθορισμένου εύρους τιμών, η αιτία πιθανώς να εντοπίζεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Τεχνική χειρισμού
2. Προϊόν ποιοτικού ελέγχου/δοκιμαστική κυψελίδα
3. Όργανο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο
4. Περιβαλλοντικός παράγοντας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αναμενόμενες τιμές

Το εύρος αποδεκτών τιμών για κάθε Προϊόν ποιοτικού ελέγχου παρατίθεται στο πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου. Οι τιμές αυτές έχουν καθορστεί εργαστηριακά και σχετίζονται άμεσα με κάθε παρτίδα. Το εύρος των αντιπροσωπευτών το εύρος των αποδεκτών τιμών απόδοσης για όλα τα όργανα HEMOCHRON Jr. Ή και Jr. Signature. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει μια τιμή για εμπιστοσύνη εντός του καθορισμένου εύρους τιμών για κάθε παρτίδα του υλικού ελέγχου. Ένα κατάλληλο πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση του οργάνου, μετρήσεις δοκιμασιών ποιοτικού ελέγχου και πλήρη αρχεία καταγραφής της απόδοσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Παρακολούθα ακαιρεία στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» του Εγχειριδίου χρήσης του ανάτισσην οργάνου σας ή μηνύματα σφάλματος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Η τιμή ελέγχου βρίσκεται κάτω του καθορισμένου εύρους	Ανεπαρκής ανάμιξη του ανασυσταμένου υλικού ελέγχου.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη η εσωτερική γυάλινη αμπούλα στάσι τουλάχιστον δύο φορές και ότι το ανασυσταμένο υλικό ελέγχου αναμίγνεται καλά με αντιστροφή του φιαλιδίου κατακόρυφο 10 φορές.
	Το χρονικό διάστημα που παρεμβλάλεται μεταξύ της ανάμιξης του υλικού ελέγχου και της προσθήκης στη δοκιμαστική κυψελίδα είναι πολύ μεγάλο.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία. Μετά την επαρκή ανάμιξη υλικού ελέγχου και αραιωτή, απορρίπτε ΑΜΕΣΩΣ την πρώτη σταγόνα και στη συνέχεια διανείμετε το ανασυσταμένο υλικό ελέγχου στο βόθρισμα της κυψελίδας. Μην αφαιρέσετε το φιαλίδιο από τη βάλνιμη του υλικού ελέγχου από το φιαλίδιο και βεβαιωθείτε ότη η ετικέτα του φιαλιδίου έχει αφαρθεί πριν από τη βράση του φιαλιδίου. Βεβαιωθείτε ότη η ετικέτα του φιαλιδίου έχει αφαρθεί πριν από τη βράση του φιαλιδίου.
Η τιμή ελέγχου βρίσκεται άνω του καθορισμένου εύρους	Η εσωτερική γυάλινη αμπούλα δεν έχει θρυμματιστεί επαρκώς.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη η εσωτερική γυάλινη αμπούλα στάσι τουλάχιστον δύο φορές πριν αναστέμετε το φιαλίδιο κατακόρυφο 10 φορές.
	Ανεπαρκής ανάμιξη του ανασυσταμένου υλικού ελέγχου.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη το ανασυσταμένο υλικό ελέγχου αναμίγνεται καλά με αντιστροφή του φιαλιδίου κατακόρυφο 10 φορές.
	Το πώμα του φιαλιδίου έχει αφαιρεθεί πριν από την αναστροφή με αποτέλεσμα να διαρρέουσι αραιωτής από το φιαλίδιο.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη το πώμα του φιαλιδίου δεν αφαιρέτα πριν την αναστροφή. Αφαιρέστε το πώμα του φιαλιδίου όταν το υλικό έλεγχου προστεθεί και διανεμηθεί βόθρισμα της κυψελίδας.
Λαμβάνονται μηνύματα σφάλματος βάσει του αντίστοιχου Εγχειριδίο χρήσης HEMOCHRON Jr.)	Ανεπαρκής ανάμιξη του ανασυσταμένου υλικού ελέγχου.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη το ανασυσταμένο υλικό ελέγχου αναμίγνεται καλά με αντιστροφή του φιαλιδίου κατακόρυφο 10 φορές.
		Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη η εσωτερική γυάλινη αμπούλα στάσι τουλάχιστον δύο φορές πριν αναστέμετε το φιαλίδιο κατακόρυφο 10 φορές.
	Στο υλικό ελέγχου υπάρχουν φυσαλίδες κατά την προσθήκη του στο βόθρισμα της κυψελίδας.	Επαναλάβετε τη δοκιμασία, απορρίνοντας την πολύ δυναπή ανακίνητη η οποία μπορεί να προκαλέσει φυσαλίδες ή αφρό.
		Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη το ανασυσταμένο υλικό ελέγχου αναμίγνεται καλά με αντιστροφή του φιαλιδίου κατακόρυφο 10 φορές.
		Επαναλάβετε τη δοκιμασία και βεβαιωθείτε ότη το ανασυσταμένο υλικό ελέγχου εισρέει στο ρύγχος του σταγονόμετρου με μια απότομη κίνηση του καρπού σας προς τα κάτω πριν από τη διανομή στο βόθρισμα της κυψελίδας που περιέχει το δείγμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ACCRIVA.

REF DCJAPTT-N, DCJPT-N, DCJACT-N, DCJLR-N
REF DCJAPTT-A, DCJPT-A, DCJACT-A, DCJLR-A

CE

directCHECK®
Whole Blood Control

Для ® коагулометров HEMOCHRON® Jr.

Листок-вкладыш
Русский / Russian

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Образцы для контроля качества анализов цельной крови directCHECK® – это сухие препараты цельной крови, которые были проанализированы и предназначены для проведения исследований контроля качества с использованием может для микроанализаторов аналога HEMOCHRON ® Jr.

Только для диагностики in vitro

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ
Приборы и анализы для определения коагуляции крови должны проходить контроль качества до начала регулярного использования и во время него. Для каждого средства контроля качества предоставляются экспериментальные пределы, с которыми пользователь должен сравнивать результаты. Программа обеспечения надлежащего контроля качества включает регулярное обслуживание прибора, проведение исследований для контроля качества и получение полных отчетов о технических характеристиках.

РЕАГЕНТЫ
Средства для контроля качества на 1-ом уровне и 2-ом уровне поставляются отдельно. Эти препараты состоят из высушенных фиксированных бычьих эритроцитов, буферизованной овечьей и лошадиной плазмы крови. Для каждой партии контрольных образцов приведены определенные индивидуальные пределы.

Каждый контрольный препарат предоставляется во флаконе с капельницей. Каждый флакон с капельницей также содержит разбавитель, который используется для разбавления сухого контрольного образца цельной крови. Этот разбавитель состоит из дистиллированной воды, хлорида натрия, полисорбата Tween® 20, антимикробного препарата ProClin®, антикоагулянта и хлорида кальция. Хлорид кальция используется для декальцинирования препаратов цитратной цельной крови.

Четыре средства для контроля качества на 1-ом уровне поставляются отдельно, их можно использовать для проведения следующих тестов HEMOCHRON Jr.:

- АЧТВ-тест, контроль качества на 1-ом уровне (номер по каталогу DCJAHTB-N): для использования с кюветами для АЧТВ-теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr., кроме первой модели HEMOCHRON Jr.
- PT-тест, контроль качества на 1-ом уровне (номер по каталогу DCJPT-N): для использования с кюветами для PT-теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr.
- ACT+ тест, контроль качества на 1-ом уровне (номер по каталогу DCJACT-N): для использования с кюветами для ACT+ теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr.
- ACT-LR тест, контроль качества на 1-ом уровне (номер по каталогу DCJLR-N): для использования с кюветами для ACT-LR теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr.

Четыре средства для контроля качества на 2-ом уровне поставляются отдельно, их можно использовать для проведения следующих тестов HEMOCHRON Jr.:

- АЧТВ-тест, контроль качества на 2-ом уровне (номер по каталогу DCJAHTB-A): для использования с кюветами для АЧТВ-теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr., кроме первой HEMOCHRON Jr.
- PT-тест, контроль качества на 2-ом уровне (номер по каталогу DCJPT-A): для использования с кюветами для PT-теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr.
- ACT+ тест, контроль качества на 2-ом уровне (номер по каталогу DCJACT-A): для использования с кюветами для ACT+ теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr.
- ACT-LR тест, контроль качества на 2-ом уровне (номер по каталогу DCJLR-A): для использования с кюветами для ACT-LR теста HEMOCHRON Jr. в любой модели приборов HEMOCHRON Jr

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
⚠ *ВНИМАНИЕ: В составе препарата для контроля качества directCHECK входят продукты крови животных. Ни один из материалов и любой из препаратов не был получен из крови человека. Однако осторожность должна соблюдаться при работе со всеми продуктами крови, вне зависимости от их происхождения (человеческого или животного)*

☣ *ВНИМАНИЕ: Любые использованные кюветы для анализа и флаконы directCHECK считаются потенциально инфицированными, и ними следует обращаться с осторожностью и утилизировать согласно стандартному порядку утилизации медицинских отходов.*

ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ
При хранении в холодном месте (2–8°C) флаконы остаются стабильными вплоть до истечения указанного срока годности. Средства для контроля качества не должны подвергаться воздействию температур выше 37°C. Флаконы с разведенными образцами должны использоваться немедленно. Средства для контроля качества directCHECK также могут храниться при комнатной температуре до 4-х недель. (Этот срок хранения не должен превышать указанный срок годности.) В наборе предоставляется этикетка для изменения срока годности, на которой следует указать срок в 4 недели в случае хранения при комнатной температуре.

ПРОЦЕДУРА
Материалы, которые входят в комплект поставки

Наборы средств для контроля качества цитратных анализов directCHECK предназначены для использования с микроанализаторами HEMOCHRON Jr. II и Jr. Signature, они состоят:

- 15 флаконов с капельницей с сухими контрольными образцом цельной крови (0,5 мл) в стеклянной ампуле, в таком 0,7 мл разбавителем.
- 4 защитных чехла многоразового использования для применения при разбавании ампул.

Необходимые материалы, которые не входят в комплект поставки

- Прибор HEMOCHRON Jr. или Signature
- Кюветы для анализа HEMOCHRON Jr.

Подготовка контрольного материала

A. Анализы HEMOCHRON Jr.

Извлеките из холодильной установки подходящие кюветы для анализа и дайте им нагреться до комнатной температуры (15 - 30°C) перед проведением исследования. Это может занять до 60 минут.

B. Средства для контроля качества

Извлеките из холодильной установки подходящие флаконы с капельницей для контроля качества и дайте им нагреться до комнатной температуры. Это может занять до 60 минут. Осмотрите флакон, чтобы убедиться, что стеклянная ампула не повреждена.

Процедура анализа крови

1. Вставьте кювету (нагретую до комнатной температуры) в кюветное отделение на боковой стороне прибора.
2. Во время предварительного программирования следите за появлением на экране сообщений об ошибке / предупреждающих сообщений.
3. Прибор подаст звуковой сигнал о том, что он готов к работе, а на экране появятся сообщения «Add Sample» (Добавьте образец) и «Press Start» (Нажать СТАРТ).
4. Разбавьте содержимое флакона с капельницей (нагретого до комнатной температуры) следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Разбавление и смешивание контрольного материала цельной крови следует выполнять быстро, без задержек на каждом этапе. После разбавления сухого контрольного материала образец крови следует использовать немедленно, иначе произойдет осаждение крови. Сомкните с фланцем вставить. **Вставьте фланец в защитный чехол. Удерживая фланец в вертикальном положении, поступите фланцем по поверхности стола, чтобы перемешать, и вставьте внутрь этих фланцев.** Придайте внутреннюю скорость центрифуги, перенуть фланец о край поверхности стола или раздавите его между двумя пальцами. Сразу же приступите ко действиям еще один-два раза, чтобы обеспечить полное растворение сухого материала.

Быстро переверните фланец с капельницей вверх и вниз дюнм 10 раз.

5. Переворачивая фланец (когда кончик капельницы находится вниз), встряхивайте его рукой сверху вниз, чтобы весь контрольный материал перетечет к кончику капельницы. Снимите колпачок фланца и держите его. Сдавите фланец, чтобы удалить первую капли контрольного материала. Сразу же поместите необходимое количество капель контрольного материала, чтобы до краев заполнить лунку для пробы на конце кюветы. Не допускайте попадания воздуха в зоне центральной лунки, перемести ее во внешнюю лунку.
6. Нажмите кнопку **START** (нСТАРТ).
7. Надень колпачок на фланец с контрольным образцом и доставьте фланец из защитного чехла. Утилизируйте соответствующим способом фланец с колпачком, а защитный чехол сохраните для последующего использования.
8. Дождитесь однократного звукового сигнала, который свидетельствует о завершении исследования. Два звуковых сигнала указывают на наличие неисправности.
9. Запишите результаты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь раздел «Поиск и устранение неисправностей», если в ходе выполнения этого процедуры на экране появится какое-либо сообщение об ошибке.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Изменение методики может существенно влиять на эксплуатационные характеристики. Поскольку коагулометры HEMOCHRON Jr. имеют ограниченное количество операторных переменных, которые могут существенно воздействовать на результаты, важно обратить внимание на неправильное обращение со средствами контроля качества может значительно повлиять на результаты анализов. Следует внимательно придерживаться установленной и рекомендованной процедуры проведения исследования, которую можно найти в этом листке-вкладыше и соответствующем листке-вкладыше к кюветам для анализа. Для стабильности результатов проведения исследования необходимо минимизировать изменения температурных и влажностных среды. Следует избегать энергичного встряхивания, которое может привести к образованию пузырьков или пены. В случаях, если результаты находятся за пределами допустимого диапазона значений, результаты анализов пациентов должны считаться подозрительными, вследствие чего необходимо повторить проверку контроля качества.

Опубликованные эксплуатационные пределы отображают результаты, которые можно получить в разных клинических условиях. Каждое учреждение должно установить свой собственный диапазон ожидаемых значений для результатов и обеспечить учет для последующей сравнения данных для определения приборов, кювет, реагентов или пользователей, результаты работы с которыми выходят за пределы установленного учреждением ожидаемого диапазона значений.

Причины случаев, в которых результаты выходят за пределы ожидаемого/опубликованного диапазона значений, могут относиться к одной из следующих возможных категорий:

1. Действия пользователя
2. Средство контроля качества / кювета для анализа
3. Оборудование
4. Влияние окружающей среды

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ожидаемые значения

Допустимые диапазонов значений для каждого средства контроля качества опубликованы на оборотe данного листка-вкладыша. Данные значения были установлены на заводе-производителе и специфичны для каждой партии. Диапазон предоставляет собой допустимые эксплуатационные пределы для всех приборов HEMOCHRON Jr. II и Jr. Signature. Пользователи должны иметь возможность получить значение в пределах опубликованного диапазона, указанного для каждого средства. Программа обеспечения надлежащего контроля качества включает регулярное обслуживание прибора, проведение исследований для контроля качества и обслуживание с получением полных отчетов об эксплуатационных характеристиках.

В соответствии с рекомендациями Международной торговой комиссии, каждому учреждению следует устанавливать собственный ожидаемый диапазон результатов на основании среднего значения и 2 стандартных отклонения по меньшей мере из 20 повторных исследований. Установленные местные средние значения должны входить в пределы опубликованного диапазона допустимых диапазонов эксплуатационных характеристик. Исследования показали, что внутрилабораторная вариабельность результатов анализов характеризуется коэффициентом вариации, составляющим приблизительно 14% или менее для тестов с контрольными образцами на коагуляцию.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Для получения информации о сообщениях об ошибках программного обеспечения прибора, а также их значении и мерах по устранению см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в руководстве по эксплуатации.

PROBLEM	PRZYCZYNA	CZYNNOŚĆ
Контрольное значение ниже минимального значения опубликованного диапазона	Разведенный контрольный образец не был тщательно перемешан.	Повторите анализ, убедившись по крайней мере дважды, что разведенный внутреннюю стеклянную ампулу, и что разведенный контрольный образец был тщательно перемешан (для этого переверните флакон вверх и вниз дюм 10 раз).
	Период времени между перемешиванием контрольного образца и его добавлением в кювету для анализа слишком велик.	Повторите анализ. После тщательного смешивания контрольного материала с разбавителем СРАЗУ ЖЕ удалите первую каплю, затем поместите разведенный контрольный материал в лунку кюветы. Не снимайте защитный чехол до тех пор, пока контрольный материал не будет перемещен из фланеца в лунку кюветы. Прежде чем разбавать флакон, убедитесь, что снята с него этикетку.
Контрольное значение выше максимального значения опубликованного диапазона	Внутренняя стеклянная ампула не была правильно разбита.	Повторите анализ, убедившись по крайней мере дважды, что разведенный внутреннюю стеклянную ампулу, прежде чем переворачивать флакон вверх и вниз дюм 10 раз.
	Разведенный контрольный образец не был тщательно перемешан.	Повторите анализ, убедившись, что разведенный контрольный образец был тщательно перемешан (для этого переверните флакон вверх и вниз дюм 10 раз).
	Колпачок флакона был снят до того, как флакон начали переворачивать, таким образом, разбавитель вытек из флакона.	Повторите анализ, убедившись, что колпачок флакона не был снят до того, как флакон начали переворачивать. Снимайте колпачок флакона, когда
Получено сообщение об ошибке (см. руководство по эксплуатации соответствующего прибора HEMOCHRON Jr.)	Разведенный контрольный образец не был тщательно перемешан.	Повторите анализ, убедившись, что разведенный контрольный образец был тщательно перемешан (для этого переверните флакон вверх и вниз дюм 10 раз).
		Повторите анализ, убедившись, что разделили внутреннюю стеклянную ампулу по крайней мере дважды, прежде чем переворачивать флакон вверх и вниз дюм 10 раз.
	При помещении в лунку кюветы контрольный материал содержит пузырьки.	Повторите анализ, избегая при этом энергичного встряхивания, которое может привести к образованию пузырьков или пены.
		Повторите анализ, убедившись, что разведенный контрольный образец был тщательно перемешан (для этого переверните флакон вверх и вниз дюм 10 раз).
		Повторите анализ. При этом, прежде чем переместить контрольный материал в лунку для пробы на кювете, убедитесь, что разведенный материал перетекает к кончику капельницы, встряхивая рукой для этого флакон сверху вниз.

**ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ДИАПАЗОНА ИЛИ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ, СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ ТЕ