HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Hepariinin vastekoe (HRT)

Pakkausseloste
Suomi

KÄYTTÖTARKOITUS

HEMOCHRON® HRT on tarkoitettu *in vitro* -diagnostiikkaan hepariiniannoksen vasteen arviointia varten. HEMOCHRON HRT480 on tarkoitettu käyttöön invasiivisissa kardiologisissa toimenpiteissä, joissa tarvitaan voimakasta tai keskitasoista systemaattista heparinisointia. Kaoliinilla aktivoitavat HRT-kokeet sopivat myös aprotiniinia saaneille potilaille. HRT480-koetta käytetään annettujen HEMOCHRON-ohjeiden mukaan HEMOCHRON-malleissa 401, 801, 8000 ja *Response*.

Tarkiettu in vitrodiagnostiikkaan

YHTEENVETO JA KUVAUS

Hepariinin hyytymistä estäviä ominaisuuksia käytetään invasiivisissa toimenpiteissä estämään verihyytymien muodostumista, kun veri joutuu kosketuksiin vieraiden aineiden kanssa. Antikoagulaation taso riippuu toimenpiteen laadusta ja pituudesta. Laskemalla aktivoitu kokoveren hyytymisaika (act) potilaan sängyn vieressä valvotaan antikoagulantin tilaa invasiivisen toimenpiteen jälkeen, aikana ja sitä ennen ja rajoitetaan verenvuotoa ja verisuonitukoksiin liittyvä komplikaatioita. Act-tavoiteajat määritetään joka kerran erikseen.[1–3] Näin selvitetään riittävä antikoagulaatio ja vältetään liika heparinisointi. Korkeat hepariinipitoisuudet ohituseikkausten aikana voivat korreloida suuremman leikkauksen jälkeisen verenhukan kanssa.[3] Tämä osoittaa heparinitason tarkan ja kohdevaihteluvälissä pitäytyvän valvonnan merkityksen.

Vaikka hepariinitasoa valvottaisiinkin tarkasti, hoidon tehokkuutta voi haitata ennakoimattomuus, joka johtuu hepariinipreparaattien[4] vaihtelevista ominaisuuksista sekä potilaan vaihtelevasta vasteesta. Bull, et al[1] osoitti, että ohitusleikkauksessa määritettyyn antikoagulaatioon tarvittava hepariinimäärä vaihtelee kolminkertaisesti potilaasta riippuen. Hepariinihoidon hallinta empiiristen annestelumenetelmien mukaan (esim. annos/kehonpaino kg) ei selvästikään riitä useimpien potilaiden hoidossa[1].

Hepariinin vastekoe (Heparin *Response* Test, HRT)
HRT voidaan suorittaa sairaalassa saatavana olevalla ruiskutettavalla hepariinipreparaatilla. HRT määrittää tarvittavan hepariiniannoksen selvittämällä *in vitro* -kokeella potilaan herkkyyden HRT-putkessa olevalle hepariinille. Kokeessa voidaan määrittää myös herkän tai vastustuskykyisen potilaan hepariiniannos, joka tarvitaan ACT-ajan saavuttamiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että RxDx-järjestelmällä saadaan optimitulokset ja paranneteen kliinisiä tuloksia. Näin pienennetään myös kirurgian kustannuksia.[5, 6] Tutkimustuloket osoittavat, että suorittamalla HRT tällä tavoin hepariinin in vivo -vaste voidaan ennustaa tarkasti *in vitro* -kokeella.[7, 8]

HRT480-kokeeseen on saatavana sekä Celite® (piimaa)- että kaoliiniaktivaattori. Celite-aktivaattorilla toimivaa HRT-koetta ei ole tarkoitettu käyttöön proteaasia estävän aprotiniinin (Trasylol®, Bayer Corporation) kanssa. Aprotiniinia käytetään leikkauksen jälkeisen verenvuodon vähentämiseen erityisesti kardiopulmonaalisen ohitusleikkauksen aikana, ja se voi pidentää Celitellä aktivoitavaa HRT-koetta. Vähäiset aprotiniiniannokset eivät vaikuta kaoliiniin. Kaoliinilla aktivoitavaa HRT-koetta voidaan käyttää hepariiniannoksen vasteen arvioimiseen riippumatta siitä, saako potilas aprotiniinia.

HRT suoritetaan HEMOCHRON kokoveren koagulaatiokokeen malleilla 401, 801, 8000 tai *Response*. HRT sisältää aktivoidun kokoveren hyytymisajan (ACT) määrittämiseen tarvittavat reagenssit sekä tarvittavan määrän hepariinia, joka on saatu sian suolen limakalvosta.

HRT perustuu annos-vastekäyräperiaatteeseen, joka julkaistiin Bull, et al: n teoksessa 1975.[1] Potilaan kokoveresta määritetään ACT:n perustaso ja HRT, joka sisältää 3 yksikköä/mL hepariinia. Kullekin potilaalle piirretään hepariinin yksilöllinen annoskäyrä. Näitä tuloksia ja potilastietoja käyttämällä määritetään potilaan yksilöllinen hepariinin tarve yksikköä/mL. Bolus lasketaan potilaan verivolyymin ja sukupuolen mukaan.[9] HEMOCHRON *Response* (ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi) ja 8000 laskevat boluksen automaattisesti, tai se lasketaan pakkauksen mukana toimitettavalla laskentataulukolla.

REAGENSSIT

HEMOCHRON HRT -koeputket on tarkoitettu käytettäviksi tuoreen kokoveren kanssa. Koeputkessa on lyofilisoitu USP-hepariinipreparaatti, johon on lisätty aktivaattori, stabilointiaineita ja puskuriaineita

- Jokainen R-HRT480P-putki sisältää 6 USP-yksikköä sian limakalvosta saatua hepariinia (3 yksikköä/mL veressä), piimaata, stabilointiaineita ja puskuriaineita.
- Jokainen R-HRT480K-putki sisältää 6 USP-yksikköä sian limakalvosta saatua hepariinia (3 yksikköä/mL veressä), kaoliinia, stabilointiaineita ja puskuriaineita.

VARASTOINTI JA STABILITEETTI

HEMOCHRON HRT -koeputket on säilytettävä valvotussa huoneenlämpötilassa (15–30 °C). HRT-putket säilyvät stabiileina merkittyyn eräpäivään saakka. HRT-pakkauksia ei saa altistaa pitkäaikaisesti yli 30 °C:een lämpötiloille.

NÄYTTEENOTTO JA KÄSITTELY

HUOMAUTUS: Rintakehän avoleikkauksissa HRT-näytteet on otettava rintalastaleikkauksen jälkeen[11]. Kaikissa muissa toimenpiteissä HRT-näytteet on otettava mahdollisuuksien mukaan laskimosuonesta. Kaikissa toimenpiteissä hepariinitason määrittämisen onnistuu takhimmin, kun HRT suoritetaan kolmekymmentä (30) minuutta ennen hepariinin infuusiota. Jos 30 minuuttia ylittyy, HRT-koe on toistettava.

Pakkaukseen kuuluvat materiaalit
- HRT-koeputki (Celite- tai kaoliiniaktivoitu käyttötarkoituksen mukaan).
- HRT-laskentataulukko (tarvittaessa käsin tehtäviä laskutoimituksia varten).

Tarvittavat materiaalit
- HEMOCHRON *Response*, 8000, 801 tai kaksi 401-mallia.
- Ei-silikonoituja, ei-heparinisoituja 5 mL:n ruiskuja verinäytteen ottamista varten.
- 20 gaugen tai sitä suurempi suora neula, jolla verinäyte siirretään koeputkeen.
- ACT-koeputki: FTCA510 (musta korkki) tai FTK-ACT (kullanvärinen korkki) käyttötarkoituksen mukaan.

Varoitus: Ruiskujen käytössä on noudatettava oikeaa tekniikkaa vahingossa sattuvien neulanpistojen välttämiseksi.

Ota verinäyte oikeaa tekniikkaa käyttäen (A tai B):

A. Verenotto sisäisestä laskimo- tai valtimoversuonesta. (Älä ota verta heparinisoidusta letkusta tai sisäisestä hepariinilukosta.)
   1. Kytke irti nesteentiputus, jos tarpeen.
   2. Käytä kahden ruiskun tekniikkaa. Vedä kaksi 5 mL:n ruiskua ja hävitä ensimmäinen ruisku.

B. Verenotto kehonulkoisesta järjestelmästä.
   1. Huuhtele kehonulkoinen verentuloletku ottamalla 5 mL verta. Heitä veri pois.
   2. Vedä 5 mL kokoverta 5 mL:n ruiskuun.

KOKEEN SUORITTAMINEN

Jos käytössä on HEMOCHRON *Response* (ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi) tai 8000, ohjelmisto laskee hepariinniannoksen HRT-koetuloksiin ja käyttäjän antamiin tietoihin sekä ACT:n perustasoon perustuen. Jos käytössä on HEMOCHRON *Response* (vanhempi ohjelmistoversio kuin 2.0), HEMOCHRON 401 tai 801, laske hepariinniannos pakkauksen HRT-laskentalomakkeen ohjeiden mukaan.

Jos käytössä on Celite-aktivoitu HRT-koe, käytä FTCA510 (musta korkki) ACT:tä. Jos käytössä on kaoliini-aktivoitu HRT-koe, käytä FTK-ACT:tä (kullanvärinen korkki).

Suositeltu menetelmä
1. 30 minuuttia ennen potilaan heparinisointia suorita yhtä aikaa ACT:n perustason mittaus (katso lisätietoja ACT:n pakkausselosteesta) ja HRT. HRT-kokeella lasketaan hepariiniboluksen annos. Siirrä tasan 2,0 mL verta verenottoruiskusta HRT-koeputkeen. Paina samalla oikean HEMOCHRON-testipaikan START-käynnistyspainiketta.
2. Käännä koeputkea heti nopeasti ylösalaisin kymmenen kertaa.
3. Aseta HRT-koeputki oikeaan HEMOCHRON-testipaikkaan. Käännä putkea nopeasti myötäpäivään. Lisätietoja on kojeen käyttöohjeessa.
4. Siirrä tasan 2,0 mL verta samasta verenottoruiskusta ACT-putkeen. Paina samalla oikean HEMOCHRON-testipaikan START-käynnistyspainiketta.
5. Käännä koeputkea heti nopeasti ylösalaisin kymmenen kertaa.
6. Aseta ACT-koeputki oikeaan HEMOCHRON-testipaikkaan. Käännä putkea nopeasti myötäpäivään. Lisätietoja on kojeen käyttöohjeessa.
7. Kun kuulet merkkiäänen, merkitse kokeen tulos muistiin.
8. Määritä hepariiniboluksen annos. Katso annoksen laskentataulukkoa alla.
9. Tarkista antikoagulaation tason saavuttaminen suorittamalla ACT viisi (5) minuuttia hepariiniboluksen jälkeen. Jos tarvitaan toinen annos, katso ohjeet Lisäannos-kappaleesta alla.
10. Seuraa ACT:tä koko ajan ja infusoi lisäannos hepariinia tarvittaessa.

Annoksen laskeminen
Jos käytössä on HEMOCHRON *Response* (ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi), katso automaattisen laskentajärjestelmän ohjeet HEMOCHRON *Response* RxDx -käyttöohjeesta. Jos käytössä on HEMOCHRON 8000, noudata kojeen käyttöoppaan ohjeita. Jos käytössä on HEMOCHRON *Response* (vanhempi ohjelmistoversio kuin 2.0), HEMOCHRON 401 tai 801, laske hepariinniannos tämän pakkauksen HRT-laskentataulukon ohjeiden mukaan.

Lisäannos
Jos haluttua antikoagulaatiota ei saavuteta tai ACT-tulokset jäävät toimenpiteen aikana alle tavoitetason, hepariinin lisäannos voidaan määrittää HEMOCHRON *Response* (ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi)- tai 8000 -kojeella tai laskemalla annos seuraavalla kaavalla:

$$\text{Lisäannos} = \frac{\text{tavoite ACT - nykyinen ACT*}}{\text{(boluksen jälkeinen ACT - ACT:n perustaso) / ensimmäinen hepariiniannos}}$$

*Nykyinen ACT = hepariinin jälkeinen ACT potilaalla edeltäen ohitusleikkausta tai ACT-status ohituleikkauksen aikana

ACT on laskettava 5 minuuttia lisäannoksen infuusion jälkeen. Näin määritetään, että antikoagulaation tavoitetaso on saavutettu. Kuten muissakin *in vitro* -kokeissa, HRT-tulokset eivät saa koskaan ohittaa toimenpidettä suorittavan lääkärin kliinistä päätöstä.

TUOTTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA VAROITUS

HUOMAUTUS: Noudata aina tavanomaisia varovaisuuteen liittyviä ohjeita.
1. Verinäytteet on siirrettävä oikeantyyppisellä siirtoneulalla, joka lävistää korkin.
2. Käytä aina kahden käden tekniikkaa verta siirrettäessä. Toinen käsi pitää putkea ja toinen siirtää verinäytteen ruiskusta.
3. HRT-koeputket on valmistettu lasista. Ne voivat rikkoutua tai säröytyä, jos niitä käsitellään väärin. Putkia ei saa pudottaa tai heittää.
4. HRT-koeputket sisältävät aktivaattorin (Celite tai kaoliini) sekä biologista alkuperää olevaa materiaalia (hepariinia). Älä käsittele materiaalia tai aerosolia tai nauti sitä suun kautta.
5. Kaikki ihmisverta sisältävät käytetyt koeputket on hävitettävä hyväksytyissä, ympäristölle vaarallisille jätteille tarkoitetuissa säiliöissä.
6. Korkkia ei saa poistaa, kun verinäytettä siirretään putkeen.

SUORITUSOMINAISUUDET

HRT-tulos osoittaa potilaan herkistymisen hepariinille. Alhaiset HRT-arvot osoittavat, että potilas on vastustuskykyinen hepariinille ja tarvitsee suuremman hepariiniboluksen, jotta antikoagulaatiotaso saavutetaan. Julkaistut kliiniset raportit osoittavat, että HRT:n suosittelema annostus eroaa 50–200 % standardista empiirisestä annostelusta[5, 7].

Tarkkuus
Toistettavuus määritettiin HEMOCHRON HRT -laadunvalvonnalla.

	1. taso				2. taso			
R-HRT480P	Päivä 1	Päivä 2	Päivä 3	Yhdistetty	Päivä 1	Päivä 2	Päivä 3	Yhdistetty
N	3	3	5	11	3	3	5	11
Keski	137	140	136	136	337	344	343	342
SD	1,0	7,0	9,0	6,1	2,6	6,7	8,7	7,1
CV%	0,7	5,0	6,6	4,,5	0,8	1,9	2,5	2,1
R-HRT480PK								
N	3	3	5	11	3	3	4	10
Keski	139	134	131	134	336	331	326	331
SD	0,6	2,9	1,0	3,4	10,0	12,4	0,8	8,8
CV%	0,4	2,2	0,8	2,5	3,0	3,8	0,3	2,7

Kaoliinilla aktivoidut annostulokset aprotiniinia saavilla sydänleikkauspotilailla
Kliiniset tiedot kerättiin kahdessa laitoksessa laitoksen antaman hyväksynnän jälkeen. Molemmissa laitoksissa annokset laski kokeen tehnyt perfuusioon erikoistunut hoitohenkilö.

Hrt:n antamien annosten vaikutus on tiivistetty alla olevassa taulukossa. Annostus suosituksen mukaan -sarakkeessa on esitetty prosentuaalisesti potilaat, joille annettiin kaoliini-hrt-kokeessa määritetty annos.

Hepariiniannostus

Laitos	Potilas-määrä	Annostus Suos. määrä	Mukaan (%)	Act-tavoite	Tavoitteen Saavut. määrä	Pot. (%)	Hepariiniannos (x 1000IU) Keski ± SDVaiht.väl.
1	77	71	(92)	400	66	(93)	Ei raportoitu
2	42	39	(93)	450	38	(97)	28,7 ± 10,6 12,5 – 68,0

Tulokset osoittavat kaoliinijärjestelmän vaikutuksen aprotiniinia käytettäessä. Väestötutkimuksessa annosten vaihteluvälin odotetaan olevan suuri johtuen yksilöllisestä hepariinierkkydestä.

TOIMENPITEEN RAJOITUKSET

HRT-kokeen tuloksiin voi vaikuttaa testimenettelyn väärä suoritus. Tarkka koetulos saadaan näytteen ja reagenssin oikealla sekoituksella. Seuraavat seikat voivat vaikuttaa koetuloksiin tai voivat johtaa harhaan kokeen tulkinnassa:
1. Odottamaton aiempi antikoagulaatio ja korkea heparitaitiion. Pienet hepariinimäärät leikkausta edeltävässä potilaassa (ACT:n perustaso < 220 sekuntia) eivät vaikuta määritetyn annoksen tarkkuuteen tavoiteajan saavuttamisessa. HRT-koetta voidaan käyttää, jos ACT:n perustaso on alle 220 sekuntia.
2. Millä tahansa annos-vastemenetelmällä lasketun hepariinin annoksen tarkkuuteen vaikuttaa se, miten tarkasti verivolyymi on laskettu. Vaikka sukupuoleen, pituuteen ja painoon perustuva verivolyymin laskenta on yleensä tarkka, odotetun verimäärän suuria vaihteluita voi esiintyä potilailla, joilla on tavallista suurempi tai pienempi määrä rasvakudosta tai juuttuen suuresta laskimoon annetusta nesteensiirrosta sekä muista lääketieteellisistä ja fyysisistä tiloista, jotka voivat vaikuttaa verivolyymiin.
3. Muut lääkkeet, joiden tiedetään vaikuttavan potilaan pyykoloisen tilaan (esim. nitroglyseriini, proteaasin estäjät), voivat vaikuttaa HRT-tulokseen tai hepariinitarpeeseen. Kuten inhibiittoreiden (esimerkiksi Trasylol®) tapauksessa, HRT-tulokset eivät saa koskaan ohittaa toimenpidettä suorittavan lääkärin kliinistä päätöstä.
4. Jos potilas saa aprotiniinia, voidaan käyttää vain kaoliinilla aktivoituja R-HRT480PK-putkia. Muiden antifibrinolyyttisten aineiden vaikutusta ei ole tutkittu.
5. *In vitro* -analyysit ovat osoittaneet, että HRT antaa tulokseksi suuremman annoksen, jos aprotiniinipitoisuus ylittää 500 KIU/mL veressä käytettäessä kaoliinilla aktivoitavaa järjestelmää.[8]
6. Odotetuista arvoista eroavat koetulokset on tarkastettava ja arvioitava uudestaan vaihtoehtoisilla diagnostisilla järjestelmillä.

LAADUNVALVONTA

Kattava laadunvalvontaohjelma sisältää säännöllisesti suoritettavat laadunvalvontakokeet ja seurannan. HEMOCHRON kokoveren koagulaatiojärjestelmän laadunvalvontatuotteet ovat kätevä ja edullinen tapa suorittaa säännölliset laadunvalvontatoimenpiteet.

Kojeen päivittäinen laadunvalvonta
HEMOCHRON-kojeiden laadunvalvonta on suoritettava kahdella tasolla 8 tunnin välein käytön aikana.

Päivittäisessä laadunvalvonnassa auttavat myös elektronisen järjestelmän tarkistusputket, joilla voidaan tarkastaa kojeen toiminta sekä normaalilla että epänormaalilla tasolla. Lämpötilan tarkistusputkella voidaan kuuden kuukauden välein tarkastaa kojeen oikea toiminta 37 °C ± 1 °C:ssa. Lämpötilan valvontajärjestelmän virhetila näkyy myös kojeen näytöllä.

HEMOCHRON-koeputkien laadunvalvonta
Jokainen HEMOCHRON-koeputkipakkaus on tarkistettava ja hyväksyttävä vähintään kerran ennen käyttöä. Tarkastus voidaan tehdä tarkoituksen sopivalla HEMOCHRON nesteen laadunvalvontakokeella. Koeputkien hyväksytyt suorituksen vaihtelevälit kuuluvat HEMOCHRON-laadunvalvontapakkaus kseen. Kun koeputkipakkaus on tarkistettu, Suoritus tarkastettu -taulukko koeputkilaatikon kyljessä on täytettävä. Laatikko on tarkastuksen jälkeen TARKASTETTU-tilassa, eikä nesteen laadunvalvontaa tarvitse suorittaa, ellei kliinisissä tuloksissa havaita muutoksia.

HUOMAUTUS: Jos samaan erään kuuluu useita laatikoita, jokainen laatikko on hyväksyttävä ennen käyttöä.

VIITTEET

1. Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korpman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation. II. The use of a dose response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69: 685-689, 1975
2. Ogilby JD, Kopelman HA, Klein LW, Agarwal JB. Adequate heparinization during PTCA: Assessment using Activated Clotting Time. Cath and Cardiovasc Diag 18: 206-209, 1989.
3. Gravlee GP, Haddon WS, Rothberger HK, Mills SA, Rogers AT, Bean VE, Buss DH, Prough DJ, Cordell AR. Heparin dosing and monitoring for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 99: 518-527, 1990.
4. Jaques LB, Kavanagh LW. Variability of heparin preparations in clinical use. In: Present Status of Thrombosis, Its Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. R. Losito (ed.), pp. 171-180, 1973.
5. Jobes DR, Aitken GL, Shaffer GW. Increased accuracy and precision of heparin and protamine dosing reduces blood loss and transfusion in patients undergoing primary cardiac operations. J. Thorac Cardiovasc Surg 110: 36-45, 1995.
6. Jobes DR, Etzioni DA, Stepsis LH, Dzien KE, Choy Y, Mancini J. Cost Effective Management of heparin/protamine in CP bypass: Analysis by type of surgery. Anesthesiology 85, No. 3A, 1996.
7. Zucker ML, Barrett CL, Bennett K, LaDuca FM. Utility of *in vitro* heparin and protamine titration for dosing during cardiopulmonary bypass surgery. J. Extra-Corp Tech 29: 176-180, 1997.
8. Zucker ML, Walker C, Jobes D, LaDuca FM. Comparison of celite and kaolin based heparin and protamine dosing assays during cardiac surgery: The *in vitro* effect of aprotinin. J. Extra-Corp Tech 27: 201-207, 1995.
9. Allen TH, Peng MT, Chen KP, Huang TF, Chang C, Fang HS. Prediction of blood volume and adiposity in man from body weight and cube of height. Metabolism 5: 328-45, 1956.
10. Jobes DR, Aitken GL, Steven JM, Nicolson SC. Heparin sensitivity: Influence of patient age, source of heparin and previous treatment. Abstract, 14th Congress of the International Society on Thrombosis and Hemostasis, July 4-9, 1993.
11. Gravlee GP, Whittaker CL, Mark LJ, Rogers AT, Royster RL, Harrison GA. Baseline activated coagulation time should be measured after surgical incision. Anesth Analg 71: 549-553, 1990.

Celite® is a registered is a registered trademark of the Celite Corporation

8 Olsen Avenue • Edison, NJ 08820 USA
tel: 732.548.5700 • fax: 732.248.1928
www.itcmed.com
a subsidiary of Thoratec Corporation

HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Heparinreaktionstest (HRT)

Bipacksedel
Svenska

AVSEDD ANVÄNDNING

Heparinreaktionstest HEMOCHRON® HRT är avsett för invitrodiagnostisk utvärdering av heparindosreaktionen. HEMOCHRON HRT480 är avsedd för invasiva kardiologiförfaranden som kräver medelhöga till höga nivåer systemisk heparinisering. De kaolinaktiverade analyserna för heparinreaktionstestet kan också användas för patienter som ges aprotinin. HRT480 ska användas i enlighet med etablerade riktlinjer för HEMOCHRON-förfaranden med HEMOCHRON-modellerna 401, 801, 8000 och *Response*.

För diagnostiskt *invitro*-bruk

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

Antikoaguleringsegenskaperna hos heparin utnyttjas i många invasiva förfaranden för att uppväga den trombotiska tendens som uppkommer när blod exponeras för främmande ytor. Den nödvändiga antikoaguleringsnivån varierar såväl med förfarandet som med dess varaktighet. Ofta utförs act-testet (aktiverad koaguleringstid) vid sängen för övervakning av antikoagulantstatus före, under och efter invasiva förfaranden, för att begränsa blödning och trombotisk komplikation. Act-måltiden har fastlagts för varje inställning[1, 2] och utgör indikeringar för tillräcklig antikoagulering, samtidigt som överheparinisering undviks. Höga heparinkoncentrationer under bypassförfaranden kan korrelera med ökade postoperativa blodförluster[3], vilket visar vikten av exakt heparinreglering inom målområdet.

Också vid noggrann övervakning besväras emellertid en effektiv heparinbehandling av den oförutsägbarhet som följer av såväl naturliga variationer mellan olika heparinpreparat[4] som stora variationer i patientreaktionen. Bull, et al.[1] visade att den mängd heparin som krävs för att uppnå antikoagulering på målnivån under bypasskirurgi kan variera med en faktor tre mellan olika patienter. Användning av heparinbehandling på basis av empiriska doseringsprotokoll (exempelvis dos/kg kroppsvikt) blir därför naturligtvis mycket otillräcklig för ett betydande antal patienter[1].

Heparinreaktionstest
Heparinreaktionstestet kan användas med de injicerbara heparinpreparaten från sjukhusapoteket. Testet beräknar lämpliga heparindoser genom att göra en invitroutvärdering av patientens känslighet för heparin i HRT-röret. Det bestämmer vilken heparindos som krävs för att få även resistenta eller känsliga patienter till rätt ACT-måltid. Studier har visat att RxDx-systemet ger optimala resultat och bättre kliniska utfall, vilket sänker kostnaderna för kirurgin[5, 6]. Data visar att sådan användning av HRT möjliggör noggrann bestämning av invivoreaktionen på heparin genom en invitroanalys[7–9].

HRT480-testet finns med antingen Celite® (diatoméjord) eller kaolin som aktivator. Det celiteaktiverade HRT-testet är inte avsett för användning med proteasinhibitorn aprotinin (Trasylol®, Bayer Corporation), som kan ges för att reducera den postoperativa blödningen, särskilt under kardiopulmonära bypassförfaranden, och kan förlänga det celiteaktiverade hepatitreaktionstestet. Kaolin påverkas inte av medelhöga aprotinindoser. Det kaolinaktiverade hepatitreaktionstestet kan användas för utvärdering av heparindosreaktionen både hos patienter som får aprotinin och patienter som inte får det.

Heparinreaktionstestet utförs med HEMOCHRON-helblodskoaguleringsinstrument av modell 401, 801, 8000 eller *Response*. Heparinreaktionstestet innehåller de reagenser som behövs för att genomföra ett ACT-test, plus en lämplig mängd heparin från tarmslemhinna på gris.

Heparinreaktionstestet bygger på principen med en dosreaktionskurva som den som publicerades av Bull, et al år 1975[1]. Helblod från patienten används för att genomföra en baslinje-ACT och ett heparinreaktionstest med 3 enheters/mL heparin. En heparindoskurva skapas för varje patient. Med hjälp av dessa resultat och patientdata kan den enskilda patientens heparinbehov i enheter/mL fastställas. Bolusdosen beräknas på basis av patientens blodvolym och kön[9]. Den kan beräknas automatiskt av HEMOCHRON *Response* (programvaruversion 2.0 eller senare) eller 8000, eller manuellt med det medföljande arbetsbladet.

REAGENSER

HEMOCHRON HRT-provrören ska användas med färskt helblod. Provrören innehåller ett frystorkat preparat av USP-karakteriserat heparin med tillsats av aktivator, stabiliserare och buffertar.

- Varje R-HRT480P-rör innehåller motsvarigheten till 6 USP-enheter heparin från grisslemhinna (3 enheter/mL i blod), diatoméjord, stabilisatorer och buffertar.
- Varje R-HRT480PK-rör innehåller motsvarigheten till 6 USP-enheter heparin från grisslemhinna (3 enheter/mL i blod), kaolin, stabilisatorer och buffertar.

FÖRVARING OCH STABILITET

Förvara HEMOCHRON HRT-provrören vid en reglerad rumstemperatur (15-30 °C). HRT-rören är stabila fram till den angivna sista användningsdagen. Undvik långvarig exponering av HRT-satserna för temperaturer över 30 °C.

PROVTAGNING OCH PROVHANTERING

ANM: Vid förfaranden med öppen bröstkorg ska provtagningen för HRT-testet tas posternotomiskt[11]. I alla andra tillämpningar ska provtagningen för HRT-testet om möjligt tas från den venösa ledningen. För maximal noggrannhet i heparinbestämningen ska HRT-testet i samtliga fall initieras inom trettio (30) minuter från heparininfusionen. Upprepa HRT-testet om 30-minutersgrönsen överskrids.

Material som ingår
- HRT-provrör (Celite- eller kaolinaktiverat).
- HRT-arbetsblad (för manuella beräkningar i tillämpliga fall).

Material som behövs
- HEMOCHRON *Response*, 8000, 801 eller två 401.
- Icke-silikoniserade, icke-hepariniserade 5-mL-sprutor för blodprovstagningen.
- Rak nål i storlek 20 eller större för överföring av blodprovet till provröret.
- ACT-provrör: FTCA510 (svart upptill) eller FTK-ACT (guldfärgat upptill).

försiktighet: Vidta alla nödvändiga åtgärder för att använda sprutorna med rätt teknik, för att undvika oavsiktliga nålstick.

Välj en av två olika tekniker för blodprovstagningen (A eller B):

A. Insatt venös eller arteriell blodledning. (Hämta inte blod från en heparinserad blodlinje eller ett insatt heparinlås.)
   1. Avbryt vätskedropp vid behov.
   2. Använd rutinen med två sprutor och fyll två sprutor på 5 mL. Kassera den första sprutan.

B. Uttag på extrakorporeal blodledning.
   1. Spola igenom den extrakorporeala blodledningen genom att ta upp och kassera 5 mL blod.
   2. Ta upp 5 mL helblod i en spruta på 5 mL.

TESTFÖRFARANDE

Vid användning av HEMOCHRON *Response* (programversion 2.0 eller senare) eller 8000 kvantifierar systemprogramvaran heparindosen på basis av HRT-testresultaten och information som användaren lämnar, i kombination med ACT-baslinjeresultat. Vid användning av HEMOCHRON *Response* (programversioner före 2.0), 401 eller 801, använder man i stället det arbetsblad för HRT-beräkning som medföljer testsatsen för att beräkna heparindosen.

Vid användning av celiteaktiverade HRT-test ska en FTCA510 (svart överdel) ACT användas. Vid användning av kaolinaktiverade HRT-test ska en FTK-ACT (guldfärgad överdel) användas.

Rekommenderat protokoll
1. Utför samtidigt en baslinje-ACT (i ACT-förpackningsbilagan finns ytterligare information) och ett heparinreaktionstest för heparinbolusdosberäkning inom 30 minuter före heparinisering av patienten. Avge exakt 2,0 mL blod i HRT-röret från provtagningssprutan. Tryck samtidigt på startknappen för tillämplig HEMOCHRON-testbrunn.
2. Skaka omedelbart röret kraftigt från ände till ände tio gånger.
3. Placera HRT-provröret i tillämplig HEMOCHRON-testbrunn. Vrid röret snabbt medurs. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för instrumentet.
4. Avge exakt 2,0 mL blod i ACT-röret från samma provtagningssprutan. Tryck samtidigt på start-knappen för tillämplig HEMOCHRON-testbrunn.
5. Skaka omedelbart röret kraftigt från ände till ände tio gånger.
6. Placera ACT-provröret i tillämplig HEMOCHRON-testbrunn. Vrid röret snabbt medurs. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för instrumentet.
7. Registrera testresultatet när indikatortonen hörs.
8. Bestäm heparinbolusdosen. Se avsnittet Dosberäkningar här nedan.
9. Genomför en ACT fem (5) minuter efter heparinbolusen för att verifiera att målnivåantikoaguleringen uppnåtts. Se informationen i avsnitt Senare dos nedan om en senare dos behövs.
10. Övervaka ACT-värdet hela tiden och infundera en senare heparindos om så erfordras.

Dosberäkningar
Det finns detaljerade anvisningar för det automatiserade beräkningssystem HEMOCHRON *Response* (programversion 2.0 eller senare) i operatörshandboken för HEMOCHRON *Response* RxDx. Följ anvisningarna för HEMOCHRON 8000 i detta instruments operatörshandbok. Vid användning av HEMOCHRON *Response* med programversioner före 2.0, eller HEMOCHRON 401 eller 801, använder man i stället det arbetsblad för HRT-beräkning som medföljer denna sats för att beräkna heparindosen.

Senare dos
Om målnivåantikoaguleringen inte uppnås, eller om ACT-resultaten hamnar under målnivån under förfarandet, kan en senare heparindos bestämmas av HEMOCHRON *Response* (programversion 2.0 eller senare) eller 8000, eller med hjälp av följande formel:

$$\text{Senare dos} = \frac{\text{Mål-ACT – Aktuellt ACT*}}{\text{(Postbolus-ACT – Baslinje-ACT)/initial heparindos}}$$

*Aktuellt ACT = Postheparin-ACT för prebypasspatient, eller status-ACT för patient med bypass

En ACT ska utföras 5 minuter efter infunderingen av den senare dosen för att verifiera att målnivåantikoagulering har uppnåtts. Som för alla andra invitrotestförfaranden ska inte heller HRT-resultaten ersätta den ansvarige läkarens kliniska bedömning.

VARNINGAR!

ANM: Beakta alltid generella försiktighetsåtgärder.
1. Blodprovet ska överföras med en lämplig överföringsnål för penetrering av proppen.
2. Använd alltid en tvåhandsteknik vid överföring av blod. En hand håller i provröret och den andra dispenserar blodprovet från sprutan.
3. HRT-provrören är av glas. De kan gå sönder eller spricka om de hanteras felaktigt. Tappa eller kasta inte provrör.
4. HRT-provrören innehåller en partikelaktivator (Celite eller kaolin) samt ett material med biologiskt ursprung (heparin). Hantera inte materialet eller aerosolen och undvik sväljning.
5. Alla använda provrör som innehåller humanhärlett blod ska kasseras i godkända behållare för biologiskt riskavfall.
6. Ta inte ur propparna för att tillföra ett blodprov till provröret.

PRESTANDAKARAKTERISTIKA

HRT-resultatet utgör en indikering av den enskilda patientens heparinkänslighet. Lägre HRT-värden indikerar en mer heparinresistent patient, som kräver en högre heparinbolus för att nå målantikoaguleringsnivåer. Publicerade kliniska rapporter har visat att rekommenderade HRT-doser kan variera mellan 50 och 200% av den empiriska standarddoseringen.[21].

Precision
Reproducerbarheten bestämdes med HEMOCHRON-kvalitetskontroll för HRT.

	Nivå 1				Nivå 2			
R-HRT480P	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Kombinerad	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Kombinerad
N	3	3	5	11	3	3	5	11
Medelvärde	137	140	136	136	337	344	343	342
Std.avvik.	1.0	7.0	9.0	6.1	2.6	6.7	8.7	7.1
CV%	0.7	5.0	6.6	4.5	0.8	1.9	2.5	2.1
R-HRT480PK								
N	3	3	5	11	3	3	4	10
Medelvärde	139	134	131	134	336	331	326	331
Std.avvik.	0.6	2.9	1.0	3.4	10.0	12.4	0.8	8.8
CV%	0.4	2.2	0.8	2.5	3.0	3.8	0.3	2.7

Kaolinaktiverade doseringsresultat för hjärtkirurgipatienter som behandlas med aprotinin
Kliniska data samLades in på två platser efter institutionens godkännande. Doseringsberäkningarna utfördes manuellt av den analysansvarige på båda platser.

Effektiviteten hos de hrt-beräknade doserna sammanfattas i uppställningen nedan. Den procentuella andel patienter som fått den dos som kvantifierats av kaolin-hrt-testet redovisas under rubriken "dosering enligt rekommendationen"

Heparindosering

Plats	Antal Patienter	Dosering Enligt Rekommendationen Antal	(%)	Mål-ACT	Patienter Som Nått Målet Antal	(%)	Heparindos (X 1000 IU) Medel ± ST.AVV. Område
1	77	71	(92)	400	66	(93)	Ej rapporterad
2	42	39	(93)	450	38	(97)	28,7 ± 10,6 12,5 – 68,0

HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Test reakce na heparin (HRT)

Přibalová leták
Česky

URČENÉ POUŽITÍ
Test HEMOCHRON® HRT je určen pro diagnostické hodnocení odpovědi na dávku heparinu *in vitro*. HEMOCHRON HRT480 je určen k použití při invazivních kardiologických výkonech, které vyžadují střední až silnou systémovou heparinizaci. Stanovení HRT aktivovaná kaolinem mohou být též použita pro pacienty, jimž je podáván aprotinin. HRT480 je nutné používat s přístrojem HEMOCHRON model 401, 801, 8000 a *Response* v souladu s pokyny společnosti HEMOCHRON.

Pro diagnostické použití *in vitro*

SOUHRN A VYSVĚTLENÍ
Antikoagulační účinky heparinu se využívají při mnoha invazivních výkonech k vyvážení trombotické tendence, která je výsledkem styku krve s cizorodými povrchy. Nutná úroveň antikoagulace se liší v závislosti na konkrétním výkonu a jeho trvání. Často se provádí stanovení aktivovaného času srážení (act) u pacienta na lůžku, jehož účelem je monitorování stavu antikoagulace před, během a po invazivním výkonu, aby bylo omezeno krvácení a trombotické komplikace.
Byly zjištěny cílové časy act v každém zařízení[1, 2]. Stanovení poskytla ukazatel přiměřené antikoagulace tak, aby bylo zabráněno nadměrné heparinizaci. Vyšší koncentrace heparinu během výkonů, při nichž je použit mimotělní oběh, mohou souviset s vyššími pooperačními ztrátami krve[3], což dokládá důležitost přesné regulace heparinu ve stanoveném cílovém rozmezí.
I když je heparinová terapie pečlivě monitorována, je omezena nepředvídatelností, která vyplývá z rozdílů v různých heparinových přípravcích[4] i z velkých odchylek reakce pacientů. Bull, a kol.1 doložili, že množství heparinu požadované pro dosažení cílové úrovně antikoagulace během operace, při níž je použit mimotělní oběh, se mezi jednotlivými pacienty lišil až trojnásobně. Regulace heparinové léčby založené na protokolech empirického dávkování (např. dávka/kg tělesné hmotnosti) bude u velkého počtu pacientů zcela nedostatečná[5].

Test reakce na heparin
Test HRT je možné použít současně s injekčním heparinovým přípravkem dodávaným nemocniční lékárnou. HRT slouží k predikci odpovídajících dávek heparinu tím, že hodnotí citlivost pacienta na heparin *in vitro* ve zkumavce HRT. Stanoví dávku heparinu potřebnou pro to, aby bylo i u rezistentních nebo citlivých pacientů dosaženo odpovídajícího cílového času ACT. Studie dokázaly, že použití systému RxDx poskytuje optimální výsledky a lepší klinické výstupy a vede tak ke snížení nákladů na chirurgické výkony[5, 6]. Údaje svědčí o tom, že provedení HRT tímto způsobem umožňuje přesnou predikci reakce na heparin in vivo na základě stanovení *in vitro*[7, 8].
Test HRT-480 se dodává s aktivátory, a to buď s aktivátorem Celite® (křemelina), nebo kaolinem. Test HRT aktivovaný Celite není určen pro použití s inhibitorem proteázy aprotininem (Trasylol® společnosti Bayer), který může být podáván pro snížení pooperačního krvácení, a to zvláště během operací, při nichž je použit mimotělní oběh, a může prodlužovat HRT aktivovaný křemelinou Celite. Na kaolin nemají přiměřené dávky aprotininu vliv. Test HRT aktivovaný kaolinem lze použít pro hodnocení reakce na dávku heparinu u pacientů bez ohledu na to, zda je jim podáván aprotinin či nikoli.
Test HRT se provádí pomocí přístroje HEMOCHRON pro monitorování koagulace plné krve, model 401, 801, 8000 nebo *Response*. HRT obsahuje reagencie potřebné pro provedení stanovení aktivovaného času srážení (ACT) a příslušné množství heparinu z prasečí střevní sliznice.
Test HRT je založen na principu křivky reakce na dávku tak, jak ji publikovali v roce 1975 Bull a kol[1]. Pro provedení stanovení výchozího ACT a HRT, který obsahuje 3 jednotky/mL heparinu, se používá plná krev pacienta. Křivka reakce na heparin je vytvořena pro konkrétního pacienta. Pomocí těchto výsledků a dat pacienta je stanovena potřebná dávka heparinu v jednotkách/mL pro konkrétního pacienta. Dávka bolusu se vypočte v závislosti na objemu krve pacienta a jeho pohlaví[9]. Lze ji vypočíst automaticky přístrojem HEMOCHRON *Response* (software verze 2.0 nebo vyšší) nebo 8000, nebo manuálně pomocí dodaného pracovního listu.

REAGENCIE
Zkumavky HEMOCHRON HRT jsou určeny pro použití s čerstvou plnou krví. Zkumavky obsahují lyofilizovaný heparin (USP), do něhož je přidán aktivátor, stabilizátory a pufry.

- Každá zkumavka R-HRT480P obsahuje ekvivalent 6 jednotek USP heparinu z prasečí sliznice (3 jednotky/mL krve), křemelinu, stabilizátory a pufry.
- Každá zkumavka R-HRT480PK obsahuje ekvivalent 6 jednotek USP heparinu z prasečí sliznice (3 jednotky/mL krve), kaolin, stabilizátory a pufry.

UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA
Zkumavky HEMOCHRON HRT je nutné uchovávat při kontrolované pokojové teplotě (15 – 30 °C). Zkumavky HRT jsou stabilní do uvedeného data použitelnosti. Zabraňte delší expozici souprav HRT teplotám nad 30 °C.

ODBĚR VZORKŮ A MANIPULACE S NIMI
POZNÁMKA: U výkonů, při nichž dochází ke sternotomii, je vzorky pro provedení stanovení HRT nutné odebírat po provedení sternotomie. U výkonů dalších aplikací je vzorky pro provedení stanovení HRT nutné odebírat pokud možno z venózních hadiček. Ve všech případech je nutné provést stanovení HRT během třiceti (30) minut před podáním infúze heparinu, aby byla přesnost predikce dávky heparinu co nevyšší. Je-li interval 30 minut překročen, je nutné test HRT opakovat.

Dodávané materiály

- Zkumavka HRT (aktivovaná Celite nebo kaolinem, dle potřeby).
- Pracovní list HRT (pro manuální výpočet, dle potřeby).

Potřebné materiály

- HEMOCHRON *Response*, 8000, 801 nebo dva 401.
- Nesilikonové, neheparinizované 5mL stříkačky pro odběr vzorků krve.
- Rovně jehly velikosti 20 G nebo větší pro přenos vzorků krve do zkumavky.
- Zkumavka ACT: FTCA510 (černé víčko) nebo FTK-ACT (víčko zlaté barvy), dle potřeby.

Pozor: Je nutné učinit veškerá opatření, aby byla použita správná technika práce se stříkačkami a zabránilo se tak náhodnému píchnutí jehlou.

Při odběru vzorků používejte vhodnou techniku (A nebo B):

A. Permanentní venózní nebo arteriální hadičky. (Neodebírejte krev z heparinizované hadičky přístupu ani z heparinové zátky.)
   1. Dle potřeby přerušte podávání gravitační infúze.
   2. Použijte techniku se dvěma stříkačkami. Naplňte dvě 5mL stříkačky a první stříkačku zlikvidujte.
B. Port hadičky mimotělního oběhu krve.
   1. Propláchněte přístupovou hadičku mimotělního oběhu tím, že odeberete 5 mL krve a zlikvidujete je.
   2. Natáhněte do 5mL stříkačky 5 mL plné krve.

POSTUP TESTU
Používáte-li přístroj HEMOCHRON *Response* (software verze 2.0 nebo vyšší) nebo 8000, software systému kvantifikuje dávku heparinu na základě výsledků HRT a informací zadaných uživatelem, a to společně s výsledky výchozího ACT. Používáte-li přístroj HEMOCHRON *Response* (software nižší verze než 2.0), 401 nebo 801, použijte při výpočtu dávky heparinu pracovní list HRT obsažený v této soupravě.
Používáte-li testy HRT aktivované křemelinou Celite, je nutné pro stanovení ACT použít zkumavky FTCA510 (černé víčko). Používáte-li testy HRT aktivované kaolinem, je nutné použít zkumavky FTK-ACT (víčko zlaté barvy).

Doporučený protokol

1. Během 30 minut před heparinizací pacienta současně proveďte stanovení výchozího ACT (podrobné údaje naleznete v příbalové informaci ACT) a HRT, aby bylo možné vypočítat bolusovou dávku heparinu. Ze stříkačky pro odběr vzorků vstřikněte přesně 2,0 mL krve do zkumavky HRT. Zároveň stiskněte tlačítko START pro příslušnou testovací jamku HEMOCHRON.
2. Okamžitě zkumavku desetkrát silně protřepejte nahoru a dolů.
3. Vložte zkumavku HRT do příslušné testovací jamky přístroje HEMOCHRON. Rychle otáčejte zkumavkou ve směru hodinových ručiček. Další informace naleznete v uživatelské příručce k příslušnému přístroji.
4. Ze stejné stříkačky pro odběr vzorků vstřikněte přesně 2,0 mL krve do zkumavky ACT. Zároveň stiskněte tlačítko START pro příslušnou testovací jamku HEMOCHRON.
5. Okamžitě zkumavku desetkrát silně protřepejte nahoru a dolů.
6. Vložte zkumavku ACT do příslušné testovací jamky přístroje HEMOCHRON. Rychle otáčejte zkumavkou ve směru hodinových ručiček. Další informace naleznete v uživatelské příručce k příslušnému přístroji.
7. Po zaznění indikačního signálu zaznamenejte výsledky testu.
8. Určete bolusovou dávku heparinu. Další informace naleznete v části Výpočet dávky níže.
9. Proveďte stanovení ACT pět (5) minut po podání bolusové dávky heparinu, abyste ověřili, zda bylo dosaženo cílové úrovně antikoagulace. Pokud je nutná další dávka, přečtěte si informace uvedené v části Stanovení dalšího dávkování níže.
10. Po celou dobu monitorujte ACT a dle potřeby infúzní podejte další dávku heparinu.

Výpočet dávky
Používáte-li přístroj HEMOCHRON *Response* (software verze 2.0 nebo vyšší), pročtěte si podrobný návod k použití tohoto systému pro automatický výpočet v uživatelské příručce k přístroji HEMOCHRON *Response* RxDx. Používáte-li přístroj HEMOCHRON 8000, dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce k tomuto přístroji. Používáte-li přístroj HEMOCHRON *Response* se softwarem nižší verze než 2.0, HEMOCHRON 401 nebo 801, dodržujte při výpočtu dávky heparinu pokyny na pracovním listu HRT obsaženém v této soupravě.

Stanovení dalšího dávkování
Pokud není dosaženo cílové úrovně antikoagulace nebo pokud jsou výsledky ACT během výkonu nižší než cílová úroveň, je možné další dávkování heparinu stanovit pomocí přístroje HEMOCHRON *Response* (software verze 2.0 nebo vyšší) nebo 8000, nebo podle dále uvedeného vzorce:

$$\text{Další dávka} = \frac{\text{Cílový ACT - Současný ACT*}}{\text{(ACT po podání bolusu - Výchozí ACT)} / \text{Počáteční dávka heparinu}}$$

*Současný ACT = Post-heparinový ACT pacienta před napojením na mimotělní oběh nebo stavový ACT (Status ACT) pacienta na mimotělním oběhu

Stanovení ACT je nutné provést 5 minut po podání infúze další dávky, aby bylo ověřeno, zda bylo dosaženo cílové úrovně antikoagulace. Stejně jako u jiných postupů stanovení *in vitro* by klinické výsledky HRT nikdy neměly nahradit klinický úsudek ošetřujícího lékaře.

VAROVÁNÍ K POUŽITÍ PRODUKTU
POZNÁMKA: Vždy dodržujte univerzální bezpečnostní opatření.

1. Vzorek krve je nutné přenášet pomocí vhodné přenosové jehly, kterou se propíchne zátka.
2. Pro přenos krve vždy používejte techniku obou rukou. Jedna ruka bezpečně drží zkumavku, zatímco druhá ruka převede vzorek krve ze stříkačky.
3. Zkumavky HRT jsou vyrobeny ze skla. Při chybné manipulaci se mohou rozbít nebo prasknout. Zkumavky neupusťte ani s nimi neházejte.
4. Zkumavky HRT obsahují aktivátor z drobných částic (Celit nebo kaolin) a zároveň materiál biologického původu (heparin). S materiálem nemanipulujte, nerozprašujte jej, ani jej nepožívejte.
5. Všechny použité zkumavky, které obsahují lidskou krev, je nutné odhodit do schválených kontejnerů určených pro biologicky nebezpečné materiály.
6. Při plnění zkumavek vzorkem krve nesnímejte zátku.

PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY
Výsledek HRT je údajem o citlivosti konkrétního pacienta na heparin. Nižší hodnota HRT indikuje, že se jedná o pacienta s vyšší rezistencí na heparin, který potřebuje vyšší bolusovou dávku, aby u něj bylo dosaženo cílové úrovně antikoagulace. Publikované klinické zprávy prokázaly, že dávky doporučené na základě HRT se mohou lišit od standardní empirické dávky o 50 – 200 %.5, 7

Přesnost
Reprodukovatelnost byla stanovena pomocí přípravku pro kontrolu kvality HEMACHRON pro HRT.

	Úroveň 1				Úroveň 2			
R-HRT480P	Den 1	Den 2	Den 3	Celkem	Den 1	Den 2	Den 3	Celkem
N	3	3	5	11	3	3	5	11
Střední hodnota	137	140	136	136	337	344	343	342
Standardní odchylka	1,0	7,0	9,0	6,1	2,6	6,7	8,7	7,1
CV (%)	0,7	5,0	6,6	4,5	0,8	1,9	2,5	2,1
R-HRT480PK								
N	3	3	5	11	3	3	4	10
Střední hodnota	139	134	131	134	336	331	326	331
Standardní odchylka	0,6	2,9	1,0	3,4	10,0	12,4	0,8	8,8
CV (%)	0,4	2,2	0,8	2,5	3,0	3,8	0,3	2,7

Výsledné dávkování při aktivaci kaolinem u pacientů, kteří podstoupili kardiologický chirurgický zákrok a byli léčeni aprotininem.
Klinické údaje byly shromažďovány na dvou pracovištích po schválení příslušným zařízením. Výpočty dávek na každém pracovišti byly provedeny manuálně perfuzionistou, který prováděl stanovení.
Účinnost dávek předpokládaných na základě HRT je shrnuta v následující tabulce. Procento pacientů, jimž byla podána dávka vypočtená na základě testu HRT aktivovaného kaolinem, je uvedeno pod nadpisem „Dávkování dle doporučení".

Dávkování heparinu

Pracoviště	Počet Pacientů	Dávkování Dle Doporučení #	(%)	Cílový Act	Počet Pacientů, U Nichž Bylo Dosaženo Cíle #	(%)	Dávka Heparinu (x 1000IU) stř. hodn.± SD	Rozmezí
1	77	71	(92)	400	66	(93)	Nehlášeno	
2	42	39	(93)	450	38	(97)	28,7 ± 10,6	12,5 – 68,0

Tyto údaje vyjadřují účinnost dávkování kaolinového systému v přítomnosti aprotininu. Ve studii populace se očekává široké rozmezí dávek v důsledku individuální citlivosti pacientů na heparin.

OMEZENÍ POSTUPU
Na HRT má vliv špatná technika postupu testu. Pro přesné a správné provedení testu je nutné dobře promíchat vzorek s činidlem. Dále uvedené podmínky mohou ovlivnit výsledky testů nebo jejich interpretaci:

1. Neočekávaná předchozí antikoagulace vysokými dávkami heparinu. Malé množství heparinu v oběhu pacienta před operací (výchozí ACT < 220 sekund) nebude mít na přesnost predikované dávky potřebné pro dosažení cílového času vliv. Test HRT lze použít, pokud je výchozí ACT nižší než 220 sekund.
2. Na úroveň přesnosti dávky heparinu vypočtené jakoukoli metodou stanovení odpovědi na dávku má vliv přesnost výpočtu objemu krve. I když výsledky výpočtu objemu krve v závislosti na pohlaví, výšce a hmotnosti bývají obvykle přesné, v dále uvedených případech mohou existovat obrovské odchylky předpokládaného objemu krve: u pacientů s neobvykle nízkým nebo vysokým množstvím tukové tkáně, při podání nadměrného množství tekutin infúzí a v dalších lékařských a fyziologických stavech, které mají vliv na objem krve.
3. Výsledky HRT nebo potřeba heparinu mohou být ovlivněny dalšími léky, o nichž je známo, že mění fyziologický stav pacienta (tj. nitroglycerin, inhibitory proteáz). Stejně jako u jiných postupů stanovení *in vitro* by klinické výsledky testů HRT nikdy neměly nahradit klinický úsudek ošetřujícího lékaře.
4. Pro pacienty, jimž je podáván aprotinin, lze použít pouze zkumavky aktivované kaolinem (R-HRT480PK). Nebyly provedeny studie, v nichž by byla použita další antifibrinolytika.
5. Analýzy *in vitro* ukázaly zvýšený dávky predikované na základě stanovení HRT při koncentracích aprotininu přesahujících 500 000 m.j./mL krve v případech, kdy byl použit systém aktivovaný kaolinem.[8]
6. Výsledky testů, které nesouhlasí s očekávanými hodnotami, je nutné verifikovat a poté hodnotit alternativními diagnostickými prostředky.

KONTROLA KVALITY
Rutinní testování a sledování kontroly kvality musí být součástí komplexního programu zabezpečování kvality. Pro zajištění pohodlné a finančně dostupné rutinní kontroly kvality jsou dodávány přípravky pro kontrolu kvality systému HEMOCHRON pro monitorování koagulace plné krve.

Denní kontrola kvality přístroje
U přístrojů HEMOCHRON je nutné kontrolovat kvalitu na dvou kontrolních hladinách jednou za osm hodin provozu.
Pro zajištění každodenní kontroly kvality jsou dodávány zkumavky pro verifikaci elektronického systému, které slouží k zabezpečení kontrol kvality přístroje na více hladinách (normální a abnormální). Rovněž je dodávána zkumavka pro verifikaci teploty, která se používá jednou za šest měsíců. Slouží k ověření toho, zda přístroj udržuje správnou teplotu 37 °C ± 1 °C. Jakékoli chyby zjištěné v systému regulace teploty přístroj rovněž zobrazí na obrazovce LCD.

Kontrola kvality zkumavek HEMOCHRON
Každou krabici zkumavek HEMOCHRON je nutné před použitím nejméně jednou validovat. Validaci lze provést pomocí příslušného Tekutého přípravku pro kontrolu kvality HEMOCHRON Liquid Quality Control. Ke každé soupravě přípravku HEMOCHRON Quality Control Product jsou přiloženy přípustné pracovní rozsahy zkumavek. Po provedení verifikace každé krabice zkumavek je nutné vyplnit tabulku „Ověření pracovní charakteristiky", která se nachází na boční stěně každé krabice zkumavek. Daná krabice je nyní „kontrolována" a nebude nutné provádět další kontroly její kvality pomocí tekutého přípravku, pokud nedojde k posunu klinických výsledků.

POZNÁMKA: Je-li v jedné zásilce dodáno více krabic, doporučuje se validovat před použitím každou krabici.

SEZNAM LITERATURY

1. Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korpman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation II. The use of a dose-response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69: 685-689, 1975
2. Ogilby JD, Kopelman HA, Klein LW, Agarwal JB. Adequate heparinization during PTCA: Assessment using Activated Clotting Time. Cath and Cardiovasc Diag 18: 206-209, 1989.
3. Gravlee GP, Haddon WS, Rothberger HK, Mills SA, Rogers AT, Bean VE, Buss DH, Prough DJ, Cordell AR. Heparin dosing and monitoring for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 99: 518-527, 1990.
4. Jaques LB, Kavanagh LW. Variability of heparin preparations in clinical use. In: Present Status of Thrombosis, Its Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. R. Losito (ed.), pp. 171-180, 1973.
5. Jobes DR, Aitken GL, Shaffer GW. Increased accuracy and precision of heparin and protamine dosing reduces blood loss and transfusion in patients undergoing primary cardiac operations. J. Thorac Cardiovasc Surg 110: 36-45, 1995.
6. Jobes DR, Etzioni DA, Stepsis LH, Dzien KE, Choy Y, Mancini J. Cost Effective Management of heparin/protamine in CP bypass: Analysis by type of surgery. Anesthesiology 85, No. 3A, 1996.
7. Zucker ML, Barrett CL, Bennett K, LaDuca FM. Utility of *in vitro* heparin and protamine titration for dosing during cardiopulmonary bypass surgery. J. Extra-Corp Tech 29: 176-180, 1997.
8. Zucker ML, Walker C, Jobes D, LaDuca FM. Comparison of celite and kaolin based heparin and protamine dosing assays during cardiac surgery: The *in vitro* effect of aprotinin. J. Extra-Corp Tech 27: 201-207, 1995.
9. Allen TH, Peng MT, Chen KP, Huang TF, Chang C, Fang HS. Prediction of blood volume and adiposity in man from body weight and cube of height. Metabolism 5: 328-45, 1956.
10. Jobes DR, Aitken GL, Steven JM, Nicolson SC. Heparin sensitivity: Influence of patient age, source of heparin and previous treatment. Abstract, 14th Congress of the International Society on Thrombosis and Hemostasis, July 4-9, 1993.
11. Gravlee GP, Whittaker CL, Mark LJ, Rogers AT, Royster RL, Harrison GA. Baseline activated coagulation time should be measured after surgical incision. Anesth Analg 71: 549-553, 1990.

HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Heparin hatásteszt (Heparin Response Test - HRT)

Csomaghoz mellékelt tájékoztató
Magyar

A FELHASZNÁLÁS CÉLJA
A HEMOCHRON® HRT *in vitro* végzett diagnosztikus eljárás során a heparin dózis által kifejtett hatás meghatározására használható. A HEMOCHRON HRT480-as olyan invazív kardiológiai eljárásokban használható, melyek mérsékelttől magas szintig terjedő szisztémás heparinizációt igényelnek. A kaolin-aktivált HRT minták aprotinin terápiában részesülő pácienseknek esetén is használhatók. A HRT480-as eszközöket a HEMOCHRON 401-es, 801-es, 8000-es és *Response* típusok esetén elfogadott HEMOCHRON eljárási irányelvek szerint szabad használni.

***In vitro* diagnosztikai használatra**

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT
A heparin alvadásgátló tulajdonságai számos invazív eljárásban használhatók, mert segítségével ellensúlyozni lehet a vér idegen felületekkel történő érintkezése során fennálló fokozott trombózis készséget. Az alvadásgátlás szükséges szintje az eljárással és az eljárás időtartamával együtt változik. Sok esetben az aktivált alvadási idő vizsgálatát (activated clotting time - act) a betegágynál kell elvégezni a véralvadás-gátlás állapotának nyomon követéséhez az invazív eljárások előtt, közben és után, a vérzéses és a trombózisos komplikációk elkerülése érdekében. Az act célértékeket minden beállításban[1,2] megadták, így a megfelelő véralvadás-gátlási szint megfelelően követhető, elkerülve a túlzott heparinizációt. A bypass eljárások során a magasabb heparin koncentráció nagyobb posztoperatív vérveszteséggel járhat együtt[3], a céltartományon belül lévő heparin hatásának megfelelően.
A szoros monitorozás ellenére a heparin kezelés hatékonyságát veszélyeztetheti a különböző heparin preparátumok természetes különbözősége, valamint a betegek heparinra[4] adott eltérő válasza. Bull és munkatársai[5] kimutatták, hogy a bypass műtét során a megfelelő szintű véralvadás-gátlás eléréséhez szükséges heparin mennyiség betegtől betegig háromszorosan változik. Nyilvánvaló, hogy szignifikáns betegszám esetén az empirikus adagolási protokollokra (pl. dózis/kg testsúly) alapozott heparin terápia nagyon pontatlan eredményekhez vezet.[1]

Heparin hatásteszt
A HRT az adott kórház gyógyszertára által biztosított intravénásan alkalmazható heparin készítménnyel együtt hajtható végre. A HRT a megfelelő heparin dózist a betegnek a HRT csőben található heparinra való érzékenységének *in vitro* kiértékeléséből határozza meg. Meghatározza azt a heparin dózist, amellyel a rezisztens, vagy az érzékeny beteg esetén is megfelelő ACT célérték érhető el. A tanulmányok azt mutatják, hogy az RxDx rendszer használata optimális meghatározásokhoz és jobb klinikai eredményekhez vezet, csökkentve a sebészeti beavatkozás költségeit[6-8]. Az adatok szerint a HRT ilyen módon történő végzése az *in vitro* minta alapján a heparinra adott in vivo válasz pontos előrejelzését teszi lehetővé[7,8].
A HRT480-as teszt Celite® (kovaföld), vagy kaolin aktivátorokkal állnak rendelkezésre. A Celite-aktivált HRT teszt nem használható a protéz-inhibitor aprotinin esetében (Trasylol®, Bayer Corporation), melyet a műtét utáni vérzés csökkentésére alkalmaznak, különösen a kardiopulmonáris bypass műtét során, és meghosszabbítja a Celite-aktivált HRT-t. A mérsékelt aprotinin dózis nincs hatással a kaolinra. A kaolin-aktivált HRT a heparin dózisra adott válasz kiértékeléséhez használható, függetlenül attól, hogy a páciens részesült-e, vagy sem aprotinin kezelésben.
A HRT a HEMOCHRON teljes vér alvadási műszerek 401, 801, 8000, vagy *Response* típusaival végezhető el. A HRT az ACT végrehajtásához szükséges reagenseket, valamint sertés intesztinális anyalékanyagból nyert heparint tartalmaz.
A HRT a Bull és munkatársai által 1975-ben[1] közzétett dózishatás görbe alapelvére épül. A beteg teljes vérének felhasználásával egy alapérték ACT-t határoznak meg, majd 3 egység/mL heparin hozzáadásával egy HRT-t végeznek. A heparin hatásgörbe az adott beteg számára kerül meghatározásra. Ezen eredmények és a páciens adatai alapján kerül meghatározásra a beteg egyéni, egység/mL alapú heparin szükséglete. A bolus dózist a beteg vérvolumene és neme[9] alapján kell kiszámolni. Ezt a HEMOCHRON *Response* (2.0-ás, vagy későbbi szoftververzió), vagy 8000 automatikusan kiszámolja. A mennyiség manuálisan is kiszámítható a rendelkezésre álló munkalap segítségével.

REAGENSEK
A HEMOCHRON HRT tesztcsöveket friss teljes vérrel kell használni. A tesztcsövek liofilizált, aktivátorral, stabilizátorokkal és pufferekkel ellátott, USP (United States Pharmacopeia) heparin preparátumot tartalmaznak.

- Az egyes R-HRT480P csövek 6 USP egységgel megegyező, sertés nyálkahártyából nyert heparint (3 egység/mL a vérben), kovaföldet, stabilizátorokat és puffereket tartalmaznak.
- Az egyes R-HRT480PK csövek 6 USP egységgel megegyező, sertés nyálkahártyából nyert heparint (3 egység/mL a vérben), kaolint, stabilizátorokat és puffereket tartalmaznak.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS
A HEMOCHRON HRT tesztcsöveket ellenőrzött szobahőmérsékleten kell tárolni (15 - 30°C). A HRT csövek a megjelölt lejárati dátumig használhatók. Ne tegye ki a HRT készleteket hosszú ideig 30°C értéket meghaladó hőmérsékletnek.

MINTAGYŰJTÉS ÉS KEZELÉS
MEGJEGYZÉS: Nyitott mellkasi eljárások esetén a HRT elvégzéséhez a mintákat szternotómia után[11] kell begyűjteni. A többi alkalmazás esetén a HRT elvégzéséhez a mintákat lehetőség szerint vénásan kell begyűjteni. Az összes esetben a heparin előrejelzés pontosságának maximalizálásához a HRT-t a heparin infúzió előtt harminc (30) percen belül el kell végezni. A 30 perc meghaladása esetén a HRT tesztet meg kell ismételni.

Rendelkezésre álló anyagok

- HRT tesztcső (Celite, vagy kaolin-aktivált).
- HRT munkalap (manuális számításokhoz, ha szükséges).

Szükséges anyagok

- HEMOCHRON *Response*, 8000-es, 801-es, vagy két 401-es eszköz.
- Szilikonmentes, nem heparinizált 5 mL-es fecskendők a vérminta begyűjtéséhez.
- #20 G-s, vagy nagyobb egyenes tű a vérminta tesztcsőbe történő juttatásához.
- ACT tesztcső: FTCA510 (fekete felső rész), vagy FTK-ACT (aranyszínű felső rész).

Vigyázat: Minden óvintézkedést meg kell tenni a megfelelő fecskendőtechnika alkalmazásához a véletlenszerű tűszúrás elkerülése érdekében.

Vérvételkor kövesse a megfelelő technikát (A, vagy B):

A. Behelyezett vénás, vagy artériás hozzáférés. (Ne vegyen vért közvetlenül heparinizált, vagy heparin-dugóval lezárt artériás, vagy vénás hozzáférésből)
   1. Szüksége esetén szüntesse meg a folyadékok csepegését.
   2. Kétfecskendős technikát alkalmazva töltsön fel két 5 mL-es fecskendőt, majd dobja el az első fecskendőt.
B. Külső artériás, vagy vénás hozzáférés.
   1. Töltse fel vérrel a hozzáférést 5 mL vér levételével, majd dobja el.
   2. Vegyen le 5 mL teljes vért egy 5 mL-es fecskendőbe.

A TESZT ELVÉGZÉSE
Ha a HEMOCHRON *Response* (2.0-ás, vagy újabb szoftververzió), vagy 8000-es eszközt használ, a rendszerszoftver a HRT teszteredményekre és a felhasználói információkra alapozva, az alapérték ACT eredményekre alapozva mennyiségileg meghatározza a heparin dózist. Ha a HEMOCHRON *Response* (2.0-ás verziónál korábbi szoftver), 401-es és 801-es eszközt használ, a heparin dózis kiszámításához kövesse a HRT munkalapon található utasításokat.
Ha Celite-aktivált HRT teszteket használ, FTCA510-es (fekete felső rész) ACT-t kell használni. Ha kaolin-aktivált HRT teszteket használ, FTK-ACT (aranyszínű felső rész) eszközt kell használni.

Javasolt protokoll

1. A beteg heparinizációja előtt 30 percen belül egyidejűleg el kell végezni az alapérték ACT-t (lásd az ACT csomaghoz mellékelt tájékoztatót) és a HRT-t a heparin bolus dózis kalkulációjához. A gyűjtőfecskendőből adagoljon pontosan 2,0 mL vért a HRT csőbe. Ezzel egyidőben nyomja meg a megfelelő HEMOCHRON tesztelőhely START gombját.
2. A tesztcsövet azonnal rázza fel erőteljesen oda-vissza tízszer.
3. Helyezze a HRT tesztcsövet a megfelelő HEMOCHRON mérőhelyre. Gyorsan forgassa el a csövet az óramutató járásával megegyező irányban. További tájékoztatás a műszer használati utasításában található.
4. A gyűjtőfecskendőből adagoljon pontosan 2,0 mL vért az ACT csőbe. Ezzel egyidőben nyomja meg a megfelelő HEMOCHRON tesztelőhely START gombját.
5. A tesztcsövet azonnal rázza fel erőteljesen oda-vissza tízszer.
6. Helyezze az ACT tesztcsövet a megfelelő HEMOCHRON mérőhelyre. Gyorsan forgassa el a csövet az óramutató járásával megegyező irányban. További tájékoztatás a műszer használati utasításában található.
7. A hangjelzés után jegyezze fel a teszteredményt.
8. Határozza meg a heparin bolus dózist. Tekintse meg a dóziskalkulációt az alábbiakban.
9. Végezzen egy ACT meghatározást öt (5) perccel a heparin bolus után a véralvadás-gátlás elért célszintjének leellenőrzése érdekében. Ha további dózisra van szükség, tekintse meg a további dózissal kapcsolatos információt az alábbiakban.
10. Kövesse nyomon folyamatosan az ACT-t, és szükség esetén adagoljon további heparin dózist.

Dóziskalkulációk
Ha HEMOCHRON *Response* (2.0-ás, vagy későbbi szoftververzió) eszközt használ, az automatikus kalkulációs rendszer használatával kapcsolatos részletes utasításokért tekintse meg a HEMOCHRON *Response* RxDx kezelői kézikönyvet. Ha HEMOCHRON 8000 eszközt használ, kövesse a műszer kezelői kézikönyvében található utasításokat. Ha a HEMOCHRON *Response* (2.0-ás verziónál korábbi szoftver), 401-es, vagy 801-es eszközt használ, a heparin dózis kiszámításához kövesse a HRT munkalapon található utasításokat.

További dózis
Ha a véralvadás-gátlás célszintjét nem sikerült elérni, vagy ha az eljárás során az ACT eredmények a célérték alá esnek, a további heparin dózist a HEMOCHRON *Response* (2.0-ás, vagy újabb szoftververzió), vagy 8000 segítségével, vagy az alábbi képlettel lehet meghatározni.

$$\text{További dózis} = \frac{\text{cél ACT - aktuális ACT*}}{\text{(Bolus utáni ACT - alapérték ACT)} / \text{eredeti heparin dózis}}$$

*Aktuális ACT = a bypass előtt álló beteg heparin utáni ACT-je, vagy a bypass-nak alávetett beteg ACT státusza

A további dózis infúziója után 5 perccel ACT meghatározást kell végezni a véralvadásgátlás elért célszintjének ellenőrzése érdekében. Akárcsak bármilyen más *in vitro* teszteljárás esetén, a HRT eredmények soha nem helyettesíthetik az orvos klinikai ítéletét.

A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
MEGJEGYZÉS: Mindig tartsa be az általános óvintézkedéseket.

1. A vérmintát megfelelő tű segítségével kell átjuttatni a dugón.
2. A vérátvitelhez mindig kétkezes technikát használjon. Egyik kezével tartsa meg biztonságosan a csövet, miközben a másikkal kiüríti a fecskendőből a vérmintát.
3. A HRT tesztcsövek üvegből készültek. Ha nem megfelelően kezelik, a csövek eltörhetnek, vagy megrepedhetnek. A csöveket ne ejtse le, és ne dobálja.
4. A HRT tesztcsövek részecskeaktivátort (Celite, vagy kaolin), valamint biológiai eredetű anyagot (heparin) tartalmaznak. Az anyagot ne kezelje, ne permetezze szét, és ne nyelje le.
5. Az összes használt, emberi vért tartalmazó tesztcsövet arra a célra alkalmas biológiai hulladékgyűjtő tartályba kell kidobni.
6. A vérminta csőbe történő bejuttatásakor a dugókat nem szabad eltávolítani.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
A HRT eredmény az egyéni beteg heparin érzékenységét jelöli. Az alacsonyabb HRT értékek a heparinnak jobban ellenálló beteget jelölnek, ezért a véralvadás-gátlás célszintjének eléréséhez ebben az esetben nagyobb heparin bolus dózist kell adagolni. A közzétett klinikai jelentések azt mutatják, hogy a HRT által javasolt dózisok a szabványos empirikus dózisokhoz képest 50% és 200% között változhatnak.[5,7]

Pontosság
A reprodukthibilitás a HEMOCHRON HRT minőségellenőrzéssel lett meghatározva.

	1. szint				2. szint			
R-HRT480P	1. nap	2. nap	3. nap	Kombinált	1. nap	2. nap	3. nap	Kombinált
N	3	3	5	11	3	3	5	11
Átlag	137	140	136	136	337	344	343	342
Standard dev.	1,0	7,0	9,0	6,1	2,6	6,7	8,7	7,1
CV%	0,7	5,0	6,6	4,5	0,8	1,9	2,5	2,1
R-HRT480PK								
N	3	3	5	11	3	3	4	10
Átlag	139	134	131	134	336	331	326	331
Standard dev.	0,6	2,9	1,0	3,4	10,0	12,4	0,8	8,8
CV%	0,4	2,2	0,8	2,5	3,0	3,8	0,3	2,7

Kaolin-aktivált dózis eredmények aprotininnal kezelt, szívsebészeti beavatkozáson átesett betegek esetén
Az intézményi jóváhagyást követően a klinikai adatok két helyen