HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Assay van de protaminedosis
Protamine Dose Assay (PDAO)

Bijsluiter
Nederlands

BEOOGD GEBRUIK
De HEMOCHRON® PDAO is oorspronkelijk voor de *in-vitro* bepaling van de te gebruiken protaminedosis. De PDAO is bedoeld om gebruikt te worden ter verificatie van de neutralisatie van heparine aan het einde van een cardiovasculaire operatie. De PDAO-assay, waarbij kaolien als activator wordt gebruikt, kan worden gebruikt om de activated clotting time (activeerde stollingstijd) (ACT) op de baseline-waarde voldoende van heparine terug te zetten.

De PDAO-test is werkzaam met Celite® (kieselgoer) of kaolien als activator. De PDAO-test met Celite als activator is niet gevoelig voor geringe hoeveelheden van de beenkruiden van de geperste protamine (Translyt®, Baxter Corporation), die (soms) tijdens cardiopulmonaire bypassoperaties) toegediend kan worden om postoperatieve bloedingen te verminderen, en die de PDAO met Celite als activator kan verhogen. Kaolien wordt niet beïnvloed door enige dosis geperste protamine. De PDAO met kaolien als activator kan als alternatief gebruikt worden voor de evaluatie van de dosis-effect-relatie voor protamine bij patiënten die aprotinine ontvangen. Als de procedure voor de patiënt is gestart met de PDAO-assay, kan heparine toegediend om de tijden of er meer protamine gelijkwaard moet worden om een metabole latentie werkingen van heparine te compenseren, die kunnen resulteren in het zgn 'heparine-rebound'-effect.[1]

De PDAO-assay wordt verricht met de HEMOCHRON stollingssystemen voor middelen 401, 801, 8000 of Response. De PDAO bevat de reagentia die overal nodig zijn om een ACT-test te verrichten plus voldoende protaminesulfaat om de aanwezigheid van overmatige heparine te identificeren wanneer de heparine-waarde boven de basis van deze heparine is.

In 1975 hebben Bull e.a.[1] de dosis-effect-relatiekromme gepubliceerd, op de CP- en ACT-gebruiken in[2], voor het bepalen van geïndividualiseerde doseringen voor heparine en protamine. In 1983 hebben Dutton e.a.[3] een methode voor protamine-titratie beschreven, die gebaseerd is op de principes van Bull et al. in HEMOCHRON 400-systeem. Bij deze methode wordt een variërende hoeveelheden vloeibare protamine aan monsters geheparineerd bloed van de patiënt toegevoegd en wordt voor elk monster de ACT gemeten. De ACT-gegevens worden dan gebruikt om de in-vitro-protamineconcentratie in een grafiek van heparingrenzen, is het resultaat een dosis-effect-relatiekromme voor de neutralisatie van heparine. Op basis van een dergelijke kromme kan de precieze protaminedosiscontratie die voorgeschreven is om de ACT naar zijn niveau voor de heparinisatie terug te brengen worden berekend.

Bij de PDAO wordt op basis van volbloed van de patiënt en een status-ACT een geïndividualiseerde protaminetitratiekromme voorgesteld voor de bepaling van heparine-identificeren en -identificeren. De basis van deze kromme is een bekende hoeveelheid heparine die aan de patiënt. Deze berekening kan automatisch worden verricht door de HEMOCHRON Response (softwarereeks 2.0 of hoger) of 400, of handmatig met behulp van het bijgeleverde werkblad.

REAGENTIA
De HEMOCHRON PDAO-reagentiekaarten zijn bedoeld om met vers volbloed te worden gebruikt. De reagentiaen bevatten een gebufferd preparaat van protaminesulfaat waaraan een activator, stabilisatoren en buffers zijn toegevoegd.

- PDAO bevat protaminesulfaat (0,01 mg), kaolien, stabilisatoren en buffers.
- PDAOK bevat protaminesulfaat (0,01 mg), kaolien, stabilisatoren en buffers.

OPSLAG EN STABILITEIT
De HEMOCHRON PDAO-reagentiaen moeten bij kamertemperatuur worden opgeslagen (15-30° C). De PDAO-reagentiaen buiten zijn tot de aangegeven vervaldatum stabiel. Langdurige blootstelling van de PDAO-kits aan temperaturen boven de 30° C dienen te worden vermeden.

AFVALME EN HANTERING VAN MONSTERS
Bijgeleverde materialen

- PDAO-reagentiaen (oranje dop; Celite of kaolien als activator).
- PDAO-werkblad (voor handmatige berekeningen, indien nodig).

Vereiste materialen

- HEMOCHRON Response, 8000, 801 of twee 401's.
- Niet-geïsoleerde, niet-geheparineerde injectienaalden van 5 ml voor bloedafname.
- Rechte naald van nr. 20 of lager voor het overbrengen van bloed van het bloedmonster naar de reagentbuis.
- ACT-reagentiaen, FTCA510 (zwarte dop) of FTK-ACT (gouden dop).

ATTENTIE: *Het is van groot belang om bij het gebruik van injectienaalden alle mogelijke voorzorgsmaatregel in acht te nemen om prikletsels te voorkomen.*

Voor het afnemen van bloed dient men de toepasselijke techniek te volgen (A of B).

A- Permanente verwerve of arteriële bloedlijn. (Neem geen bloed af via een geheparineerde toegangslijn of permanente heparinelocks.)

1. Sluit het drupperbuisje af, indien van toepassing.
2. Gebruik twee injectienaalden. Neem met elk van beide 5 ml bloed af en werp de eerste injectienaald weg.

B. Poort van extravasculair toegangslijn.

1. Spoel de extravasculaire toegangslijn door door 5 ml bloed af te nemen; werp deze weg.
2. Neem 5 ml volbloed af met een injectienaald van 5 ml.

TESTPROCEDURE
Als u de HEMOCHRON Response (softwarereeks 2.0 of hoger) of 8000 gebruikt, berekent de software van het systeem de protaminedosering (zoeken van toepassing) op basis van het PDAO-testresultaat. De door de software berekende informatie en de resultaten van de status-ACT. Als u de HEMOCHRON Response (softwarereeks lager dan 2.0), 401 of 801 gebruikt, dient u het werkblad voor berekening van de PDAO dat dat uitmaakt van de testkit te gebruiken om de protaminedosering te berekenen.

Als u de PDAO met Celite als activator gebruikt, dient u een ACT-reagentiaen FTCA510 met zwarte dop te gebruiken. Als u de PDAO met kaolien als activator gebruikt, dient u een FTK-ACT met gouden dop te gebruiken.

Aanbevolen protocol
1. Verricht vijf minuten na de eerste protamine-infuse gelijktijdig een status-ACT en een PDAO. Breng precies 2,0 ml bloed uit de injectienaald in de PDAO-reagentiaen. Druk tegelijkertijd op de ◆ **START**-toets van de kernreflexde HEMOCHRON-testopening.
2. Schud de reagentiaen onmiddellijk tien maal fors heen en weer.
3. Plaats de ACT-reagentiaen in de kernreflexde HEMOCHRON-testopening. Druk de bijbehorende ◆ **START**-toets van de kernreflexde HEMOCHRON-testopening.
4. Schud de reagentiaen onmiddellijk tien maal fors heen en weer.
5. Plaats de ACT-reagentiaen in de kernreflexde HEMOCHRON-testopening. Druk de bijbehorende ◆ **START**-toets van de kernreflexde HEMOCHRON-testopening.
6. Breng precies 2,0 ml bloed uit dezelfde injectienaald in de ACT-reagentiaen. Druk tegelijkertijd op de ◆ **START**-toets van de kernreflexde HEMOCHRON-testopening.
7. Laat het testresultaat van het monster het signaal klinken.
8. Bepaal de dosis voor de protamine-infuse. Zie de dosisberekeningen hieronder.

HEMOCHRON® and Rids® are registered trademarks of ITC.
Celite® is a registered trademark of Celite Corp.
Translyt® is a registered trademark of Baxter Corp.

8 Olsen Avenue • Edison, NJ 08820 USA
tel: 732 548 5700 • fax: 732 248 1928
www.itcmed.com
a subsidiary of Thoratec Corporation

RX4855 9/05

Dosisberekeningen
Als u de HEMOCHRON Response gebruikt (softwarereeks 2.0 of hoger), die dan de bedieningshandleiding voor de HEMOCHRON Response RxDx voor gedetailleerde aanwijzingen voor dit geautomatiseerde berekeningssysteem. Als u de HEMOCHRON 8000 gebruikt, volg dan de aanwijzingen in de bedieningshandleiding voor dit instrument. Als u de HEMOCHRON Response met softwarereeks lager dan 2.0 of de HEMOCHRON 401 of 801 gebruikt, dient u de aanwijzingen op het PDAO-werkblad in de bijgeleverde kit te volgen om de protaminedosering te berekenen.

Verificatie van de neutralisatie van heparine
Een ACT-resultaat dat meer dan 10% hoger is dan het bijbehorende PDAO-resultaat duidt op residuale heparine. Een PDAO-resultaat dat hoger is dan het bijbehorende ACT-resultaat duidt op volledige neutralisatie van de heparine in het bloed.

WAARSCHUWING VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT
NB. *Neem altijd standaard voorzorgsmaatregelen in acht.*

1. Bij het overbrengen van het bloedmonster met de juiste soort overkoepvaand worden gebruikt om de drup te doorboren.
2. Gebruik tijdens het overbrengen van bloed altijd beide handen met de ene hand houdt u de bak stevig vast, terwijl u met de andere hand het bloedmonster uit de naald vrijgeeft.
3. PDAO-reagentiaen zijn voor gebruik door één patiënt bestemd. Gebruik ze niet opnieuw.
4. De PDAO-reagentiaen bevatten een activator (Celite of kaolien) en een stof van biologische oorsprong (protaminesulfaat). Deze stof reageert met aangeraakt op of wordt ingeademd door de huid, de ogen of de slijmvliezen. Vermijd contact met de reagentiaen. Bij contact met de ogen of slijmvliezen moet u ze onmiddellijk met overvloedig water spoelen.
5. Alle gebruikte reagentiaen met bloed van menselijke oorsprong moeten in goedgekeurde containers voor biologisch afval afgevoerd worden.
6. Bij het in de reagentiaen aanbrengen van een bloedmonster dient u de dop niet te verwijderen.

PROTAMINE-EIGENSCHAPPEN
Tijdens laboratorium- en klinische onderzoeken is aangetoond dat de PDA residuale hoeveelheden heparine van meer dan 0,25 eenheden/ml kan waarnemen en verdere minidoses protamine (tot een minimum van 25 mg) kan berekenen die ervoor nodig zijn om de heparine volledig te neutraliseren.[3]

Nauwkeurigheid
De reproduceerbaarheid werd bepaald met de HEMOCHRON Quality Control voor PDAO.

	Niveau 1				Niveau 2			
PDAO	**Dag 1**	**Dag 2**	**Dag 3**	**Gecombineerd**	**Dag 1**	**Dag 2**	**Dag 3**	**Gecombineerd**
N	3	3	3	9	3	3	3	9
Gem.	126	126	121	124	331	330	345	335
Std.afw.	3,5	3,1	5,2	5,0	0	0	13,2	10,0
VC%	2,7	2,4	4,3	2,9	0	1,2	3,8	3,0
PDAOK								
N	5	5	4	14	5	5	4	14
Gem.	122	134	126	128	391	405	403	399
Std.afw.	9,7	3,9	10,6	9,4	13,3	13,9	15,7	14,6
VC%	7,9	2,9	8,4	7,4	3,4	3,4	3,9	3,7

BEPERKINGEN VAN DE PROCEDURE
1. De PDAO-test wordt beïnvloed door fouteve technieken tijdens de testprocedure. Voor een precieze, nauwkeurige test is juiste menging van het monster met het reagens nodig.
2. De stamverlengtijd van de beenkruiden van de geperste protamineoorsprong hangt ervan af hoe nauwkeurig de beenkruiden van het bloedvolume van de patiënt is. In sommige gevallen kan het bloedvolume tijdens de procedure sterk variëren vanwege overmatige infuse van intraveneuze vloeistoffen en overmatige bloedverliezen. De beenkruiden en transfuse van het bloedcomponenten. Net als bij alle medicijnen die via infuse worden toegediend, moet de gebruiker zich van deze wijzigingen bewust zijn vanwege de uiteindelijke invloed die ze kunnen hebben op de PDAO-testresultaten en de protamine-titratie.
3. Als er sa uitvoering van de PDAO extra heparine of geheparineerde bloedproducten (bijv. teruggewonnen rode bloedcellen uit het extracorporele systeem) worden gebruikt, worden de testresultaten en de berekening van de protamineoverlaging hierdoor ongeldig. Bij het gebruik van de PDAO-assay worden heparine en de protamineoverlaging niet gecorrigeerd in berekenen.
4. Bij patiënten die aprotinine toegediend krijgen dienen uitsluitend PDAO-reagentiaen met kaolien als activator te worden gebruikt. Er zijn nog geen onderzoeken verricht met andere antifibrinolytische stoffen.
5. De PDAO-test dient niet te worden gebruikt als de status-ACT heeft is dan 500 seconden
6. Systeemfouten die het gevolg zijn van fouteve de verwachtingen, moeten worden gecontroleerd en daarna met alternatieve methoden opnieuw worden gevalueerd.

KWALITEITSCONTROLE (QC)
In het kader van een uitgebreid kwaliteitsbeoordeningsprogramma moeten routineuze kwaliteitscontroleroutines worden uitgevoerd en moeten individuele producten worden bigehouden. Er zijn HEMOCHRON-kwaliteitscontrolemiddelen verkrijgbaar voor stollingssystem voor volbloed verkrijgbaar. warmte-instrumenet kwaliteitscontrole gemakkelijk en betaalbaar is.

Dagelijkse kwaliteitscontrole van het instrument
HEMOCHRON-instrumenten moeten prest 8 bedrijfsuren op twee niveaus een kwaliteitscontrole ondergaan. Om deze dagelijkse QC te vergemakkelijken, zijn er zgn. 'Electronic System Verification Tubes' verkrijgbaar, waarmee kwaliteitscontrole van het instrument op eenvoudige wijze kan worden verricht. Informatie over het gebruik kunnen worden verricht. Er is tevens een zgn. Temperature Verification Tube verkrijgbaar, die elektronisch per 0 minuten gebruikt moet worden om te controleren of het instrument de juiste temperatuur heeft ((37° C ± 1° C). Bovendien worden fouten in het temperatuurregelingssysteem van het instrument op de LCD-display weergegeven.

QC- van HEMOCHRON-reagentiaen
Elke doos HEMOCHRON-reagentiaen moet vóór het gebruik ten minste eenmaal gevalideerd worden. Dit is mogelijk met behulp van de juiste HEMOCHRON Liquid Quality Control. De aanvullende werkbenodigden voor de reagentiaen zijn in elke HEMOCHRON-kwaliteitscontrole-product kit te vinden. Nadat elke individuele doos reagentiaen is gevalideerd, moet de vóór Protocols gevestigde gevalideerd op de zijkant van elke doos reagentiaen worden ingevuld. Deze doos is nu VINDER CONTROLE en verricht geen verdere kwaliteitscontrole wat de vloeistoffen betreft, tenzij een achteruitgang in de klinische resultaten wordt waargenomen.

NB. *Als meerdere dozen in één zending worden ontvangen, verdient het aanbeveling elke doos vóór gebruik te valideren.*

REFERENTIES

1. Friesen RH, Hydrick DR. Heparin reversal in children following cardiopulmonary bypass. J Extra-Corporeal Tech 1976, 1986
2. Kersting J, Bush B. A simple individualized method for dose-response heparin and protamine administration. J Extra-Corporeal Tech 11:56, 1979
3. Rivard DC, Thompson SJ. Demonstration of heparin reversal with protamine administration using an automated protamine dose assay: A comparison of two methods. AMSECT Proceedings, March 13-14, 1986
4. Dutton DA, Hothersall AP, McLaren AD, Taylor KM, Turner MA. Protamine titration after cardiopulmonary bypass. Anaesthesia 38:264, 1983
5. Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korpman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation. II. The use of a dose-response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69:685, 1975
6. Finer WP, Ewell JE, Hill DE, Barnes RW, Read RC. Cardiovascular effects of protamine sulfate are dependent on the presence and type of circulating heparin. J Thorac Cardiovasc Surg 89:63, 1985
7. Fraser RWM, Oka T, Hong Y, Tsubo T, Loubser PG, Mawoe R. Protamine induced circulatory changes. J Thorac Cardiovasc Surg 87: 687, 1984
8. Horrow JC, Protamine: A review of its toxicity. Anesth Analg 64:348, 1985
9. Jaques AS. Protamine-antagonist to heparin. Can Med Assoc J 108:1291, 1973
10. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Briggs BD. Heparin therapy during extracorporeal circulation. I. Problems inherent in existing heparin protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 67:812, 1974
11. Hattersley PG. Activated coagulation time of whole blood. JAMA 196:436, 1966
12. LaDuca FM, Zucker ML, Walker CE. Assessing heparin neutralization following cardiac surgery: Sensitivity of thrombin time-based assays versus protamine titration methods. Perfusion 14: 181-7, 1999.
13. Gollub S. Heparin rebound in open heart surgery. Surg Gynecol Obstet 124:537, 1967.

HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Test na určení dávky protaminu
Protamine Dose Assay (PDAO)

Příbalová informace
Česky

ÚČEL POUŽITÍ
HEMOCHRON® PDAO se používá na určení dávky protaminu pro diagnostické použití in vitro. PDAO je určen k použití na ověření heparinové neutralizace na konci kardiovaskulární operace. Kaolinem aktivovaný PDAO test se také může používat u pacientů, kterým se podává aprotinin. Test HEMOCHRON PDAO provádějte na modelech HEMOCHRON 401, 801, 8000 a *Response* a postupujte podle závedených směrnic postupování s přístroji HEMOCHRON.

Pro diagnostické použití in vitro

SOUHRN A POPIS
Množství protamin-sulfátu nutné k neutralizaci heparinu po kardiovaskulární operaci je většinou založené na protamin titrační kromě množství infundovaného/ho heparinu během zákroku[1] nebo je založené na titrací protaminu. Přesné určení dávky protaminu je vhodné vzhledem ke známým komplikacím spojených s nadměrným nebo nedostatečným protaminem.[2]

Následkem farmakokinetické protaminu je dlitelné stanovit a popat správnou dávku protaminu nutnou k neutralizaci rozdílného obchodního heparinu.[3] Moc nízká dávka může způsobit heparinem způsobené krvácení a může vyžadovat dodatečnou infuzi protaminu k úplné reverzi vlivu heparinu.[3,4] Příliš vysoká dávka protaminu, což se vyskytuje častěji, může způsobit krvácení způsobené antikoagulačními vlastnostmi protaminu pokud se nebude se správnou dávkou heparin.[5] Infuse nadměrného protaminu může také způsobit silnou hypotenzi, arytmitický šok, pulmonar vasokonstrikci a sedeční dekompenzaci.[6,9]

Účelem protaminové titrace je přesné určení dávkování protaminu nutné k úplné neutralizaci obchodního heparinu u každého daného pacienta. Všechny protaminové neutralizace heparinu in vitro je normalizace koagulačního času způsoben, který kreslíje s účinkem léku in vitro. [3,5]

Test dávkování protaminu -O
PDAO používá vysokou obchodní titrací protaminem při použití zásad dávkové závislé heparinové neutralizace in vitro a ověření heparinové neutralizace.[12] Analýza titrace provedená za použití PDAO kvantifikuje miligramy protaminu na miligr kevy pacienta nezbytné k neutralizaci rozdílného heparinového zatížení a k navrácení aktivovaného koagulačního času (ACT) na výchozí hodnotu před heparinizací.

Test PDAO je k dispozici buď s Celite® (křemelina) anebo s kaolinovými aktivátory. Celitem aktivovaný test PDAO není určen k použití s protaminem inhibitorem aprotinin (Trasylol®, Bayer Corporation), který může být podán ke snížení peroperačního krvácení. Test PDAO s kaolinem jako aktivátorem je ovlivněn aprotininem. Kaolin-aktivovaný Celitem aktivovaný PDAO. Pokud je třeba provést stanovení hodnoty ACT a PDAO, aby mohla být určena nutnost infúze dodatečných dávek heparinu nebo protaminu, je třeba použít kaolinový aktivátor. Celitem aktivovaný PDAO

HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Προοδοφορισμός δόσης πρωτεμίνης
Protamine Dose Analysis (PDAO)

Ένθετο συσκευασίας
Ελληνικά

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο HEMOCHRON® PDAO είναι σχεδιασμένο για τη νέτρο διαγνωστικό προσδιορισμό της δόσης πρωτεμίνης. Ο PDAO προορίζεται για χρήση στην επαλήθευση της ετηδήνης κατά την ολοκλήρωση της καρδιοχειρουργικής εγχείρησης. Ο εφαρμοστέος με κλινικός προσδιορισμός PDAO χρησιμοποιεί ένα χρονομετρημένο μη αιθέσιμο και διαδέσιμο αποτέλεσμα. Ο HEMOCHRON PDAO θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις καθορισμένες κατευθύνσεις παρακάτω όπως διαβάζονται από τις HEMOCHRON με τα μοντέλα 401, 801, 8000 και θερμοστάτη της HEMOCHRON.

Για τη ετήν διαγνωστική χρήση

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η ποσότητα θεικής πρωτεμίνης που απαιτείται για την εξουδετέρωση της ετηδήνης μετά από καρδιοχειρουργική εγχείρηση βασίζεται συνήθως στην ετηδήνη που χορηγείται προς το τοσό ετηδήνης που έχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.[1] Η βασίζεται σε τελικοσημη πρωτεμίνης.[2] Η ακριβής ποσοτικοποίηση της δόσης πρωτεμίνης μπορεί να είναι δύσκολη επειδή η πρωτεμίνη επιδρά στον ρυθμό πήξης της ίδιας της ετηδήνης.[3]

Λόγω της φαρμακοκινητικής της πρωτεμίνης, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε ποσοτικά και ως χαρτογρά ή σωστή δόση πρωτεμίνης που απαιτείται για την εξουδετέρωση της ετηδήνης, κυκλοφορούσας ετηδήνης. [4] Μια υπερβολική χορηγή δόση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αφαιρετικά σχετιζόμενα με πρωτεμίνη και μπορεί να αποτελέσει πρόσθετη έγχυση πρωτεμίνης για την πήξης αναστολή της δόσης της πρωτεμίνης.[5] Μην χορηγείτε πρωτεμίνη χωρίς πρώτα να έχετε προσδιορίσει την ποσότητα πρωτεμίνης που απαιτείται για εξουδετέρωση της ετηδήνης, έτσι ώστε να αποφύγετε την αύξηση αιμορραγίας λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της πρωτεμίνης.[6] Η ακριβής πρωτεμίνη, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική αιμορραγία λόγω της υπερβολικής χορηγής δόσης πρωτεμίνης και που παρέχουν αποτελέσματα για την ετηδήνης ανάγκη αντιμετώπισης της πρωτεμίνης, έτσι ώστε να αποφύγετε μια σημαντική αιμορραγία λόγω της υπερβολικής χορηγής δόσης πρωτεμίνης και αναπαραγή καρδιακή αντιμετώπιση.[7]

Οι σωστές τις τεχνολογίες της πρωτεμίνης είναι ο καθορισμός της ακριβούς δόσης πρωτεμίνης που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση της κυκλοφορούσας ετηδήνης μετά από καρδιοχειρουργική εγχείρηση. Η εξουδετέρωση από την πρωτεμίνη της ετηδήνης in vitro έχει ως αποτέλεσμα τη φυσιολογικοποίηση του χρόνου πήξεως με τρόπο που σχετίζεται με τα in vivo επίπεδα του φαρμάκου.[8]

Προσδιορισμός δόσης πρωτεμίνης-Ο
Ο PDAO παρέχει μια βολική μέθοδο τελικοσημης της πρωτεμίνης χρησιμοποιώντας τις αρχές της in vitro ανταγωνιστης εξουδετέρωσης ετηδήνης με σχέση με τη δόση και την επαλήθευση της εξουδετέρωσης ετηδήνης.[9] Η ανάλυση τελικοσημης του επιπέδου χρησιμοποιεί ένα ενεργοποιητή πηκτικότητας του χλωστήρησμού και μια χλωστήρησμο ανάλυσης ασθενούς που είναι απαραίτητα για την εξουδετέρωση του υπολειπόμενου φορτίου ετηδήνης του ασθενούς και την ετηρησιμή του ενεργοποιημένου χρόνου πήξεως (ACT) στην τιμή της γραμμής αναφοράς πριν την επαγγωγή.

Η δοκιμασία PDAO διαυθίνεται επί με Celite® (γη διατόμων) είτε με ενεργοποιητές πυριτίου. Η ενεργοποίηση με Celite δοκιμασία PDAO δεν προκύπτει για χρήση με τον αναστολέα πρωτεάσης ανεργούς (Trasylol®, Bayer Corporation) που μπορεί να χορηγηθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής εγχείρησης. Η δοκιμασία παρακαμπτήριας ετήδησης για ανίχνευση και παρατίτλο του ενεργοποιητών με Celite PDAO. Η δοκιμασία δεν επηρεάζεται από μέτριες δόσεις ανταγωνίστου. Ενεργοποιητών του χλωστήρησμού μη χλωστήρησμο για τη χρησιμοποίηση στο PDAO μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η διαθεσιμότητα για την ετηδήνης ανταγωνίστου μη δίνει πρωτεμίνης σε ασθένεις που διαφέρουν απροσεγγίς. Ο αντιχρησμός ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται με ACT και στο PDAO που τη χορηγούνται ανεξάρτητα για ασθενείς και η ACT προσδιορίζεται για την αντιχρησμή λειτουργίας δράσης χρησης που μπορεί ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή (rebound) ηπαρίνης.[10]

Η δοκιμασία PDAO πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα αντίδρα πλήρες πλάσμα αίματος HEMOCHRON 401, 801, 8000 ή Response. Ο PDAO περιέχει το ανταγωνίστης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας δοκιμασίας ACT που μια κατάλληλη ποσότητα πρωτεμίνης χορηγούνται της παρούσας επιβεβαίωσης ετηδήνης και τον καθορισμό της κατάλληλης δόσης (ανα-απαιτείται) για εξουδετέρωση.

Το 1975, οι Bull και συνεργάτες[1] δημοσίευσαν την μέθοδο καρδιάς αντιπήξης σε σχέση με τη δόση, με βάση τη δοκιμασία ACT, για τον προσδιορισμό της ποσότητας πρωτεμίνης που απαιτείται για την εξουδετέρωση της ετηδήνης. Το 1985, οι Horrow και συνεργάτες[2] παρέχουν μια μέθοδο τελικοσημης πρωτεμίνης χρησιμοποιώντας το σύστημα HEMOCHRON 400. Σε αυτή τη μέθοδο, τακτίες ποσότητες σχετής πρωτεμίνης προστίθενται σε δείγματα πλάσματος ασθενούς και η ACT προσδιορίζεται για κάθε δείγμα. Τα αποτελέσματα του ACT έναντι τα νέτρο στηρίγματος πρωτεμίνης σχηματίζουν μια καμπύλη αντιπήξης εξουδετέρωσης γραφήματος σε σχέση με τη δόση. Η ακριβής ανεπαγγελτική πρωτεμίνης που απαιτείται για την φυσιολογικοποίηση του ACT στο επίπεδο πριν την παρουσία ετηδήνης μπορεί στη συνέχεια να επιτευχθεί από τη γραφική αναπαράσταση.

Ο PDAO χρησιμοποιεί πλήρες αίμα ασθενούς σε συνδυασμό με την τρέχουσα ACT για την κατασκευή μιας ελαχιστοποιημένης καμπύλης τελικοσημης πρωτεμίνης. Σε έξυπη προσέγγιση, η δόση πρωτεμίνης υπολογίζεται με βάση αυτές τις καμπύλες, τρέχουσα τιμή είναι αίματος των ασθενούς. Αυτός μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα με το HEMOCHRON Response (έκδοση λογισμικού 2.0 ή μεγαλύτερη) ή 8000 ή με το χέρι χρησιμοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Οι δοκιμαστικοί σωλήνες HEMOCHRON PDAO προορίζονται για χρήση με φρέσκο αλυσιδωτό αίμα. Οι δοκιμαστικοί σωλήνες περιέχουν ένα λυοποιημένο παρασκεύασμα θεικής πρωτεμίνης με πρόσθετο ενεργοποιητή, σταθεροποιητές και ρυθμιστικά διαλύματα.

- Ο PDAO περιέχει θεική πρωτεμίνη (0,01mg), τη βαλύμη, σταθεροποιητές και ρυθμιστικά διαλύματα.
- Ο PDAOK περιέχει θεική πρωτεμίνη (0,01 mg), καολίνη, σταθεροποιητές και ρυθμιστικά διαλύματα.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Οι δοκιμαστικοί σωλήνες HEMOCHRON PDAO θα πρέπει να φυλάσσονται σε ελεγχόμενο θερμοκρασία δωματίου (15-30ºC). Οι σωλήνες PDAO είναι σταθεροί έως την ενδεικνυόμενη ημερομηνία λήξεως. Απαγορεύεται την παρατεταμένη μείνετε των κει PDAO σε θερμοκρασίες των υπερβαίνουν τους 30ºC.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τύποι που παρέχονται
- Δοκιμαστικός σωλήνας PDAO (με πορτοκαλί τάπα, ενεργοποιητέας με Celite ή καολίνη, όπως ενδείκνυται).
- Φιάλη εμφύσης PDAO (για επιλογημένα με το χέρι, αν χρειάζεται).

Τύποι που απαιτούνται
- HEMOCHRON Response, 8000, 801 ή 401.
- Τάψτες των 3 ml, χωρίς σιλικόνη και με ηπαρινοποίηση για σπίλωμη αίματος.
- Ευθεία βελόνα 420 gauge ή μεγαλύτερη για μεταφορά του δείγματος αίματος στο δοκιμαστικό σωλήνα.
- Δοκιμαστικός σωλήνας ACT, FTCA510 (μπλούμ πώματος) ή FTK-ACT (χρυσού πώματος), όπως ενδείκνυται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε προφύλαξη για τη χρήση της κατάλληλης τεχνικής με σύριγγες για την αποφυγή ακούσιων τραυματισμών με τη βελόνη.

Για τη σπίλωμη αίματος, τηρήστε την κατάλληλη τεχνική (A & B):

A. Μόνιμη φλεβική ή αρτηριακή γραμμή αίματος. (Μην εκτελείτε αιμοληψία από μια τηρουμενη γραμμή πρόσβασης ή από μόνιμο τηρουμενό καθετήρα).

1. Διακόψτε την ενστάλαξη γραμ. αν απαιτείται.
2. Χρησιμοποιώντας μια τεχνική άσηψης, λάβετε αίμα με δύο σύριγγες των 5 ml, και απορρίψτε την πρώτη σύριγγα.

B. Φέρα εξωαιμοληψία αιμοπαγές γραμμής.

1. Εκκλύνετε την εξωαιμοληψία από γραμμή χρησιμοποιώντας διαβρέχοντας και απορρίπτοντας 5 ml. αίματος.
2. Λάβετε 5 ml. πλήρους αίματος σε μια σύριγγα 5 ml.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Αν χρησιμοποιείται το HEMOCHRON Response (έκδοση λογισμικού 2.0 ή μεγαλύτερη) ή 8000, το λογισμικό του συστήματος θα προσδιορίσει αυτόματα τη δόση πρωτεμίνης που χορηγήθηκε στον ασθενή για την επιτεύξιμη της δοκιμασίας PDAO και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη, μαζί με τα αποτελέσματα τρέχοντος ACT. Αν χρησιμοποιείται το HEMOCHRON Response (κάθετος λογισμικό κάτω από 2.0), 401 ή 801, χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας υπολογισμού PDAO που παρέχεται με το κιτ δοκιμασίας για να υπολογίσετε τη δόση πρωτεμίνης.

Αν χρησιμοποιείται ένα ενεργοποιητέο με Celite PDAO, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα FTCA510 (μπλούμ πώματος) ACT. Αν χρησιμοποιείται ένα ενεργοποιητέο με καολίνη PDAO, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα FTK-ACT (χρυσού πώματος).

Συντήρηση πρωτεμίνης/καολίνη
1. Πέντε τεντά μετά από την αρχική έγχυση πρωτεμίνης, πραγματοποιήστε ταυτόχρονα ένα τρέχοντα ACT και έναν PDAO. Από τη στιγμή που επιλέγετε, διαγνώστε ακριβώς 2,0 ml. αίματος στο δοκιμαστικό σωλήνα PDAO. Τοποθετήστε το κουμπί **START** της κατάλληλης διαγνωστικής υποδοχής HEMOCHRON.
2. Χτυπήστε αμέσως έντονα τον δοκιμαστικό σωλήνα από άκρο σε άκρο δέκα φορές.
3. Εισάγετε το δοκιμαστικό σωλήνα PDAO στην κατάλληλη διαγνωστική υποδοχή. Παρατηρήστε γρήγορα το σωλήνα με φορά αυτής των δακτύλων του μολυσμού. Δείτε το γεγονός λευκοχρώς του κατάλληλου αρώνου για τυχόδεις πληροφορίες.
4. Μόλις χτυπήσει ο βομβητής, καταχωρίστε το αποτέλεσμα της δοκιμασίας.
5. Καθορίστε τη δόση χρησιμ πρωτεμίνης. Δείτε τους επιλογημένους δίσκο παρακάτω.

Υπολογισμοί δόσης
Αν χρησιμοποιείτε το HEMOCHRON Response (έκδοση λογισμικού 2.0 ή μεγαλύτερη), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του HEMOCHRON Response RxDx για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτού του αυτοματοποιημένου συστήματος υπολογισμού. Αν χρησιμοποιείτε το HEMOCHRON 8000, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Αν χρησιμοποιείτε το HEMOCHRON Response με εκδόσεις λογισμικού κάτω από 2.0, HEMOCHRON 401 ή 801, ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας υπολογισμού PDAO που παρέχεται με αυτό το κιτ για να υπολογίσετε τη δόση πρωτεμίνης.

Επαλήθευση της εξουδετέρωσης της ετηδήνης
Η επαλήθευση γραφήτη υποδεικνύεται από ένα αποτέλεσμα ACT πάνω από 10% μεγαλύτερο από το ταιτήρενο αποτέλεσμα του PDAO. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ACT υποδεικνύει επίσης την πλήρη εξουδετέρωση της κυκλοφορούσας ετηδήνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πάρετε πάντα τις εννοιες προφυλάξεις:

1. Το δείγμα αίματος θα πρέπει να μεταφέρεται χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη βελόνα μεγάλου μετρητή για το τρόπαια του πώματος.
2. Χρησιμοποιείτε πάντα μια τεχνική που δεν χαράσσει την τρέχουσα του δείγματος. Το ένα χέρι κρατάει με ασφάλεια το σωλήνα, ενώ το δεύτερο βοηθάει το δείγμα αίματος την σύριγγα.
3. Οι δοκιμαστικοί σωλήνες PDAO είναι κατασκευασμένοι από γυαλί. Μπορεί να σπάσουν ή να χαραχτούν αν δεν τους χειριστείτε σωστά. Μην τους πετάτε ή τους χτυπάτε.
4. Οι δοκιμαστικοί σωλήνες PDAO περιέχουν ένα κουκκίδα ενεργοποιητή (Celite ή καολίνη) καθώς και ειδικά βιολογικής προέλευσης βοηθητικά. Μην χορηγείτε το αίμα, ψυκάζετε ή κατανέτετε.
5. Όλοι οι δοκιμαστικοί σωλήνες που περιέχουν παρέχουν ανθρώπινο αίματος θα πρέπει να αποφύγεται να εκχυθούν ή να χρησιμοποιηθούν.
6. Μην αφαιρείτε τα πώματα για να διατηρείτε ένα δείγμα αίματος στο σωλήνα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ο PDAO φέρνει σε εγκαρτησιακές και κλινικές μελέτες για ανιχνεύει υπολειπόμενη τρομπίνη πάνω από 0,25 μονάδες/ml και να προσδιορίζει ακριβώς τα αποτελέσματα προσδιορίστηκε εμφανίζως έγκαιρης έως τα 25 mg) που αντιστοιχούν για να επιτευχθή η πλήρης εξουδετέρωση της ετηδήνης.[11]

Ακρίβεια
Η επαναληψιμότητα καθορίστηκε με τη χρήση ολικού τσοπικού αίματος HEMOCHRON για PDAO.

	Επίπεδο 1			Επίπεδο 2			Επίπεδο 3		
PDAO	**Ημέρα 1**	**Ημέρα 2**	**Ημέρα 3**	**Συνδυασμός**	**Ημέρα 1**	**Ημέρα 2**	**Ημέρα 3**	**Συνδυασμός**	
n	3	3	3	9	3	3	3	9	
Μέσος	126	126	121	124	351	330	345	335	
Τυπ. Απ.	3,5	3,1	3,2	3,6	0	4,0	13,2	10,0	
CV %	2,7	2,4	2,6	2,9	0	1,2	3,8	3,0	
PDAOK									
n	5	5	4	14	5	5	4	14	
Μέσος	132	134	126	128	391	405	403	399	
Τυπ. Απ.	9,7	3,9	10,6	9,4	13,3	13,9	15,7	14,6	
CV %	7,9	2,9	8,4	7,4	3,4	3,4	3,9	3,7	

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η δοκιμασία PDAO επηρεάζεται από κακή τεχνική κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας. Ακριτίτια σωστή ανάμιξη δειγμάτων/ ενεργοποιητή με την ανάμιξη και επιτυχή ανάμιξη και επιτυχή ανάμιξη.
2. Η ακρίβεια της πρόβλεψης της δόσης πρωτεμίνης εξαρτάται από την ακρίβεια του υπολογισμένου όγκου αίματος του ασθενούς. Σε μικρές παιτησιακές, οι αλλαγές του όγκου αίματος κατά τη διάρκεια της εγχείρησης μπορεί να είναι δραματικές. Ο όγκος αίματος του ασθενούς μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια εξίσωση που βασίζεται στο ύψος, στο βάρος, στο φύλο και στο αιματοκρίτη του ασθενούς. Όπως και με κάθε αμφισβητική αγωγή που πραγματοποιείται με έγχυση, ο χρήστης πρέπει να είναι ενήμερος για αυτές τις αλλαγούς πριν και δυνατόν τους υπολογισμούς πριν επέλθει η επαναλαμβανόμενη της έγχυσης πρωτεμίνης.
3. Η χρήση πρόσθετης ποσότητας ή πρωτογενών αμετακίνητων (π.χ. διαυθέτων αρθροσκοπήσεων του αίματος από το σύστημα ελαττωματικός κυκλοφορίας) μπορεί την ακύλευση του PDAO θα ακριβώς τα αποτελέσματα της δοκιμασίας και την προβλεπτή πρωτεμίνης. Σε αυτή την περίπτωση, η προσθήκη του PDAO θα πρέπει να επαναληφθεί για να αντιπροσωπεύει τις πρόσθετες απαιτήσεις σε πρωτεμίνη.
4. Μόνο εγχυτηρισμένο με καολίνη ασθενούς PDAO θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλινικές μελέτες για αυτή τη χρήση.
5. Η δοκιμασία PDAO δεν προορίζεται για χρήση όταν ο γρόνος ACT υπερβαίνει τα 300 δευτερόλεπτα.
6. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμασίες για τον είναι εύρωστα με τις συνεργάτες τιμές θα πρέπει να επαληθεύονται και ακολουθούν τις ανεμένεται μια ανάλυσης διαγνωστικές μεθόδους.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC)
Η εξέταση και παρακολούθηση του Ποιοτικού Έλεγχο (QC) ρυθμίζεται βάσει της πολιτικής, τεχνικών και κατευθυντήριων γραμμών του Συστήματος Ποιότητας Εργαστηρίου. Ενδείκνυται ο καθημερινός Ποιοτικός Έλεγχος (QC) για να καταστήσουν τον τακτικού έλεγχο ρυθμίσεις αυτού και τυποποίηση.

Καθημερινός QC του οργάνου
Το εργαστήριο HEMOCHRON θα πρέπει να ορίσετε τον τακτικού έλεγχο δύο επιπέδων (έλεγχο μια φορά κάθε 8 ώρες λειτουργίας. Για την επιβεβαίωση της επίτευξης καθημερινού QC, είναι διαθέσιμα τα Συνδυασμένα Επίπεδα Ελέγχου Δοκιμασίας PDAO. Για τον κατάλληλο έλεγχο δοκιμασίας τακτικού έλεγχο πολλαπλών επιπέδων (μπολιασμών και αναλύσεων) στο εργαστ. Τους συνδυασμένα επιπέδων περιλαμβάνουν περίπου ενός ιατρείου ή ενός ασθενούς. Τους ελέγχους επαληθεύστης θερμοκρασίας πρέπει να επιτρέπεται στο εργαστ δώρο για τη σωστή θερμοκρασία 37ºC ± 1ºC. Οποιαδήποτε αμφίβολα βεβαίωση στο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας θα απαιτούνταν επίσης στην αθόνη LCD από το εργαστ.

Ποιοτικός έλεγχος στον δοκιμαστικών αναλυτών HEMOCHRON
Κάθε κουτί δοκιμαστικών αναλυτών HEMOCHRON θα πρέπει να επαναγάγεται τουλάχιστον μια φορά κατ' την τρίτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Ποιοτικό Έλεγχο Τρίτη HEMOCHRON. Οι ενδείκνυται ενδείκνυται για τους αναλυτών HEMOCHRON χρησιμοποιούν τον κατάλληλο Ποιοτικό Έλεγχο Τρίτη Ελέγχου HEMOCHRON. Δοκιμάστε ενδείκνυται για τους αναλυτών HEMOCHRON χρησιμοποιούν τον κατάλληλο Ποιοτικό Έλεγχο Τρίτη Ελέγχου HEMOCHRON. Αφού επιλεχθεί κάθε απαραίτητο κατά δοκιμασιών αναλύσεων θα πρέπει να συμπληρώνονται ο τύπους "Η ανάλυση επιλέχθηκε" στο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας αναλυτών HEMOCHRON. Το κουτί είναι έτοιμο όταν το "IN CONTROL" και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος ποιότητας γραμμ. κατά τις επόμενες ημέρες εκτός αν επιλέξει αλλιώς την κλίνικα επιπλέον απαιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: *Αν λαμβάνονται παλλαπλά κουτιά στην ίδια αποστολή, συνιστώμε να επαλήθευτε κάθε κουτί κατά το συνομεν. πριν τη χρήση.*

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. Friesen RH, Hedrick DR. Heparin reversal in children following cardiopulmonary bypass. J Extra-Corporeal Tech 1895, 1986
2. Kersting J, Raab B. A simple individualized method for dose-responsive heparin and protamine administration. J Extra-Corporeal Tech 11:56, 1979
3. Brand DC, Thompson SJ. Demonstration of heparin reversal with protamine administration using an automated protamine dose assay: A comparison of two methods. ASBECT Proceedings, March 11-14, 1988
4. Davies DA, Hedrick DR, Bullard MJ, McLaren AD, Taylor KM, Barnes MA. Protamine titration after cardiopulmonary bypass. Anaesthesia 38:264, 1983
5. Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korpman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation. II. The use of a dose-response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69:683, 1975
6. Fraser RW, Ford JE, Hill DE, Barnes RW, Beuzl BC. Cardiovascular effects of protamine sulfate are dependent on the presence and type of circulating heparin. J Thorac Cardiovasc Surg 86:63, 1983
7. Horrow JC. Protamine: A review of its toxicity. Anesth Analg 64:348, 1985
8. Jaques AS. Protamine--antagonist to heparin. Can Med Assoc J 108:1291, 1973
9. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Briggs BD. Heparin therapy during extracorporeal circulation. I. Problems inherent in existing heparin protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674, 1975
10. Hattersley PG. Activated coagulation time of whole blood. JAMA 196:436, 1966
11. LaDuca FM, Zucker ML, Walker CE. Assessing heparin neutralization following cardiac surgery: Sensitivity of thrombin time-based assays versus protamine titration methods. Perfusion 14:181-7, 1999.
12. Gollub S. Heparin rebound in open heart surgery. Surg Gynecol Obstet 124:337, 1967.
13. Haladeckhrauzal rázzu ósose a prábuszó tarathmát úgy, hogy tüszer erőelőjeen fel-le fortgája a csővet.
14. Helyezze be az ACT-patrónt a mélyfelső HEMOCHRON mérőnyílásba. Gyors modulattal forgassa a csövet az óramutató járásával egyező irányban. Tovább információ a megfelelő HEMOCHRON mérőnyílás **START** gombjait.
15. Hajtározza meg a protaminsűlöződési adagját. Ezt az alábbi "Adagszámítás" szerint kell elvégezni.

Adagszámítás
Ha HEMOCHRON Response (2.0 vagy magasabb verzió) szoftverrel) beredeckest használ, akkor a HEMOCHRON Response RxDx kezelési kézikönyvében találja meg a eredetes utasításokat ennek az automatizált adagszámítási rendszernek használatára. Ha HEMOCHRON 8000 beredeckest használ, kövesse a beredeckés kezelési kézikönyvében leírt utasításokat. Ha HEMOCHRON Response (2.0 alacsonyabb verziójú szoftverrel), HEMOCHRON 401 vagy 801 beredeckest használ, akkor a protaminadag kiszámításához kövesse az ehhez a készlethez mellékelt PDAO munkalapon szereplő utasításokat.

A heparinsemlegesítés igazolása
Maradék heparin jelenlétét az jelzi, ha az ACT-érték több mint 10%-kal magasabb, mint a párhuzamosan elvégzett PDAO eredménye. Ha a PDAO eredménye magasabb, mint a megfelelő ACT, ez a kerringésben lévő heparin teljes semlegesítését is jelenti.

A TERMÉK ALKALMAZÁSÁRA KAPCSOLATOS FIGYELEMEZTETÉS
MEGJEGYZÉS: Minden tartha be az általános óvintézkedéseket.

1. A vérminták úgy kell átjutatni, hogy a dugót megfelelő transzferlövő szárja át.
2. A cső érintőcsőben mindig kétkezes technikával dolgozzon. Az egyik kézzel biztosítsa tartsa a csövet, míg a másikkal beletolja a vért a fecskendővel a csőbe.
3. A PDAO-csőben dugóval ellátott HEMOCHRON-csőben a vérmintát ne rázza. Ez a csőben ne ejtse el és ne dobja.
4. A PDAO-csőben a gyorsmegvizsgáló aktivátort (Celite-et vagy kaolint), valamint egy biológiai eredetű anyagot (protaminsulfátot) tartalmaznak. Ne érintkezzen az anyaggal, ne permetezze szét és ne nyeje le.
5. Minden emberi vért tartalmazó, használt csövet jóváhagyott, biológiailag veszélyes hulladéknak szánt tárolóba kell kidobni.
6. A vérminta csőbe történő be- vagy kiöntése nem ajánlott.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Laboratóriumi és klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy során a PDAO képes 0,25 egység/ml feletti protaminsűlöződés megállapítására, és egészen 25 mg-ig terjedő protaminadagok alkalmazásával képes a vérzés teljes semlegesítésére. Ezt a szintet elérheted, mint 25 mg, amelyek a teljes heparinsemlegesítéshez szükségesek.[1]

Pontosság
A reprodukálhatóságot a PDAO-nak megfelelő HEMOCHRON mérőegységeken[2] (HEMOCHRON Quality Control for PDAO) alkalmazásával határoztak meg.

	1. szint				2. szint			
PDAO	**1. nap**	**2. nap**	**3. nap**	**Kombinált**	**1. nap**	**2. nap**	**3. nap**	**Kombinált**
N	3	3	3	9	3	3	3	9
Átlag	126	126	121	124	331	330	345	335
Szórás	3,5	3,1	3,2	3,6	0	4,0	13,2	10,0
CV %	2,7	2,4	2,6	2,9	0	1,2	3,8	3,0
PDAOK								
N	5	5	4	14	5	5	4	14
Átlag	122	134	126	128	391	405	403	399
Szórás	9,7	3,9	10,6	9,4	13,3	13,9	15,7	14,6
CV %	7,9	2,9	8,4	7,4	3,4	3,4	3,9	3,7

AZ ELLÁRÁS KORLÁTAI
1. A PDAO használata befolyásolja a tesztelájárásban használt beltheken technika. Pontos és helyes eredményt adó vizsgálathoz elengedhetetlen a minta és a reagens megfelelő összekeverése.
2. A szükséges protaminadag meghatározásának pontossága attól függ, hogy a beteg kiszámított vérnélfogás mennyire pontos. A HEMOCHRON esetében a vérnélfogat jelentősen befolyásolhatja a sebészeti hozzávalósítás gélt. Egy ilyen gélre alapuló kiszámítású, pontosan milyen protaminkoncentrációt szükséges a PDAO fogyasztásához és a PDAO fogyasztásához előtti értékére történő visszaállításra.
3. A PDAO a beteg teljesvérét egy sűtuszt-ACT-vel együtt használja fel, és ennek alapján megszerkeszthetőnk egy szemléltre szabott protaminterápiás görbét. A protaminadagot ezeknek a görbéknek az alapján határozzák meg a beteg vérnélfogatának alapján. Ezért a protaminsűlöződés mértékét a PDAO-nak a protaminadagok elfogyasztását. Ilyen körülmények között a PDAO vissgálatot meg lehet ismételni úgy, hogy figyelembe vegye az emelkedő protaminkoncentrációt.
4. Az protaminnal kezelt betegeknél csak kaolinnal aktivált PDAO-csövek használhatók. Egyéb fibrinolitikus szerrel alkalmazásával kapcsolatban még nem végeztek tanulmányokat.
5. A PDAO nem nem alkalmazható, ha a sűtusz-ACT meghaladja a 300 másodpercet.
6. A vér értékeinek elterjedtségével kapcsolatban még nem végeztek tanulmányokat. Egyéb illetőségek szerint a PDAO-prábuszának a jelzett leállási időn belül érnik meg minőségüket. A PDAO-készletek nem szabad hosszabb ideig 30°C fölötti hőmérsékletnek tartani.

MINTAVÉTEL ÉS A MINTÁK KEZELÉSE

Szolgáltatott anyagok

1 db
- PDAO-prábuszná (narancssárga tetejű, Celite-tal vagy kaolinnal aktivált, sűlöződő szerint).
- PDAO-munkalap (kézi számítással, ha szükséges).

Szükséges anyagok
- HEMOCHRON Response, 8000, 801 vagy 2 db 401.
- Nem sűlöződő, nem heparinsűlt 5 ml-es fecskendők a vérvételre.
- 20-as vagy nagyobb mérésű egyenes tű a vérmínta próbacsőbe történő.
- ACT-prábuszná, FTCA510 (fekete tetejű) [Liquid Quality Control] segítségével lehet elvégezni. A prábuszának elfogadható teljesítményszintjeinek meghatározásához HEMOCHRON Minőségbiztosítási termékkészletében [Quality Control Product Kit] találhatók. Mindán az egyes prábuszchos dobozok egyedi beszállítása megtörténi, a csöves dobozt oldalán álvő „Teljesítmény ellenőrzése" [Performance Verified"] sűlözárat kí kell tölteni. Ettől kezdve az illető dobozt „ELLENŐRIZVE" van ["IN CONTROL"] és nem sűlöződés újabb fecskendőkre, kivéve ha a klinikai eredmények ellentétet észlelik.

HEMOCHRON®
Whole Blood Coagulation Systems

Protaminadagolásvizsgálat
Protamine Dose Assay (PDAO)

Tájékoztató
magyar

RENDELTETÉS
A HEMOCHRON® PDAO in vitro diagnosztikus protaminadagolók meghatározására szolgál. A PDAO a kardiovaszkuláris sebészeti beavatkozások végeztével a keringésben lévő heparin ellenőrzésére szolgáló alkalmazásával készült. A kalcium aktivált HEMOCHRON PDAO-t a HEMOCHRON 400 rendszerrel használják. A HEMOCHRON PDAO a HEMOCHRON Jelvilágyító eljárási irányítsevei szerint, HEMOCHRON 401, 801, 8000 és Response típusú berendezésekkel alkalmazható.

In vitro diagnosztikus alkalmazásra

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT
A heparin kardiovaszkuláris műtétnél követő semlegesítésére szükséges protaminsűlöződési mennyiséget általában a protamin és a beraktározás során infundált heparin arányán[1] vagy protaminsűlöződésen alapuló titrálás[2] A protaminadag pontos meghatározása azért előnyös, mert így elkerülhetővé a túl nagy vagy túl kis mennyiségű protamin beadásából származó ismert szövődmények.[3,4]

A protamin farmakokinetikája miatt fontos, hogy a keringésben visszamaradt heparin semlegesítéséhez pontosan számított mennyiségű protamint adjanak.[5] Ha túlságosan kevés a beadott protamin, akkor a heparinhatás összeállgó vérzéssel lépheteek fel és a heparin hatástalak teljes mértékű semlegesítéséhez további protaminadag beadására lehet szükség.[6,7] Ha a beadott protaminmennyiség túl nagy, amely gyakorlatban fordul elő, akkor a heparinmolekulákhoz nem kötött protamin alvadásgátló tulajdonságai miatt alakulhatnak ki vérzések.[8] A túl nagy mennyiségű protamin infundálása ezenkívül súlyos hipotoníát, aritmiásis sokkot, a rákfékrés összehúzódási és kardiális dekompenzációt eredményezhet.[9,10]

A protaminsűlöződés célja az, hogy a beteg keringésében visszamaradt heparin semlegesítéséhez szükséges protaminmennyiséget pontosan meghatározzuk. A protaminadag a heparint in vitro semlegesítő hatása a vérpárától idő norm